

ДОГОВОР № 011.02

за изпълнение обществена поръчка

Днес, 06.12.2018 год., в гр.Кърджали, между:

МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, с адрес: Кърджали, бул."Беломорски" №53, тел.0361/68 243 и факс 0361/ 68 295, с БУЛСТАТ/ЕИК 108501669 и ВГ№ 108501669, представлявано от Доц. д-р Тодор Димитров Черкезов, дм - Изпълнителен Директор и Янка Маврева – главен счетоводител, наричано по-нататък в договора Възложител, от една страна,

и

«АМС» ООД гр. Кърджали бул. България № 37 БУЛСТАТ/ЕИК 108683620 с данъчна регистрация ВГ108683620 представлявано от Теоман Мустафа Ялчън – Управител, наричано по-нататък в договора Изпълнител, от друга страна,

и на основание чл. 112 и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с Решение № 581/15.11.2018 г. на изп. Директор на МБАЛ «д-р Атанас Дафовски» АД – гр. Кърджали за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" по проект: "Насърчаване на успешните основи на здравеопазването: Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска помощ" (MediciNet II), финансиран съгласно договор № В2.9а.01 г. по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция-България 2014-2020" се сключи настоящият Договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Предмет

(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави и прехвърли собствеността на Възложителя на специализирана медицинска апаратура, съгласно Техническата спецификация на Възложителя (Приложения № 1) и детайлно описана в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 2 и №3), неразделна част от Договора срещу задължението на Възложителя да я приеме и да заплати договорената цена съгласно условията, посочени по-долу.

(1.2) Освен доставката по алинея (1.1) предметът на Договора включва и изпълнението на следните дейности:

1. доставка на Медицинската апаратура до мястото на доставка, посочено в настоящия Договор;
2. монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената Медицинска апаратура;
3. обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената Медицинска апаратура;

4. гаранционно обслужване на доставената Медицинска апаратура и доставка на необходимите части и материали, в рамките на гаранционния срок, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2);

(1.3) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по алинея (1.1) и алинея (1.2) в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и ценовото Предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор, в сроковете по настоящия Договор.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Цена

(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на 149 362,00 лева без ДДС (*с думи*: сто четиридесет и девет хиляди триста шестдесет и два) лева и 179 234,40(*с думи*: сто седемдесет и девет хиляди двеста тридесет и четири 0,40 лева) с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложение № 3), неразделна част от настоящия Договор.

(2.2) Цената по алинея (2.1) включва цената за доставка и прехвърляне на собствеността на Медицинската апаратура, предмет на Договора, монтажа, въвеждането ѝ в експлоатация, обучението на персонала на Възложителя за работа с нея и цената на гаранционното обслужване на Медицинската апаратура, предмет на Договора.

(2.3) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: разходите за транспортиране и доставка на Медицинска апаратура до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, обучение на специалисти, доставка на цялата техническа и сервизна документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи), както и разходи за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

(2.4) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на действието му.

Чл.3. Начин на плащане

(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

Алианс Банк България"
IBAN: BG02 BUIB 8035 1088 1316 19
BIC: BUIB BGSF

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 5 (*пет*) дни считано от момента на промяната.

В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

(3.2) Възложителят заплаща 100 % (с думи: сто процента) от цената по алинея (2.1) в срок от 30 (тридесет) дни след подписване на документите по алинея (3.4) от настоящия Договор, при условие че Изпълнителят е предоставил фактура, както и гаранция за изпълнение на Договора в размера и при условията на член 11 от настоящия Договор.

(3.3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.

(3.4) Плащането по алинея (3.2) се извършва в срок от 30 (тридесет) дни след представяне на следните подписани документи кумулативно:

1. Приемо-предавателен протокол за доставка на Медицинската апаратурата с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на доставка на Медицинската апаратура;
2. Протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура;
3. Протокол за извършено обучение на медицинския персонал, посочен от Възложителя за работа с Медицинската апаратура;
4. Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити;

III. СРОКОВЕ, МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Чл.4.Срокове и място на доставка

(4.1) Настоящият Договор влиза в сила от 06.12.2018.....г.

Срокът на настоящия Договор изтича след изтичането на по-късия измежду срока на гаранцията и срока на гаранционното обслужване на Медицинската апаратура, предмет на Договора.

(4.2) Срокът за доставката на Медицинската апаратура е 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаване от изпълнителя на възлагателното писмо за извършване на доставката предмет на договора.

(4.3) Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура е 7 (седем) календарни дни, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол по алинея (3.4), точка 1.

(4.4) Срокът за обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с Медицинската апаратура е 3 (три) календарни дни, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол по алинея (3.4), точка 1;

(4.5) Гаранционният срок на Медицинската апаратура е 24 (двадесет и четири) месеца, като започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за монтажа, инсталацията и пускане в експлоатация на доставената медицинска апаратура;

- (4.6) Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционно обслужване на доставената Медицинска апаратура, в рамките на гаранционния срок по предходната алинея (4.5);
(4.7) Мястото на доставка на Медицинската апаратура е МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, на адрес гр.Кърджали, бул „Беломорски“ №53.

Чл.5. Условия на доставка

(5.1) Доставка

- (5.1.1) Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в съответния срок на доставка, съответно да прехвърли собствеността и предаде на Възложителя Медицинската апаратура, предмет на доставка, отговаряща на техническите стандарти и изисквания и окомплектована с инструкция за експлоатация на български език, сертификати, разрешения и инструкции и препоръки за съхранение и експлоатация, както и с други документи и аксесоари, изискващи се съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя.
- (5.1.2) Изпълнителят предава Медицинската апаратура на упълномощен представител на Възложителя. За съответствието на доставената Медицинска апаратура и приемането ѝ по вид, количество, компоненти, окомплектовка се подписва приемо-предавателен протокол от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на „Несъответствия“ (недостатъци, дефекти, повреди, липси и/или несъответствия на доставената Медицинска апаратура и/или придружаващата я документация и аксесоари с изискванията на настоящия Договор, както и с техническите характеристики и с изискванията, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя), наличие на окомплектовка на доставката и представяне на документите, изискващи се съгласно алинея
- (5.1.1). Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора), сериен номер (*сериен номер или други идентифициращи апаратурата данни*), предмет на доставка.
- (5.1.3) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 10 (*десет*) дни предварително за конкретните дати и час, на които ще се извърши доставката. При предаването на Медицинската апаратура, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време да я прегледа за явни Несъответствия, като същото не може да надвишава 5 (*пет*) дни.
- (5.1.4) При констатиране на явни Несъответствия, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните Несъответствия, и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. В случай че Несъответствията са съществени и не бъдат отстранени в рамките на дадения от Възложителя срок, или при забавяне на доставката на Медицинската апаратура с повече от 30 (*тридесет*) дни, Възложителят имат право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, както и да получи обратно всички платени авансово от Възложителя суми, с изключение на авансово платените суми за продуктите, които са доставени от Изпълнителя и приети от Възложителя, включително да усвои сумите по предоставените гаранции.

(5.1.5) Подписването на приемо-предавателния протокол без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити Несъответствия", които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на Медицинската апаратура. Приемането на доставката на Медицинската апаратура с Приемо-предавателния протокол няма отношение към установените в последствие в гаранционния срок Несъответствия.

(5.1.6) Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнителя за всички скрити Несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок до 90 (*деведесет*) дни от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок.

(5.1.7) При наличие на явни Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея (5.1.4) и/или при наличие на скрити Несъответствия, констатирани от Възложителя и съобщени на Изпълнителя по реда на алинея (5.1.6):

1. Изпълнителят заменя доставената Медицинска апаратура или съответния компонент със съответстващи с изискванията на настоящия Договор в срока посочен съответно в констативния протокол и/или в разумен срок след получаване на уведомлението по алинея (5.1.6), който не може да бъде по-дълъг от 20 (двадесет) дни; или

2. Цената по Договора се намалява съответно с цената на несъответстващите компоненти или с разходите за отстраняване на Несъответствията, ако това не води до промяна в предмета на поръчката и запазването на тези компоненти, позволява нормалната експлоатация на Медицинската апаратура.

(5.1.8) В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея (5.1.4), Възложителят не дължи заплащане на цената по ал. 3.2, преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.

(5.2) Монтаж

(5.2.1) Изпълнителят е длъжен да приключи изпълнението на всички дейности свързани с монтажа (инсталацията) и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура в срок от 7 (седем) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2), съответно алинея (5.1.4).

(5.2.2) За извършения монтаж и въвеждане на Медицинската апаратура в експлоатация Страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол, неразделна част от настоящия Договор. Възложителят има право да откаже да подпише протокола по настоящия алинея (5.2.2) до окончателното въвеждане на Медицинската апаратура в експлоатация в степен позволяваща незабавната ѝ и безпрепятствена употреба.

(5.3) Обучение на персонала

(5.3.1) В случай че Изпълнителят има определени изисквания към квалификацията и образованието на специалистите, които ще бъдат обучавани, той е длъжен да уведоми за това Възложителя, писмено, в срок от 20 (*двадесет*) дни от подписване на настоящия Договор. Възложителят предоставя на Изпълнителя списък на лицата, които следва да бъдат обучени за работа с Медицинската апаратура в срок от 20 (*двадесет*) дни от получаване на изискванията на Изпълнителя или изтичане на срока по предходното изречение.

(5.3.2) Изпълнителят е длъжен да приключи обучението на специалистите на Възложителя в от 3 (три) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-

предавателния протокол по алинея (5.1.2), съответно алинея (5.1.4). Изпълнителят е длъжен да осигури достатъчен брой обучаващи, както и присъствието им на мястото на доставка и инсталиране на Медицинската апаратура, като времето и графикът на обучение се съгласуват писмено между Страните.

(5.3.3) За извършеното обучение Страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол, неразделна част от настоящия Договор. Изпълнителят не носи отговорност за забавяне на обучението поради отсъствие на специалистите на Възложителя по време на периода на обучението, при условие, че е уведомил писмено Възложителя за такова отсъствие.

(5.3.4) Замяна на специалисти, подлежащи на обучение е допустима в срок до 2 (два) дни и не повече от два пъти.

Чл.6.

Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя по реда и при условията на настоящия Договор, приложими към Изпълнителя.

Чл.7. Преминаване на собствеността и риска

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на Медицинската апаратура, предмет на доставка преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на подписване на Протокола за монтаж и въвеждане на Медицинската апаратура в експлоатация съгласно алинея (5.2.2).

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 8. Права и задължения на Изпълнителя

(8.1) Изпълнителят се задължава да достави, инсталира и въведе в експлоатация Медицинската апаратура, предмет на настоящия Договор, отговаряща на техническите параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, окомплектована съгласно изискванията на ал. (5.1.1) и придружена със съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху нея на Възложителя в договорените срокове и съгласно условията на настоящия Договор.

(8.2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

(8.3) Изпълнителят се задължава да извършва текуща поддръжка и гаранционно обслужване на Медицинската апаратура в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този Договор, съответно при условията на гаранцията.

(8.4) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на доставената Медицинска апаратура проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци, както и при извършване на гаранционното обслужване да влага само оригинални резервни части и материали.

(8.5) Изпълнителят се задължава да спазва правилата за вътрешния ред, както и хигиенните изисквания и изисквания за безопасност в помещенията на Възложителя и да

изпълнява задълженията си по Договора без да пречи на нормалното протичане на работата на Възложителя.

(8.6) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

(8.7) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от(словом) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(8.8) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора и на необходимия достъп до помещенията на Възложителя, в които ще се монтира Медицинската апаратура.

(8.9) Изпълнителят се задължава да извърши обучение на медицинския персонал, на Възложителя в уговорените срокове и график съгласно договорените условия.

(8.10) Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди нанесени на имуществото на Възложителя, както и да обезщети всяко трето лице, на което са нанесени вреди по време на и във връзка с монтажа/инсталацията и въвеждането на Медицинската апаратура в експлоатация.

(8.11) Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на мерките за информираност и публичност на проекта, заложи в Договор B2.9a.01. и налични на страницата на Управляващия орган на Програмата за ЕТС "Гърция-България 2014-2020 г."

(8.12) Изпълнителят е длъжен при проверки на място от страна на Възложителя, Управляващия орган на Програмата за Европейско териториално сътрудничество "Гърция-България 2014-2020г.", Сертифициращия орган, Одитиращия орган, както и органи и представители на Европейската комисия, да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

(8.13) Изпълнителят е длъжен да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

(8.14) Изпълнителят е длъжен да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, Изпълнителят е длъжен да възстанови на Изпълнителят всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

(8.15) Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване, като може да иска от Възложителя указания за отстраняването им, както и да го информира за предприетите мерки за тяхното решаване.

(8.16) Изпълнителят е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

- За период от 5 години след датата на приключване и отчитане на Програмата за "Европейско териториално сътрудничество "Гърция-България 2014-2020 г.";
- За период от 5 (пет) години след приключването на настоящия проект;

(8.17) Изпълнителят е длъжен да запознае своите служители с определението за „нередност“ и „измама“, както и да докладва за възникнали нередности пред Възложителя. По смисъла на този договор, без да противоречи на Регламент 1083/2006 г., чл. 2, т. 7, за нередност се счита всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход.

(8.18) Изпълнителят е длъжен да възстановява суми по нередности, констатирани по повод изпълнение на дейностите по този договор, заедно с дължимата законна лихва и други неправомерно получени средства по банкова сметка, посочена от Възложителя.

(8.19) Да издава фактури на Възложителя в български лева, като се съобрази с изискванията му за форма, съдържание и със специалните изисквания на оперативната програма.

(8.20) Да уведоми с писмено известие Възложителя за спиране на изпълнението на този договор поради непреодолима сила.

(8.21) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със изпълнението са за сметка на Изпълнителя. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора се заплащат от Изпълнителя.

Чл.9. Права и задължения на Възложителя

(9.1) При добросъвестно и точно изпълнение на Договора, Възложителят се задължава да заплати общата цена по алинея (2.1) от този Договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.

(9.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на Медицинската апаратура, предмет на Договора по реда на алинея (5.1.2) и следващите, ако отговаря на договорените изисквания, в срок до 5 (*net*) дни след писменото му уведомяване както и да осигури достъп до помещенията си и необходимите условия за монтажа и въвеждането ѝ в експлоатация.

(9.3) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на Медицинската апаратура на посочения в алинея (4.7) от Договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

(9.4) Възложителят се задължава да съдейства при провеждане на обучението на своите специалисти, като осигурява присъствието им в договореното време.

(9.5) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.

(9.6) Възложителят има право на рекламата по отношение на доставената по Договора Медицинска апаратура, както по отношение на монтажа и инсталацията ѝ при условията посочени в настоящия Договор и съгласно гаранционните ѝ условия.

(9.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваща с Техническите спецификации и/или дефектна Медицинска апаратура и/или нейни компоненти, както и отстраняване на недостатъците, по реда и в сроковете, определени настоящия Договор.

(9.8) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, както и да заплати изцяло или частично цената по Договора, когато Изпълнителят не спазва изискванията

на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора.

(9.9) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да склучи и да му представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(9.10) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

V. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 10.

(10.1) Гаранционна отговорност

(10.1.1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на Медицинската апаратура съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.

(10.1.2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички Несъответствия на Медицинската апаратура, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.

(10.1.3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да изпрати свои квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата в срок от 24 (двадесет и четири) часа, от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. При визитата на сервизния екип на Изпълнителя се съставя констативен протокол за извършеното техническо обслужване, вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването ѝ в два еднообразни екземпляра.

(10.1.4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда в срок от 2 (два) дни или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от 2 (два) дни, Изпълнителят осигурява на Възложителя оборотна апаратура, която се задължава да монтира и въведе в експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата, като гаранционният срок на Медицинската апаратурата, в процес на поправяне, се удължава със срока през който е траело отстраняването на повредата.

(10.2) Гаранционно (сервизно) обслужване

(10.2.1) Изпълнителят се задължава да осигури на Възложителя гаранционно (сервизно) обслужване на Медицинската апаратура в гаранционния срок. Изпълнителят се задължава да извършва с предимство гаранционното обслужване на Медицинската апаратура на Възложителя по време на целия гаранционен период, в срок не по-късно от 2 (два) дни от постъпване на заявка за обслужване от страна на Възложителя. Гаранционното обслужване се осъществява на място, в помещенията на Възложителя, от оторизирани представители на Изпълнителя.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 11. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите

(11.1) Видове и размер на гаранциите

(11.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3% (три) от стойността на Договора по алинея (2.1) или сумата от 4480,86 (четири хиляди и осемдесет 0,86 лв)

(11.1.3) Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

(11.2) Форма на гаранциите

(11.2.1) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните:

1. парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;

2.банкова гаранция; или

3. ~~застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.~~

Чл.12. Изисквания по отношение на гаранциите

(12.1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя:

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД

Банка: "ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД – КЛОН КЪРДЖАЛИ

Банков код (BIC): IABGBGSF

Банкова сметка (IBAN): BG 79IABG74971000243301

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;

(12.2) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на Договора, плюс 30 (*тридесет*) дни за гаранцията за изпълнение.

(12.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

(12.2.2) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(12.3). Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (*тридесет*) дни, Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, съответно при неусвояване или невръщане на авансовото плащане не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 13. Задържане и освобождаване на гаранцията

(13.1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при условия, както следва:

(13.1.1) частично освобождаване в размер на 50 % (*петдесет процента*) от стойността на Договора в размер на 2240,43 (двехиляди двеста и четиридесет 0,43 лв) лева, в срок от 10 (*десет*) дни, след приемане на доставката на Медицинската апаратура и подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2) съответно по алинея (5.1.4) без забележки и след монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура и подписване на протокола по алинея (5.2.2), при липса на възражения по изпълнението и при условие, че сумите по гаранциите не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.

(13.1.2) частично освобождаване в размер на 10 % (*десет процента*) от стойността на договора в размер на 448,09 (четиристотин четиридесет и осем 0,09) лева, в срок от 10 (*десет*) дни, след успешно завършване на обучението на персонала на Възложителя и подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3.2) при липса на възражение и при условие, че сумите по гаранцията не са усвоени, или не са настъпили условия за усвояването им.

(13.1.3) окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок от 30 (*тридесет*) дни, след изтичане на гаранционния срок на Медицинската апаратура, посочен в алинея (4.5) от настоящия Договор при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.

(13.2) Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора, преди частичното ѝ освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на сумите по алинея (13.1.1) и алинея (13.1.2).

(13.3) Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път, Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на алинея(13.1).

(13.4) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата под която са предоставени.

(13.5) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.

(13.6.) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя, съответно при възникване на задължения за Изпълнителя за връщане на авансово платени суми. В тези случаи, Възложителят има право да задържиот гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.

(13.7) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(13.8) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок до 10 (*deset*) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в алинея (11.1), като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да дозастрахова отговорността си до размера в алинея (11.1).

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл.14.

(14.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,2% от сумата по алинея (2.2) за всеки просрочен ден, но не повече от 5% от цената за съответната дейност по алинея (2.2).

(14.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,2% от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5% от размера на забавеното плащане.

(14.3) При неизпълнение от страна на Изпълнителя на задълженията му за обучение на персонала на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет процента) от общата цена на Договора по алинея (2.1).

(14.4) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя, неустойка в размер на 5% (пет процента) от цената за съответната дейност по алинея (2.2.).

(14.5) При пълно неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока по гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 5% (пет процента) от стойността на Договора.

(14.6) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

(14.7.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка:

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД

Банка: "ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД – КЛОН КЪРДЖАЛИ

Банков код (BIC): IABGBGSF

Банкова сметка (IBAN): BG 79IABG74971000243301

В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 10 (*deset*) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл.15. Общи условия приложими към Подизпълнителите

(15.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(15.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(15.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(15.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор и на Изпълнителя.

(15.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл.16. Договори с подизпълнители

При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;
3. при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл.17. Разплащане с подизпълнители

(17.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(17.2) Разплащанията по член (17.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(17.3) Към искането по алинея (17.2) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(17.4) Възложителят има право да откаже плащане по алинея(17.2), когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.18.

(18.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. с изтичане на уговорения срок;

3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;
4. При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) за срок по-дълъг от 90 дни;

(18.2) Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до Изпълнителя:

1. При системно (три и повече пъти) неизпълнение на Изпълнителя на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията; или
2. при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти в срока по гаранцията; или
3. при забава продължила повече от 20 (*двадесет*) дни или при пълно неизпълнение на задължението на Изпълнителя за въвеждането в експлоатация на Медицинската апаратура, и/или за обучение на персонала на Възложителя; или
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;

(18.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.

(18.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

(18.5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

Чл.19.

Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.20.

(20.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

(20.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(20.3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(20.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Член 22.

(22.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

И.И. Ставей Ангелов

Телефон: 0261 168 212

Email: hospital-kgstavv.bg

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Теоман Ялчън

Телефон: 0887516242

Email: info@amsmed.eu

(22.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

(22.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

(22.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 20 се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.

(22.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

Член 23. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Член 24.

(24.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

(24.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

Член 25. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Член 26.

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;
2. Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя;
3. Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя;

Настоящият Договор се подписва в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ: *Заличено*

/Доц. д-р Тодор Чег

ГЛ.СЧЕТОВОДИТ

сл. 2
от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: *Заличено*

УПРАВИТЕЛ: *сл. 2 от ЗЗЛД*



Съгласувано с юри

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Реанимационна апаратура и интензивно оборудване		150 759,52
3.1. Универсален респиратор - за новородени и възрастни		1 57 044,17
	<p>Възможност за обдишване на пациенти от всички възрастови групи с телесно тегло над 0.5 kg;</p> <p>Наличие на цветен TFT дисплей с диагонал поне 17", със сензорно управление (Touch – Screen) за графично и цифрово мониториране на основните параметри на вентилация.</p> <p>Наличие на следните режими на механична вентилация (или еквиваленти):</p> <p>Мандаторна вентилация контролирана по обем - VC CMV;</p>	
	<p>Мандаторна вентилация контролирана по налягане - PC CMV;</p> <p>Синхронизирана мандаторна вентилация контролирана по обем - VC SIMV;</p> <p>Синхронизирана мандаторна вентилация контролирана по налягане - PC SIMV;</p> <p>Мандаторна минутна вентилация – MMV;</p> <p>Бифазно обдишване с положителни нива на наляганята;</p> <p>Вентилация по налягане с подпомагане на налягането – PC PSV;</p> <p>Вентилация по налягане с асистиран контрол – PC AC;</p>	
	<p>Вентилация по обем с асистиран контрол – VC AC;</p> <p>Вентилация с освобождаване на налягането – APRV;</p> <p>Вентилация с продължително позитивно налягане CPAP;</p> <p>Вентилация с продължително позитивно налягане CPAP с подпомагане на обема, и на налягането – CPAP VS, CPAP PS;</p> <p>Наличие на следните режими на обдишване (или еквиваленти):</p> <p>Пропорционален Pressure Support;</p> <p>Автоматична адаптация на инспираторния поток в режими контролирани по обем;</p> <p>Автоматична Компенсация на Тубуса от 0 до 100%;</p> <p>Възможност за надграждане с NIV – Неинвазивна Вентилация, приложима във всички режими на обдишване (поне за възрастни и деца);</p> <p>Възможност за надграждане с Автоматичен клиничен протокол в CPAP PS за извеждането на пациента от апаратна вентилация;</p> <p>Възможност за надграждане с пакет за защита на белия дроб – процедура за възстановяване и Low Flow процедура;</p> <p>Възможност за определяне на долни и горни граници за всички основни параметри на дихателния режим;</p> <p>Катометрия, с възможност за мониторинг на еtCO2 при възрастни и педиатрични пациенти, с обхват 0 до 100 mmHg;</p> <p>Възможност за подаване на газова смес с процент на кислорода от 21 до 100%;</p>	

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Измерване на инспираторна кислородна концентрация 18 до 100%;	
	Инспираторно време: 0,11 до 10 sec;	
	Еднократен обем поне:	
	100 - 3000 ml за възрастни,	
	20 - 300 ml за деца,	
	2 - 100 ml за новородени деца;	
	Честота поне:	
	0,5 до 98 l/min при възрастни,	
	0,5 до 150 l/min при педиатрични пациенти и новородени деца;	
	Инспираторно налягане: поне 1 - 95 mbar;	
	PEEP: поне 0-50 mbar;	
	Инспираторен поток поне:	
	2 до 120 L/min при възрастни,	
	2 до 30 L/min при педиатрични пациенти и новородени деца;	
	Подпомагане на налягането PS: поне 0 до 95 mbar;	
	Автоматична Компенсация на тубуса - компенсация 0 до 100 %, при вътрешен диаметър на тубуса поне:	
	5 - 12mm възрастни,	
	2 - 8mm педиатрични,	
	2 - 5mm недоносени деца;	
	Приложение на Автоматична Компенсация на тубуса и при пациенти с трахеостомен тубус;	
	Кислородна терапия с постоянен поток не по-малко от 2 до 50 L/min, и O ₂ концентрация не по-лоша от 21 до 100%;	
	Овлажнител за активно затопляне и овлажняване на газовата смес, приложимо при възрастни, педиатрични пациенти и новородени деца;	
	Наличие на цветен TFT дисплей с диагонал поне 17", със сензорно управление (Touch - Screen) за графично и цифрово мониториране на основните параметри на вентилация;	
	Показване на 3 графики в реално време едновременно;	
	Показване на до 12 стойности на екран;	
	Налягания в дихателните пътища - P _{plat} , PEEP, PIP, P _{mean} , P _{min} ;	
	Минутна вентилация - MV, MV _{tand} ;	
	Еднократен обем VT	
	Инспираторна концентрация на кислорода;	
	Дихателна честота RR, RR _{spn} ;	
	Резистанс;	
	Комплайънс;	
	Лекажи при минутна вентилация MV leak;	

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

	<p>Отрицателна инспираторна сила NIF;</p> <p>Оклузионно налягане;</p> <p>Съотношение поток/налягане, обем/налягане (примки);</p> <p>Информация за състоянието на пациента в цялостния период на обдишване (журнал);</p> <p>Екрана да дава възможност за завъртане на поне 90° наляво/надясно, както и да се откача и закача на стандартна тръба;</p> <p>Поне 6 различни, индивидуално конфигурируеми екрана;</p> <p>Автоматична компенсация на утечки/лекаж;</p>		
	<p>Наличие на акустични и визуални аларми, съпроводени с обяснителен текст, при застрашаващи живота състояния (еднократен обем, честота, откачане на пациента, утечки, и др);</p> <p>Светлинна индикация на алармата, видима от 360°;</p> <p>Индивидуална настройка на алармените граници;</p> <p>Експорт на данни, конфигурацията и настройките чрез USB стик;</p> <p>Изчакващ режим на работа (stand-by);</p> <p>Потребителски интерфейс и инструкции за употреба на български език,</p>		
	<p>Инструкция за работа на български език, софтуерно достъпна в самия апарат;</p> <p>Потребителски интерфейс на английски и български език;</p> <p>Окомплектовка към апарата:</p> <p>количка с колела, възможност за заключване на поне две колела;</p> <p>овлажнител на вдишания от пациента въздух, с възможност за работа при възрастни, педиатрични пациенти, и новородени;</p> <p>гъвкав статив за пациентната система;</p> <p>пациентна система за възрастни, деца и новородени деца;</p> <p>захранващи шлангове за кислород и въздух;</p> <p>сензори за поток – по 5 бр. (за новородени и за възрастни).</p>		
	<p>3.2. Спешен транспортен респиратор</p>		
	<p>Апарат за спешна медицинска помощ за контролирано обдишване с микропроцесорно управление и електрическо задвижване;</p> <p>Възможност за завъртане на контролния дисплей за удобство при работа и по-добра видимост от двете страни на уреда;</p> <p>Висока мобилност и пригодност за вътреболничен и междуболничен транспорт;</p>		
	<p>Наличие на дръжка за пренасяне, балансираща центъра на тежестта; -</p>		
		1	21 187,83

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

	<p>Наличие на система за пренасяне, с място за кислородна бутилка (диаметър 100 – 120 cm, дължина 300 - 450 mm) с редуцирвинтил;</p> <p>Чанта за аксесоари с възможност за закачане на апарат/системата за пренасяне;</p> <p>Възможност за захранване с O₂ от централна газова инсталация, и от бутилка с O₂;</p> <p>Захранване: 240 V~ / 50Hz / 1.0 A;</p> <p>DC/DC преобразувател за захранване в линейка;</p> <p>Вградена Li-Ion батерия, осигуряваща поне 8 часа непрекъсната работа;</p>	
	<p>Бърз старт: под 12 sec;</p> <p>Принцип на работа: Контролиран по време, постоянен по обем и с наблюдение на налягането, предназначен за възрастни и деца с еднократен обем от 100 ml и нагоре;</p> <p>Компактен, устойчив на атмосферни влияния, сътресения и удари, лек, с общо тегло не повече от 3,7 kg (с батерия);</p> <p>Екран: цветен, управление с докосване, поне 4" диагонал;</p> <p>Възможност за завъртане на контролния дисплей за удобство при работа и по-добра видимост от двете страни на уреда;</p>	
	<p>Индикации на екрана за оставащият заряд на батерията, 100 % O₂ или O₂/въздух смес, текущата консумация на газ;</p> <p>Наличие на следните режими на механична вентилация:</p> <p>Контролирани по обем: VC-CMV, VC-AC;</p> <p>Спонтанно дишане - SPN-CPAP;</p> <p>Настройка за обдишване при CPR (кардио - пулмонална ресусцитация), с адаптация на алармите за минутен обем и за дихателна честота;</p> <p>Възможност за обдишване на пациента със 100 % кислород, или с газова смес кислород/въздух;</p> <p>Аварийен въздушен вентил - при прекъсване на подаването на газ да позволява спонтанно дишане с околна въздух;</p> <p>Настройка на максимално налягане P_{max}: 20 – 55 mbar;</p> <p>Настройка на респираторна честота RR: 5 – 50 1/min;</p> <p>Настройка на Еднократен обем:</p> <p>100 – 2000 ml;</p> <p>Тригер по поток с чувствителност</p> <p>1 – 15 L/min;</p> <p>Тригер по налягане с чувствителност 1 – 15 стъпки;</p> <p>Настройка PEEP: 0 до 20 mbar;</p> <p>Максимален инспираторен поток поне 100 L/min;</p> <p>Настройка Инспираторно време:</p>	
	<p>0.3 до 10 sec;</p> <p>Настройка Съотношение I:E: 1:4 до 4:1;</p>	

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

	<p>Възможност за настройка на алармените граници за MV, RR, CO2;</p> <p>Звукови и текстови аларми за висок/нисък MV, както и за висок RR, апнея, утечка, разкачане, слаба батерия и др.;</p> <p>Текстовите алармени съобщения да са с поне 3 нива на важност/приоритет, цветово кодирани;</p> <p>Графично представяне на налягането на дихателните пътища Paw;</p> <p>Тест за проверка на устройството: не по-дълъг от 1 мин.;</p> <p>Тест за проверка на пациентната система за обдициване: не по-дълъг от 1 мин.;</p>		
	<p>Работа на уреда в екстремни температурни условия: поне от -20 до +45° C;</p> <p>Работа на уреда в широк диапазон на относителна влажност без кондензация: поне от 10 до 90%;</p> <p>Работа на уреда в широк диапазон на атмосферно налягане: поне 620 до 1,100 hPa, с автоматична компенсация на атмосферното налягане;</p> <p>Работа на надморска височина поне до 4 000 m;</p> <p>Степен на защита IP на уреда: поне 34;</p>		
	<p>Пациентната система и сензора за поток да са за многократна употреба и да подлежат на стерилизация;</p> <p>Подробно ръководство за употреба на български език;</p>		
3.3. Набор за специална реанимация			25 262,42
Дефибрилатор			1
	<p>Синхронизиран бифазен дефибрилатор със следните режими:</p> <p>Асинхронна и синхронизирана мануална дефибрилация;</p> <p>Автоматична външна дефибрилация с текстови и гласови подсказки.</p> <p>Пациентен мониторинг;</p> <p>Да бъде подходящ за пациенти от всички възрастови групи: възрастни, деца, новородени;</p> <p>Да може да работи със захранване от електрическата мрежа, от външен източник на постоянен ток и с вградена батерия;</p> <p>Времето за зареждане на батерията да е под 3 часа;</p> <p>Капацитет на батерията:</p> <p>В режим на дефибрилация: поне 100 шока максимална енергия от 360J</p> <p>В режим на пациентен монитор: поне 2 часа мониториране с ЕКГ, SpO₂ и информация за всички свързани кабели и сензори;</p> <p>Цветен LCD дисплей с диагонал на екрана мин. 7" и резолюция мин. 800 x 480 пиксела.</p>		

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

<p>Да има висококонтрастен екранен режим за ясно и отчетливо изобразяване на информацията дори при излагане на директна слънчева светлина</p>		
<p>Дефибрилациите да се извършват чрез бифазна технология с компенсация на импеданса.</p>		
<p>Максималното ниво на изходната енергия да е до 360 J с поне 20 нива на регулиране от минимална до максимална енергия.</p>		
<p>Времето за зареждане на енергия от 200 J да е по-малко от 5 sec;</p>		
<p>Синхронизирана кардиоверсия: разряд преди 60 ms след детекция на QRS комплекса.</p>		
<p>Минимални изисквания към мониторираните параметри:</p>		
<p>3-канално ЕКГ с аритмия;</p>		
<p>Сърдечна честота с обхват:</p>		
<p>възрастни: 15 to 300 bpm</p>		
<p>деца: 15 to 350 bpm</p>		
<p>новородени: 15 to 350 bpm</p>		
<p>Респирация: трансторакален импеданс</p>		
<p>Пулсова оксиметрия: обхват 0 до 100%.</p>		
<p>Неинвазивно кръвно налягане: режими ръчно, автоматично и STAT с обхват 0 - 300 mmHg;</p>		
<p>Вграден термо принтер с висока резолюция и макс. 3 канала.</p>		
<p>Да може да принтира отчети за: вълновите форми в реално време, обобщения на събития, таблични трендове, замразени вълнови форми, потребителски тест, конфигурация и др.</p>		
<p>Да може да бъде конфигуриран за автоматичен печат на маркирани събития, зареждане с енергия, провеждане на шок, аларми, авто тест и др.</p>		
<p>Размери (ШxВxД): не по-големи от 290x 205x 280mm и тегло: до 6 kg (заедно с батерията и ръкохватките);</p>		
<p>Съхранение на данни;</p>		
<p>Събития: до 1000 събития за един пациент;</p>		
<p>Съхранение на вълновиформи: до 24 часа последователни ЕКГ вълни.</p>		
<p>Таблични трендове: поне 70 часа, с разделителна способност: 1 мин.</p>		
<p>Гласово записване:</p>		
<p>общо макс. 180 минути;</p>		
<p>макс. 60 минути за всеки пациент;</p>		
<p>Данните да могат да се експортират на компютър чрез USB флаш памет.</p>		
<p>Окомплектовка:</p>		
<p>3-изведен ЕКГ пациентен кабел за многократна употреба</p>		
<p>Многократни дефибрилационни ръкохватки за възрастни и деца – 1 чифт</p>		
<p>Презареждаема батерия</p>		

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Степен на защита IP на уреда: поне 44;		
Пациентен монитор		I	
	Мрежово и акумулаторно захранване с възможност за мин. 4 часа автономна работа		
	Цветен TFT дисплей с диагонал не по-малък от 12" с разделителна способност 800 x 600		
	Основни измервани параметри ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP, PR;		
	Вграден термопринтер		
	Едновременно изобразяване на екрана на криви и цифрови стойности на следените параметри.		
	Памет за над 50 групи аритмични събития		
	Запомняне с възможност за преглед на над 900 групи от измервания на неинвазивно кръвно налягане.		
	Запис и преглед на 120 часа трендове, с възможност за съхранение на 1,2,3,5,10,20,30 мин.		
	Следени параметри:		
	ЕКГ в реално време		
	· Избор на отвеждане: I,II,III, avR, avL, avF, V;		
	· Скорост на ЕКГ кривата на дисплея: 12.5; 25 и 50 mm/s		
	· Чувствителност на дисплея за ЕКГ: 5; 10 и 20 mm/mV или автоматично регулиране		
	· Автоматичен анализ на ST-сегмента		
	· Детекция и анализ на аритмии		
	Сърдечна честота		
	Неинвазивно кръвно налягане		
	· с индикация на систола, диастола и средно артериално налягане		
	· Метод: Осцилометрия		
	· режими на работа: Ръчен / Автоматичен / Прекъснат;		
	· Защита от свръхналягане		
	кислородна сатурация		
	· Обхват на измерване: 0-100%		
	Честота на периферния пулс и графично изобразяване на пулсовата крива		
	Телесна температура:		
	• Канали: 2 канала		
	• Обхват: 0-50 °C		
	Дихателна честота и крива на дишането:		
	• Метод: RA-LL импеданс		
	• Измервателен обхват: 0-150грт (±50);		
	• Аларма за апнея		
	Звукова и визуална аларма, с възможност за пренастройване на алармените граници		
	Тегло: по-малко от 5 kg		

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

	<p>В окомплектовка с:</p> <p>5-изведен пациентен ЕКГ кабел</p> <p>сензор за пулсоксиметрия – клипс за пръст, за възрастни</p> <p>манишета за кръвно налягане, за възрастен, среден размер, обиколка на ръката 25- 35 cm</p> <p>сензор за кожна температура</p> <p>захранващ шнур</p> <p>ръководство за работа на Български език</p>		
	Електрокардиограф	1	
	<p>6/12-канален електрокардиограф с възможност - за едновременен запис на 6 или 12 отвеждания</p> <p>Мрежово и акумулаторно захранване</p> <p>Осветен минимум 5" LCD дисплей</p> <p>Пълна буквено-цифрова клавиатура</p> <p>Индикация за разкачен електрод</p> <p>Вграден термопринтер с висока резолюция</p> <p>Инсталиран порт за връзка с външен лазерен или мастилено-струен принтер за разпечатване на ЕКГ</p> <p>Интерфейс: RS 232, USB, LAN</p>		
	<p>Автоматичен и ръчен режим на работа</p> <p>Откриване на пейсмейкър</p> <p>Памет с възможност за запомняне на не по-малко от 250 ЕКГ записа</p> <p>Скорост на записа 5, 10, 25 и 50 mm/s</p> <p>Наличие на мрежов филтър, филтър за мускулни трептения, филтър на изоелектричната линия</p> <p>Защита от дефибрилации</p> <p>Комплект със стандартни принадлежности за ЕКГ за възрастни</p>		
	3.4. Интензивно мултифункционално легло		47 265,10
	<p>Електрическо болнично легло с четири секции и четири мотора</p> <p>Размери на болничното легло:</p> <p>(ШхД) мин. 97 x 216 cm (± 3%);</p> <p>Регулируема височина: 50-82 cm (± 3%);</p> <p>Максимално натоварване: мин. 185 kg (± 5%);</p> <p>Стюманена рамка и основите на отделните секции да са от стюманена цюцинкована мрежа - прахово боядисани;</p> <p>Таблице при главата и краката да са от ABS материал и при необходимост да могат лесно да се махат от леглото. Да имат възможност за поставяне на табелка;</p> <p>2 бр. странични прегради с механизъм за сваляне и вдигане;</p> <p>4 бр. шумоизолирани колела с крачна спирачка, въртящи се на 360°;</p> <p>Движение на секциите чрез дистанционно управление;</p>	10	

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

	<p>2 бутона за регулиране секция гръб: 0 - 85°;</p> <p>2бр. бутони за регулиране на секции при подбедрица: 0-45°</p> <p>2бр. бутони за едновременно движение на секциите;</p> <p>2бр. бутони за регулиране на височината: в диадазон от 32 см;</p> <p>2бр. бутони за тренделенбург/ антитренделенбург: 0- 15°;</p> <p>Възможност за повдигане на пресеца;</p> <p>Наличие на електрически мотори - 4бр.;</p>		
	<p>сила на избутване/издърпване на моторите: 6000/4000N;</p> <p>скорост: 3.5mm/s;</p> <p>Окомплектовка:</p> <p>Инфузионна стойка от неръждаема стомана, регулируема във височина 85-147 mm с възможност за поставяне от двете страни на леглото;</p> <p>Болничен матрак със следните характеристики:</p> <p>Вътрешност от дупапрен, нарязан така, че да заема формата на лежащата повърхност при различни позиции на леглото;</p>		
	<p>Размери на матрака: 220x88x12 cm (± 3%);</p> <p>Антидекубитален;</p> <p>Антибактериален и хипоалергичен;</p> <p>Калъф: водоустойчив, пожароустойчив, подходящ за почистване с дезинфектант, с цип на поне от две от страните;</p>		