

Приложение №1 към Протокол №2 от дейността на комисията назначена със Заповед №220 от 11.04.2018г. на Изпълнителния директор за разглеждане, оценка и класиране на постъпващите офери в откритата процедура с предмет: "Доставка на медицински изделия - общооболочени консултатив за нуждите на МБАЛ "Д-р Атanas Дафовски" АД гр.Кърджали, за тестване на представените мостри, сравняване на представените каталози и технически спецификации за оценяване на качеството на предлаганите медицински изделия.

№	Наименование	Търговско наименование	Каталожен №	Завод производител	Име на фирмата участник	Становище	ПКУ - показател качество на участника	Точки
100	<b>I. Обособена позиция: Хирургичен шевен материал (ЛИГАТУРИ)</b>							
10101	№3/0 6 x 45cm	Марлин рапид 3/0, 6x45cm	17260070	Catgut	"Бикомед" ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
10102	№2/0 6 x 45cm	Марлин рапид 2/0, 6x45cm	17260074	Catgut	"Бикомед" ООД			
10103	№2/0 2 x 70cm	Марлин рапид 2/0, 2x70cm	17260227	Catgut	"Бикомед" ООД			
10104	№2/0 2 x 90cm	Марлин рапид 2/0, 2x90cm	17260408	Catgut	"Бикомед" ООД			
10105	№ 0 3 x 45cm	Марлин рапид 0, 3x45cm	17260022	Catgut	"Бикомед" ООД			
10106	№ 0 6 x 45cm	Марлин рапид 0, 6x45cm	17260081	Catgut	"Бикомед" ООД			
10107	№ 0 2 x 70cm	Марлин рапид 0, 2x70cm	17260230	Catgut	"Бикомед" ООД			
10108	№ 1 3 x 45cm	Марлин рапид 1, 3x45cm	17260024	Catgut	"Бикомед" ООД			
10109	№ 1 6 x 45cm	Марлин рапид 1, 6x45cm	17260085	Catgut	"Бикомед" ООД			
10110	№ 1 2 x 70cm	Марлин рапид 1, 2x70cm	17260236	Catgut	"Бикомед" ООД			
10111	№ 1 5 x 70cm	Марлин рапид 1, 5x70cm	17260330	Catgut	"Бикомед" ООД			
10112	№ 1 2 x 90cm	Марлин рапид 1, 2x90cm	17260413	Catgut	"Бикомед" ООД			
10113	№ 2 3 x 45cm	Марлин рапид 2, 3x45cm	17260026	Catgut	"Бикомед" ООД			
10114	№ 2 2 x 70cm	Марлин рапид 2, 2x70cm	17260240	Catgut	"Бикомед" ООД			
10115	№ 2 2 x 90cm	Марлин рапид 2, 2x90cm	17260416	Catgut	"Бикомед" ООД			
10116	№ 2 5 x 70cm	Марлин рапид 2, 5x70cm	17260333	Catgut	"Бикомед" ООД			
10201	№3/0 2 x 70cm	Марлин виолет 3/0, 2x70cm	17240218	Catgut	"Бикомед" ООД			
10202	№ 3/0 2 x 90cm	Марлин виолет 3/0, 2x90cm	17240280	Catgut	"Бикомед" ООД			
10203	№2/0 6 x 45cm	Марлин виолет 2/0, 6x45cm	17240027	Catgut	"Бикомед" ООД			
10204	№2/0 2 x 70cm	Марлин виолет 2/0, 2x70cm	17240225	Catgut	"Бикомед" ООД			
10205	№2/0 2 x 90cm	Марлин виолет 2/0, 2x90cm	17240284	Catgut	"Бикомед" ООД			
10206	№ 0 3 x 45cm	Марлин виолет 0, 3x45cm	17240091	Catgut	"Бикомед" ООД			

10207	№ 0 6 x 45см	Марлин виолет 0, 6x45см	17240035	Catgut	"Бикомед" ООД
10208	№ 0 2 x 70см	Марлин виолет 0, 2x70см	17240233	Catgut	"Бикомед" ООД
10209	№ 1 3 x 45см	Марлин виолет 1, 3x45см	17240099	Catgut	"Бикомед" ООД
10210	№ 1 6 x 45см	Марлин виолет 1, 6x45см	17240043	Catgut	"Бикомед" ООД
10211	№ 1 2 x 70см	Марлин виолет 1, 2x70см	17240241	Catgut	"Бикомед" ООД
10212	№ 1 5 x 70см	Марлин виолет 1, 5x70см	17240343	Catgut	"Бикомед" ООД
10213	№ 1 2 x 90см	Марлин виолет 1, 2x90см	17240290	Catgut	"Бикомед" ООД
10214	№ 2 3 x 45см	Марлин виолет 2, 3x45см	17240102	Catgut	"Бикомед" ООД
10215	№ 2 6 x 45см	Марлин виолет 2, 6x45см	17240051	Catgut	"Бикомед" ООД
10216	№ 2 2 x 70см	Марлин виолет 2, 2x70см	17240250	Catgut	"Бикомед" ООД
10217	№ 2 2 x 90см	Марлин виолет 2, 2x90см	17240294	Catgut	"Бикомед" ООД
10218	№ 2 5 x 70см	Марлин виолет 2, 5x70см	17240351	Catgut	"Бикомед" ООД
10101	№3/0 6 x 45см	Марлин рапид 3/0, 6x45см	17260070	Catgut	"Бикомед" ООД
10102	№2/0 6 x 45см	Марлин рапид 2/0, 6x45см	17260074	Catgut	"Бикомед" ООД
10103	№2/0 2 x 70см	Марлин рапид 2/0, 2x70см	17260227	Catgut	"Бикомед" ООД
10104	№2/0 2 x 90см	Марлин рапид 2/0, 2x90см	17260408	Catgut	"Бикомед" ООД
10105	№ 0 3 x 45см	Марлин рапид 0, 3x45см	17260022	Catgut	"Бикомед" ООД
10106	№ 0 6 x 45см	Марлин рапид 0, 6x45см	17260081	Catgut	"Бикомед" ООД
10107	№ 0 2 x 70см	Марлин рапид 0, 2x70см	17260230	Catgut	"Бикомед" ООД
10108	№ 1 3 x 45см	Марлин рапид 1, 3x45см	17260024	Catgut	"Бикомед" ООД
10109	№ 1 6 x 45см	Марлин рапид 1, 6x45см	17260085	Catgut	"Бикомед" ООД
10110	№ 1 2 x 70см	Марлин рапид 1, 2x70см	17260236	Catgut	"Бикомед" ООД
10111	№ 1 5 x 70см	Марлин рапид 1, 5x70см	17260330	Catgut	"Бикомед" ООД
10112	№ 1 2 x 90см	Марлин рапид 1, 2x90см	17260413	Catgut	"Бикомед" ООД
10113	№ 2 3 x 45см	Марлин рапид 2, 3x45см	17260026	Catgut	"Бикомед" ООД
10114	№ 2 2 x 70см	Марлин рапид 2, 2x70см	17260240	Catgut	"Бикомед" ООД
10115	№ 2 2 x 90см	Марлин рапид 2, 2x90см	17260416	Catgut	"Бикомед" ООД
10116	№ 2 5 x 70см	Марлин рапид 2, 5x70см	17260333	Catgut	"Бикомед" ООД
10201	№3/0 2 x 70см	Марлин виолет 3/0, 2x70см	17240218	Catgut	"Бикомед" ООД
10202	№ 3/0 2 x 90см	Марлин виолет 3/0, 2x90см	17240280	Catgut	"Бикомед" ООД
10203	№2/0 6 x 45см	Марлин виолет 2/0, 6x45см	17240027	Catgut	"Бикомед" ООД
10204	№2/0 2 x 70см	Марлин виолет 2/0, 2x70см	17240225	Catgut	"Бикомед" ООД
10205	№2/0 2 x 90см	Марлин виолет 2/0, 2x90см	17240284	Catgut	"Бикомед" ООД
10206	№ 0 3 x 45см	Марлин виолет 0, 3x45см	17240091	Catgut	"Бикомед" ООД
10207	№ 0 6 x 45см	Марлин виолет 0, 6x45см	17240035	Catgut	"Бикомед" ООД

10208	№0 2 x 70см	Марлин виолет 0, 2x70см	17240233	Catgut	"Бикомед" ООД		
10209	№1 3 x 45см	Марлин виолет 1, 3x45см	17240099	Catgut	"Бикомед" ООД		
10210	№1 6 x 45см	Марлин виолет 1, 6x45см	17240043	Catgut	"Бикомед" ООД		
10211	№1 2 x 70см	Марлин виолет 1, 2x70см	17240241	Catgut	"Бикомед" ООД		
10212	№1 5 x 70см	Марлин виолет 1, 5x70см	17240343	Catgut	"Бикомед" ООД		
10213	№1 2 x 90см	Марлин виолет 1, 2x90см	17240290	Catgut	"Бикомед" ООД		
10214	№2 3 x 45см	Марлин виолет 2, 3x45см	17240102	Catgut	"Бикомед" ООД		
10215	№2 6 x 45см	Марлин виолет 2, 6x45см	17240051	Catgut	"Бикомед" ООД		
10216	№2 2 x 70см	Марлин виолет 2, 2x70см	17240250	Catgut	"Бикомед" ООД		
10217	№2 2 x 90см	Марлин виолет 2, 2x90см	17240294	Catgut	"Бикомед" ООД		
10218	№2 5 x 70см	Марлин виолет 2, 5x70см	17240351	Catgut	"Бикомед" ООД		
200	<b>II. Обособена позиция: Хирургичен атравматичен шевен материал с игла за очни операции</b>						
20001	№10/0 монофиламентен синтетичен найлон, 30см, 3/8игла, С-3,6мм,двойна	Найлон 10/0, С-3, 30см	1930-01	Alcon	"Бикомед" ООД		6
20002	№8/0 резорбируем 20см, 3/8игла, С-3,6мм,двойна шпатула	Марлин 8/0, 2xDLM 20-6, 30см	18041599	Catgut	"Бикомед" ООД		
20003	№4/0 полиестер S green 75см, с игла триъгълен профил DS12	Полиестер S 4/0, DS12, 70см	17213274	Catgut	"Бикомед" ООД		
20004	№4/0 синтетичен 1,5м конец с игла двойна, с триъгълен профил DS12	Полиестер S 4/0, 2xDS12, 70см	17213290	Catgut	"Бикомед" ООД		
20005	№5/0 полиестер 45см, двойна игла с шпатуловиден профил 3/8: 11мм	Полиестер 5/0, Т-1, 45см	1895-11	Alcon	"Бикомед" ООД		
20006	№6/0 коприна черна 45см, игла шпатуловиден профил 3/8: 6,6мм	Коприна 6/0, ВО-1, 45см	1860-01	Alcon	"Бикомед" ООД		
20007	№6/0 синтетичен резорбируем 75см, игла с триъгълен профил 3/8 : 11мм	Марлин 6/0, DS12, 70см	17241807	Catgut	"Бикомед" ООД		
20008	№7/0 синтетичен конец 45см, игла шпатуловиден профил 3/8: 9мм	Марлин виолет 7/0, 2xDLM 20-6, 45см	18041606	Catgut	"Бикомед" ООД		
300	<b>III. Обособена позиция: Хирургичен Поливинилиденфлуорид, монофилен, син, нерезорбируем, атравматичен шевен материал</b>						
30001	№5/0 дължина на конца 90см и игла 2HR-17mm	Марилон 5/0, 2xHR17, 90см	17214238	Catgut	"Бикомед" ООД		
30002	№6/0 дължина на конца 70см и игла 2HR-13mm	Марилон 6/0, 2xHR13, 70см	17214173	Catgut	"Бикомед" ООД		

отговаря на изискванията на възложителя

№	Обособена позиция: Хирургичен атравматичен шевен материал с игла за УНГ операции	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
400	Хирургичен атравматичен шевен материал с игла (за УНГ)			
401	№3/0 дължина на конеца 45см и игла HS-1.5mm	17261848	Catgut	"Бикомед" ООД
40201	Марлин рапид 3/0, HS15, 45см			
40202	№4/0 дължина на конеца 45см и игла HS-1.5mm	17261844	Catgut	"Бикомед" ООД
40203	№3/0 дължина на конеца 45см и игла HS-20mm	17261879	Catgut	"Бикомед" ООД
40204	Марлин рапид 3/0, HS20, 45см			
402	Синтетичен, резорбируем шевен материал, оплетен с покритие (с кратък срок на резорбция до 50% след 7-я ден) с игла			
40101	№3/0 полиестер бял оплетен без покритие с дължина на конеца 70см и игла HR-22mm	17216745	Catgut	"Бикомед" ООД
40102	№3/0 полиестер бял оплетен без покритие с дължина на конеца 70см и игла HR-26mm	17217105	Catgut	"Бикомед" ООД
40103	№3/0 полиестер бял оплетен без покритие с дължина на конеца 70см и игла HR-30mm	17218247	Catgut	"Бикомед" ООД
40204	№4/0 дължина на конеца 45см и игла HS-20mm	17261877	Catgut	"Бикомед" ООД
40205	Марлин рапид 4/0, HS20, 45см			
40205	№2/0 дължина на конеца 45см и игла HS-20mm	17261883	Catgut	"Бикомед" ООД
500	Хирургически игли за шев от висококачествена стомана (с федерацио ужо)			
51101	№3	5630 GA 3	TNI	"Бикомед" ООД
51102	№4	5634 GAR 3	TNI	"Бикомед" ООД
51103	№5	5630 GA 4	TNI	"Бикомед" ООД
51104	№6	5634 GAR 4	TNI	"Бикомед" ООД
51105	№8	5630 GA 5	TNI	"Бикомед" ООД
51201	№3	5634 GAR 5	TNI	"Бикомед" ООД
51202	№7	5630 GA 6	TNI	"Бикомед" ООД
51203	№8	5634 GAR 6	TNI	"Бикомед" ООД
51204	№9	5630 GA 8	TNI	"Бикомед" ООД
51205	№10	5634 GAR 8	TNI	"Бикомед" ООД
51206	№11	5610 B 3	TNI	"Бикомед" ООД
51207	№12	5614 BR 3	TNI	"Бикомед" ООД
		5610 B 7	TNI	"Бикомед" ООД
		5614 BR 7	TNI	"Бикомед" ООД
		5610 B 8	TNI	"Бикомед" ООД
		5614 BR 8	TNI	"Бикомед" ООД
		5610 B 9	TNI	"Бикомед" ООД
		5614 BR 9	TNI	"Бикомед" ООД
		5610 B 10	TNI	"Бикомед" ООД
		5614 BR 10	TNI	"Бикомед" ООД
		5610 B 11	TNI	"Бикомед" ООД
		5614 BR 11	TNI	"Бикомед" ООД
		5610 B 12	TNI	"Бикомед" ООД
		5614 BR 12	TNI	"Бикомед" ООД

51208	№13	5610 B 13	5610	TNI	"Бикомед" ООД	
51209	№14	5614 BR 13	5614	TNI	"Бикомед" ООД	
51210	№15	5610 B 14	5610	TNI	"Бикомед" ООД	
51211	№16	5614 BR 14	5614	TNI	"Бикомед" ООД	
51301	№7	5610 B 15	5610	TNI	"Бикомед" ООД	
51302	№8	5614 BR 15	5614	TNI	"Бикомед" ООД	
51303	№9	5610 B 16	5610	TNI	"Бикомед" ООД	
51304	№10	5614 BR 16	5614	TNI	"Бикомед" ООД	
51305	№11	5620 G 7	5620	TNI	"Бикомед" ООД	
51306	№12	5624 GR 7	5624	TNI	"Бикомед" ООД	
51307	№13	5620 G 8	5620	TNI	"Бикомед" ООД	
51308	№14	5624 GR 8	5624	TNI	"Бикомед" ООД	
51309	№15	5620 G 9	5620	TNI	"Бикомед" ООД	
51401	№1	5624 GR 9	5624	TNI	"Бикомед" ООД	
51402	№2	5620 G 10	5620	TNI	"Бикомед" ООД	
51403	№3	5624 GR 10	5624	TNI	"Бикомед" ООД	
51404	№4	5620 G 11	5620	TNI	"Бикомед" ООД	
51405	№5	5624 GR 11	5624	TNI	"Бикомед" ООД	
51406	№6	5620 G 12	5620	TNI	"Бикомед" ООД	
51501	№1	5624 GR 12	5624	TNI	"Бикомед" ООД	
51502	№2	5620 G 13	5620	TNI	"Бикомед" ООД	
51503	№3	5624 GR 13	5624	TNI	"Бикомед" ООД	
51504	№4	5620 G 14	5620	TNI	"Бикомед" ООД	
51505	№5	5624 GR 14	5624	TNI	"Бикомед" ООД	
52001	№2	5620 G 15	5620	TNI	"Бикомед" ООД	
52002	№3	5624 GR 15	5624	TNI	"Бикомед" ООД	
52003	№4	5620 G 16	5620	TNI	"Бикомед" ООД	
		5624 GR 16	5624	TNI	"Бикомед" ООД	
		Ferguson 1	5724	TNI	"Бикомед" ООД	
		Ferguson 2	5724	TNI	"Бикомед" ООД	
		Ferguson 3	5724	TNI	"Бикомед" ООД	
		Ferguson 4	5724	TNI	"Бикомед" ООД	
		Ferguson 5	5724	TNI	"Бикомед" ООД	
		Ferguson 6	5724	TNI	"Бикомед" ООД	
		5640 H 1	5640	TNI	"Бикомед" ООД	
		5644 HR 1	5644	TNI	"Бикомед" ООД	
		5640 H 2	5640	TNI	"Бикомед" ООД	
		5644 HR 2	5644	TNI	"Бикомед" ООД	
		5640 H 3	5640	TNI	"Бикомед" ООД	
		5644 HR 3	5644	TNI	"Бикомед" ООД	
		5640 H 4	5640	TNI	"Бикомед" ООД	
		5644 HR 4	5644	TNI	"Бикомед" ООД	
		5640 H 5	5640	TNI	"Бикомед" ООД	
		5644 HR 5	5644	TNI	"Бикомед" ООД	
		Mayo 2	5734	TNI	"Бикомед" ООД	
		Mayo 3	5734	TNI	"Бикомед" ООД	
		Mayo 4	5734	TNI	"Бикомед" ООД	

53101	№00	PB 00	5794	TNI	"Бикомед" ООД			
53102	№0	PB 0	5794	TNI	"Бикомед" ООД			
53103	№1	PB 1	5794	TNI	"Бикомед" ООД			
53104	№2	PB 2	5794	TNI	"Бикомед" ООД			
53105	№3	PB 3	5794	TNI	"Бикомед" ООД			
53106	№4	PB 4	5794	TNI	"Бикомед" ООД			
53107	№5	PB 5	5794	TNI	"Бикомед" ООД			
53108	№6	PB 6	5794	TNI	"Бикомед" ООД			
53109	№7	PB 7	5794	TNI	"Бикомед" ООД			
53110	№8	PB 8	5794	TNI	"Бикомед" ООД			
53201	№4	PD 4	5814	TNI	"Бикомед" ООД			
53202	№5	PD 5	5814	TNI	"Бикомед" ООД			
53203	№6	PD 6	5814	TNI	"Бикомед" ООД			
53204	№7	PD 7	5814	TNI	"Бикомед" ООД			
53205	№8	PD 8	5814	TNI	"Бикомед" ООД			
53301	№1	PH 1	5824	TNI	"Бикомед" ООД			
53302	№2	PH 2	5824	TNI	"Бикомед" ООД			
53303	№3	PH 3	5824	TNI	"Бикомед" ООД			
53304	№4	PH 4	5824	TNI	"Бикомед" ООД			
53305	№5	PH 5	5824	TNI	"Бикомед" ООД			
53306	№6	PH 6	5824	TNI	"Бикомед" ООД			
53307	№7	PH 7	5824	TNI	"Бикомед" ООД			
53308	№8	PH 8	5824	TNI	"Бикомед" ООД			
600	<b>VI. Обособена позиция: Детски млека</b>							
60001	За недоносени деца или новородени с ниско тегло под 1800гр.	Фризолак Прематор	неприложимо	Фризолак Кампина	СБМ Интернешънъл ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
60002	За недоносени деца или новородени с ниско тегло	Фризолак Прематор	неприложимо	Фризолак Кампина	СБМ Интернешънъл ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
60003	За деца от 0 до 6 месеца	Фризолак 1	неприложимо	Фризолак Кампина	СБМ Интернешънъл ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
60005	За деца с хибитуално повръщане	Фризовом	неприложимо	Фризолак Кампина	СБМ Интернешънъл ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
60006	За деца с алергии	Фризолак ПЕП АС	неприложимо	Фризолак Кампина	СБМ Интернешънъл ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
60007	За деца със запек и колики	Фризовом	неприложимо	Фризолак Кампина	СБМ Интернешънъл ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
60008	Лечебно-профилактично-диетично млеко при остри диарии и непоносимост към лактоза							
700	<b>VII. Обособена позиция: Дренаж гофриран (силиконов)</b>							
						няма постъпили оферти		
						няма постъпили оферти		

800	<b>VIII. Обособена позиция: Интубационни тръби и водачи за тях</b>	TRACHEAL TUBE, SAFETY-CLEAR	100380	Teletex Medical	Дъчмед Интернешънъл	при тестването на мострите се установи, че интубационните тръби са много твърди и трудни за работа	3	15
		Интубационни тръби №2; 2.5; 3; 3.5 (без балон)	211020U/025U/030U	Weil Laed	"Агарта - ЦМ" ЕООД	при тестването на мострите се установи, че интубационните тръби са много твърди и трудни за работа	3	15
		Тръба интубационна Verotube без балон	262XXX	Beromed	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
900	<b>IX. Обособена позиция: Конци хирургични антимикробни</b>	Конци хир.антимикробни - №-000	1421	Chirana	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		КОНЦИ хирургически нестер. 000 x 1	401000	Софарма АД	Софарма Трейдинг АД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
100	<b>X. Обособена позиция: Игли еднократни и спринцовки еднократни (трикомпонентни)</b>	Игли еднократни №18;20;21;22;23;25;27G	СН18112/20112/21112/22112/23112/25100/27012	Chirana	"Агарта - ЦМ" ЕООД	при тестването на мострите се установи недостатъчен вакуум, буталото не се придвижва плавно и разтвор се прилага на тласъци	3	15
110	<b>XI. Обособена позиция: Ултразвуков гел</b>	Игли инжекционни KD-Fine /op.100бр/5000каш.	900XXX	KDM	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Aqua Sound basic ултразвуков трансемисивен гел 1000 мл	UV1000	Ultrageel	Елпак Лизинг ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
110	<b>XI. Обособена позиция: Ултразвуков гел</b>	Гел ултразвуков 1 л	10745	Setacarta	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		УЗ гел 1л	UG002	Тюркуаз	Медитрейд ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Ултразвуков гел x 1л	1415FLHLC00	Euro Camina	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
120	<b>XII. Обособена позиция: Еднократни мед. изделия за факоемулсификатор</b>				"Бикомед" ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
130	<b>XIII. Обособена позиция: Балони за обдишване</b>	Силиконов балон 1,5 л	600040006	Medisize	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Силиконов балон 1.5 л	2166127	Draeger	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		O2Star кислородна маска	MP01931	Draeger	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
140	<b>XIV. Обособена позиция: Кислородни маски</b>	Кислородна маска за деца	YKL001-P	YILKAL MEDICAL	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Кислородни маски (детски) , с кислороден шлаух	HSI3032	Medisize	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30

150	XV. Обособена позиция: Шлангове и утаители за анестезиологични апарати	Шланг за анест-ни апарати /силиконов/с дължина 30см	6622030	VBM	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
160	XVI. Обособена позиция: Аспирационен набор с капюла	Пациентен шлах 35 см.	2165619	Draeger	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
170	XVII. Обособена позиция: Консумативи за ЕКГ апарати				МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
17001	ЕКГ вакум-електроди	Гръдни вакуумни електроди, метален ринг	F9016SSC	FIAB	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
17002	Периферни вакум електроди (шипки)	ЕКГ Вакум електрод	SM90008	Янченг	Медитрейд ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
180	XVIII. Обособена позиция: Дозиращи устройства за дезинфекционни разтворери	ЕКГ шипки	SM90007	Янченг	Медитрейд ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
190	XIX. Обособена позиция: Консумативи за апарат "Ну-Лие"	Периферни електроди - шипки, за възрастни	F9024SSC	FIAB	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
200	XX. Обособена позиция: Други медицински изделия					няма постъпили оферти		
20001	Антибактериален овлажняващ филтър за дихателни и анестезиологични апарати	BARRIERBAC STM електростатичен филтър	350/5879	Covidien/M edtronic	"Медилон" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20002	Апарат за изм. на кръвно налягане ( с поне 1 год.гаранция)	HUMID-VENT COMPACT	19402	Teleflex Medical	Дъмед Интернешънъл	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20003	Анестезиологична маска (силиконова) № 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6	Hugobvent S HME филтър	300200000	Medisize	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20004	Анус претер - колостомни торбички	TwinStar 55	MP01805	Draeger	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20005	Валва контролна "INVENTROL"	Апарат за кръвно налягане без стетоскоп	LD70	LITTLE DO	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20006	Въздуховод СН - 15мм	Silicone mask	MP01910-MP01915	Draeger	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20007	Дренаж „РЕДОН“ 10;12;14;16;18	Анестезиологична маска (силиконова) № 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6	801100X	VBM	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20008	Дренаж / торакален/ №12;16;18;20;22;24	Анестезиологична маска (силиконова) № 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6				няма постъпили оферти		
20009	Дренаж КЕР "Г" №5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8 (силиконов)	Дренаж КЕР "Г"	GC30XX	Colorplast / Porges	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Пълноценен аспирационен тип "Умолдмаша" с вълна	Бутилка аспирац.Quicky 500мл с редон СН 16, СН 18/оп.20бр./	778 016/18	МРІ	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30



20010	Дренажен аспиратор тип "хармоника", с кран пластина 0,500л.+ дрен №16 ;18	МКА16/18	Момина Крепост	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20011	Дървени шпатули за гърло (стерилни,единично опаковани)	SCMNVWP062	Чанълмед Груп	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20012	Есмарх	LAC001	FAZZINI	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20013	Едн-ни компл.за обдишване за анестезиологични апарати „Портекс“	550100150	Medisize	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20014	Еднократни престилки № M;L (цвет - зелен)	W23720030/040	Mercator	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20015	Еднократни престилки № L; XL (цвет - зелен)	121002/LS	SOFT - VM - Гърция	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20016	Еднократни престилки, подеилени № L; XL (цвет - зелен) стерилни	МКП110	Момина Крепост	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20017	Еднократен сет за плеврална пункция	815 0**	MPJ	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20018	Епидурален минипакет-2	0371152-51	Rajunk	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20019	Еднократни скалпели №11;15;22	SCMDSN1066	Чанълмед Груп	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20020	Еднократни иригатори за клизма	SCMDU88001	Чанълмед Г	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20021	Еднократен хартиен мундшук за апарати "Спироком", "Спиrolаб" и "Спиродок"	1,294	MIR	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20022	Еднократни пълчове за биопсия (2-8мм), с дължина на дръжката не по-къса от 9 см	DMP02-08	Sterylab	МТИ ООД	отстранен		
		BP20F, BP25F, BP30F, BP35F, BP40F, BP50F, BP60F, BP80F	KAI Industries	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30

20023	Еднократни чаршафи за операционна маса, стерилни, без разрез, с размер 90/190см (непромокаеми)	Еднократни чаршафи за операционна маса, стерилни, без разрез, с размер 90/190см (непромокаеми)	611116000	Мерсабг	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20024	Еднократни чаршафи за операционна маса, не стерилни, без разрез, с размер 90/190см	Чаршаф операционен стерилен, 2-слоен 100/150см	488-104	Bastos Viegas	МТИ ООД	отстранен		
20025	Еднократни чаршафи за операционна маса, не стерилни, с размер 90/190см	Еднократни чаршафи за операционна маса, не стерилни, без разрез, с размер 90/190см	611116000	Мерсабг	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Еднократни операционни чаршафи, стерилни, с адхезивен прорез 6x65 см, силно абсорбираща зона около прореза, размер 150/200см	Чаршаф еднократен с ПЕ филм 180/80	455-104	Bastos Viegas	МТИ ООД	отстранен		
	Еднократни операционни чаршафи, стерилни, с адхезивен прорез 6x65 см, силно абсорбираща зона около прореза, размер 150/200см	Еднократни операционни чаршафи, стерилни, с адхезивен прорез 6x65 см, силно абсорбираща зона около прореза, размер 150/200см	16108213	Карлива Солосинес Интегралес	Булмар МЛ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Еднократни операционни чаршафи, стерилни, със разрез, с размер 150/200см (непромокаеми)	Еднократни операционни чаршафи, стерилни, със разрез, с размер 150/200см (непромокаеми)	611157020	Мерсабг	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Еднократни, стерилни компреси, без разрез, с размер 90/90см (непромокаеми)	Еднократни, стерилни компреси, без разрез, с размер 90/90см (непромокаеми)	611115000	Мерсабг	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20026	Еднократни, стерилни компреси, без разрез, с размер 90/90см (непромокаеми)	Еднократни, стерилни компреси, с размер 90/90см	16103202	Карлива Солосинес Интегралес	Булмар МЛ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Еднократни, стерилни компреси, с размер 50/60см	Чаршаф операционен стерилен 2 слоен 75x90 30бр./300бр.	488-103	Bastos Viegas	МТИ ООД	отстранен		
	Еднократни, стерилни компреси, с размер 50/60см (непромокаеми)	Еднократни, стерилни компреси, с адхезивен отвор Ø 8 см, с размер 50/60см	16107302	Карлива Солосинес Интегралес	Булмар МЛ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20027	Еднократни, стерилни компреси, с размер 50/60см (непромокаеми)	Еднократни, стерилни компреси, с размер 50/60см (непромокаеми)	611173020	Мерсабг	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30

20028	Еднократен стерилен операционен, офталмологичен чаршаф с размери 102 x 122 см., с торбичка за събиране на течности и инцизионен отвор	Чаршаф стерилен 2 слоен 50x60 с лупка ф.6см. 60бр./600бр. Еднократен стерилен операционен, офталмологичен чаршаф с размери 102 x 122 см., с торбичка за събиране на	488-250	Bastes Viegas	МТИ ООД	отстранен	6	30
20029	Еднократни шийни яки	154420	Алкон	"Бикомед" ООД	отговаря на изискванията на възложителя		6	30
20030	ЕКГ електроди за ХОЛТЕР	Skintact FS-50, стрес тест ЕКГ електроди за ХОЛТЕР ТЕЛЕКТРОД 815 ЕКГ електроди, основа - PE пiana, твърд гел, размер Ø55	58028 T815 FES-55A	Leonhard Lang Био Протех Инк. Farum S.A	МТИ ООД 3 МЕД ЕООД ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	няма постъпили оферти при тестване на мострата се установи, че електродите не залепват добре и не дават добър образ отговаря на изискванията на възложителя при тестване на мострата се установи, че електродите залепват и се фиксират много трудно	3 6	15 30
20031	ЕКГ електроди / за деца /	Skintact F 301, 30 mm ЕКГ електроди / за деца / 1A25SGF32CFY ЕКГ електроди / за деца / ТЕЛЕКТРОД718 ЕКГ електроди, основа PE пiana, твърд гел, Ø30	58008 1A25SGF32CFY T718 FES-30A	Leonhard Lang Euro Samina Био Протех Инк. Farum S.A	МТИ ООД "Агарта - ЦМ" ЕООД 3 МЕД ЕООД ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя отговаря на изискванията на възложителя отговаря на изискванията на възложителя отговаря на изискванията на възложителя	1 6 6 6	5 30 30 30
20032	ЕКГ електроди / за възрастни/	Skintact F-TF/6, 43X51 mm ЕКГ електроди / за възрастни/ ЕКГ електроди / за възрастни/ ТЕЛЕКТРОД716 ЕКГ електроди за възрастни ЕКГ електроди, основа PE пiana, твърд гел, размер Ø50	59651 1A50BVF50CFY T716 2228 FES-50A	Euro Samina Био Протех Инк. ЗМ Farum S.A	"Агарта - ЦМ" ЕООД 3 МЕД ЕООД "Бикомед" ООД ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	при тестване на мострата се установи, че електродите не залепват добре и не дават добър образ отговаря на изискванията на възложителя при тестване на мострата се установи, че електродите не залепват добре и не дават добър образ отговаря на изискванията на възложителя при тестване на мострата се установи, че електродите не залепват добре и не дават добър образ	3 6 3 6	15 15 30 15 30

20033	ЕМГ електроди	Skintact F-TF/6, 43X51 mm	59651	Leonhard Lang	МТИ ООД	при тестване на мострата се установи, че електродите не залепват добре и не дават добър образ	1	5
20034	Идентификационни ленти "Бебе-майка"	ЕМГ електроди, повърхностни, лепящи се	E27	GVB-gelMED	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Идентификационни ленти "Бебе-майка"	SCMDC1071	Чанълмед Груп	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20035	Калцунци	Калцунци	80	ЖИДЖИИ НГ	Интергаленика	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Калцунци	UM170	Unimax Medical	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20036	Катетри урологични № 6;8;10/двупътни/ - детски	Калцунци, полиетилен	(blank)	Nurteks Teksti (Broche)	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Катетри урологични № 6;8;10/двупътни/ - детски	HEU10006/08/10	Neuton	"Агарта - ЦМ" ЕООД	при тестването на мострата се установи, че катетрите са много твърди и трудно се въвеждат, има риск от нараняване на пациента	1	5
20037	Катетри урологични № 12;14;16;18;20;22;24/двупътни/	Катетър фолиев 2 пътен 3мл	261043, 260008, 260015	Beromed	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		RUSCH GOLD	180630	Teleflex Medical	Дъчмед Интернешанъл	при тестването на мострата се установи, че катетрите са много твърди и трудно се въвеждат, има риск от нараняване на пациента	1	5
20038	Катетър "Бътерфлай" № 25, с дължина на удължителя не по-къса от 30 см	Катетри урологични № 12;14;16;18;20;22;24/двупътни/	HEU11012/014/016/018/020/022/024	Neuton	"Агарта - ЦМ" ЕООД	при тестването на мострата се установи, че катетрите са много твърди и трудно се въвеждат, има риск от нараняване на пациента	1	5
		Катетър фолиев 2 пътен 5 ml	2600XX	Beromed	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20038	Катетър "Бътерфлай" № 25, с дължина на удължителя не по-къса от 30 см	Катетър "Бътерфлай" № 25, с дължина на удължителя не по-къса от 30 см	МКБ25	Момина Крепост	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Катетър Бътерфлай KD Fly 25G жълт луер лок с капачка	742501	KDM	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Абокат/катетър за периф. веноз. път KD-FIX - FER /оп.50бр./1000каш.	762XXX	KDM	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30

20039	Катетър „Абокаг“/двулътен/№16;18;20;22;24	Катетър „Абокаг“ /двулътен/№16;18;20;22;24 Био-Флон	Кат. №№ ВМ0011 (за размер 16 G), ВМ0013 (за размер 18 G), ВМ0014 (за размер 20 G), ВМ0015 (за размер 22 G), ВМ0016 (за размер 24 G)	БИОМЕД ХЕЛТКЕЪ Р ПРОДЪКТ С ПВТ. ООД	3 МЕД ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Катетър „Абокаг“/двулътен/№16;18 :20;22;24	СНFX01016/018/020 /022/024	Chirana	"Агарта - ЦМ" ЕООД	при тестването на мострата се установи, че върха на катетъра се разцепва	1	5
20040	Капачки за абокати (стерилни)	Капачки за абокати (стерилни) Инжекшън стопър	СНLL01  ВМ0071	Chirana  БИОМЕД ХЕЛТКЕЪ Р	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Капачки за абокати и трипълни кранчета КD- САР/оп.200бр./каш.8000/ Катетър "НЕЛАТОН" № 8;10;12;14;16;18 -с контрастна нишка	762530  HEU01008/010/012/0 14/016/018	ООД	3 МЕД ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20041	Катетър "НЕЛАТОН" № 8;10;12;14;16;18 -с контрастна нишка	Катетър за аспирация №12; 14;16;18;20;	МКА12/14/16/18/20	Момина Крепост	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20042	Катетър за аспирация №12; 14;16;18;20;	Уретрален катетър с пластмасов волач	АС5007	Colorplast / Porges	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20043	Катетър (ретрограден/ "Поржес" №7	Central VenousCath	CV-04301 / CV- 04701	Teleflex Medical	Дъчмед Интернешанъл	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20044	Катетър "Кавафикс" /subklawia/ с обем на игла 8см /моно/ №12;14	Катетър "Ректален" №18;20	МКР18/20	Момина Крепост	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20045	Катетър "Ректален" №18;20	Сонда - катетър ректален СН 35. д.40см	140035	МТИ	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20046	Катетър "Ректален" от №34 до №40 - дължина 40см.	Катетър урологичен/ трипълтен /балонен/№ 18;20;22;24 бр.	HEU12018/20/22/24	Heutron	"Агарта - ЦМ" ЕООД	при тестването на мострата се установи, че катетра е много твърд и се пука	1	5
20047	Катетър урологичен-трипълтен /балонен/№ 18;20;22;24 бр.	Катетър фолиев 3 пъген 30 ml	2603XX	Veromed	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20048	Катетър "ПЕЦЕР" №-28;30;32	Катетър "ПЕЦЕР"	АЕ3АХХ	Colorplast / Porges	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20049	Катетър "ЦИСТОФИКС" №-10 /за супра дренаж/игла 8см	Cystodrain " №-10 /за супра дренаж/игла 8см	ВJ8009	Colorplast / Porges	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20050	Катетър абдоминален №12;14;16;18;20;22;24;26	Катетър абдоминален №12;14;16;18;20;22;24;26	МКА12/14/16/18/20/ 22/24/26	Момина Крепост	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30

20051	Категър., Назален" за подаване на кислород	Категър., Назален" за подаване на кислород	HER32001	Неутоп	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20052	Костен восък - 2,5гр.	Назална кислородна канюла	HSI30301	Medisize	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20053	Кондоми	Восък костен стерилен BONE WAX, 2,5 gr /оп. 24 бр./	CON-500R	Serag Wissner	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20054	Лигнин/медиц.вата/тип "В" по I кт.	Кондоми		Чанълмед Груп	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20055	Легенчета бърреквидни - алпака	Лигнин/медиц.вата/тип "В" по I кт.	UM6-486/1000	Unimax Medical	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20056	Мед-ка ролка (едн-ни чаршафи) 60 x 60см с фолио	Бърреквидно легенче 250x115x40мм	81300-03	Hilbro	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20057	Маска за "Амбу" (за деца)	Мед-ка ролка (едн-ни чаршафи) 60 x 60см с фолио	1411	Саниджен СПА	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20058	Маска за "Амбу" (за възрастни)	Ролка за кушетка - рециклирана хартия промазана с полиетилен /58см. х 50м./12бр	108025/SE	SOFT - VM - Гърция	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20059	Маска за "Амбу" (за деца)	Анестезиологична маска (силиконова)	801100X	VBM	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20060	Маска за "Амбу" (за възрастни)	Маска за "Амбу" (за деца)	HEA38002/03	Неутоп	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20061	Маска за "Амбу" (за деца)	Маска за "Амбу" (за деца), еднократна	723/11	FAZZINI	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20062	Маска за "Амбу" (за възрастни)	Анестезиологична маска (силиконова)	801100X	VBM	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20063	Маска за "Амбу" (за деца)	Маска за "Амбу" (за възрастни)	HEA38001	Неутоп	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20064	Маска за "Амбу" (за възрастни)	Маска за "Амбу" (за възрастни), еднократна	723/14	FAZZINI	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20065	Назодуоденална сонда № 10;12;14;16;18;20;	Назодуоденална сонда № 10;12;14;16;18;20;	МКН10/12/14/16/18/20	Момина Крепост	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20066	Назодуоденална сонда за деца №12 и №14	Назодуоденална сонда за деца №12 и №14	МКНД12/14	Момина Крепост	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20067	Натронкалик за анест-ни апарати (абсорб. на възл. двуокис)	DrägerSorb	MX00001	Dräger	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20068	Натронкалик за анест-ни апарати (абсорб. на възл. двуокис)	Sofnolime - абсорб. на възл. двуокис за анест-ни апарати	660000009	Medisize (Molecular products)	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30

20062	Плакоченници и съединители за респираторни апарати	У -Конектор	6010100	VBM	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20063	Небулайзер (комплект)	Salter-Style™ Комплект небулайзер с кислородна маска за възрастни и 213 см кислороден шланг	13960	Salter abs/C ovidien/Me dtronic	"Медилон" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Небулайзер (комплект)	HER08001	NeuTon	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20064	Превръзка фиксираща за АБОКАТ за възрастни, с подложка под крилата на абоката	Сет с небулайзер (за възрастни, среден р-р и за деца)	YKL002-A, YKL002-M, YKL002-P	YIPKAL MEDICAL	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		3M I.V Dressing 6cm x 8 cm	3523	3M	"Бикомед" ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20065	Памперси / 3 - 6 кг/	SafLINE FIX I.V.	OOPV54001	Mercator	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20066	Памперси за възрастни / 80-100 кг/	Памперси / 3 - 6 кг/	0903-10	Саниджен СПА	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20067	Пълна клампа за новородени	Памперси за възрастни / 80-100 кг/	0903-20	Саниджен С	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Клампа умбиликална	46000x	MP1	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20068	Пластмасов мундшук за небулайзер	Пълна клампа за новородени	SCMDC1070	Чанълмед Груп	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Salter-Style™ Мундшук	13957	Salter abs/C ovidien/Me dtronic	"Медилон" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20069	Резервни остриета за скалпели	Резервни остриета за скалпели	SCMDSN1065	Чанълмед Груп	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		(blank)		Nurteks Tekstil (Broche)	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30

20070	Ръкавици хир-ни латексови x100 бр./нест-ни/ с пудра № S;M;L	Santex	RD11010002/03/04	Mercator	"Агарта - ЦМ" ЕООД	при тестването на представените мостри се установи, че ръкавиците не са достатъчно еластични и с добра тактилност, късат се при поставяне	1	5						
20070	Нестерилна латексова ръкавица с пудра Beroglove	Ръкавици латекс с пудра	(blank)	СУПЕРМА КС	Интергаленика	отговаря на изискванията на възложителя	6	30						
									Ръкавици хир-ни латексови x100 бр./нест-ни/ с пудра № S;M;L	Nurteks Tekstil (Broche)	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	при тестването на представената мостра се установи, че ръкавиците не са достатъчно еластични	3	15
20071	Ръкавици хир-ни латексови x100 бр./нест-ни/ без пудра № S;M;L	Нестерилна латексова ръкавица без пудра Beroglove	(blank)	Beromed	МТИ ООД	при тестването на представената мостра се установи, че ръкавиците не са достатъчно еластични	3	15						
									Ръкавици латекс без пудра	СУПЕРМА КС	Интергаленика	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20072	Ръкавици хир-ни латексови x100 бр./нест-ни/ без пудра № S;M;L	Ръкавици хир-ни латексови x100 бр./нест-ни/ без пудра № S;M;L	(blank)	Nurteks Tekstil (Broche)	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	при тестването на представените мостри се установи, че ръкавиците не са достатъчно еластични и с добра тактилност, късат се при поставяне	1	5						
									Classic	Semperit	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20072	Ръкавици - хирургични, с пудра x 50бр./стерилни/	Ръкавици - хирургични, с пудра x 50 чифта/стерилни/	(blank)	Nurteks Tekstil (Broche)	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	при тестването на представените мостри се установи, че ръкавиците не са достатъчно еластични и с добра тактилност, късат се при поставяне	6	30						
									RD10006002/003/004	Mercator	"Агарта - ЦМ" ЕООД	при тестването на представените мостри се установи, че ръкавиците не са достатъчно еластични и с добра тактилност, късат се при поставяне	6	30
20072	Ръкавици хирургически, стерилни, латексови, с пудра COMFIT	Ръкавици хирургически, стерилни, латексови, с пудра COMFIT	C10-33XX	WRP	МТИ ООД	при тестването на мострите се установи, че ръкавиците не са с добра тактилност и се отпускат по време на работа	3	15						
									RD10006002/003/004	Mercator	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Ръкавици латексови x 50бр./стерилни/	RG60001002/1003/10 04/1005	Mercator	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30						



№	Именник	Идентификационен код	Производител	Норматив	Страна	Срок на валидност	Състояние
20073	Ръкавици еднократни х 100бр. полиетиленови	(blank)	Nurteks Tekstil (Broche)	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Ръкавици полиетилен	85	ЖИДЖИА НГ	Интергаленика	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Ръкавици полиетилен р-р M/L /оп.100бр./ 100 оп/ каш.	110031/M,L	SOFT - BM - Гърция	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Synegra	827056701/721/801	Sempreit	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20074	Ръкавици - хирургични, стерилни, анатомични от синтетичен полихлоропропен, без пудра №7; 7.5; 8	P24-32XX	WRP	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	полифлоропропен						
20075	Ръкавици аутопенонни х 50бр. № M;L	RD10011003/04	Mercator	"Агарта - ЦМ" ЕООД	при тестването на представената мостра се установи, че ръкавиците не са достатъчно еластични	3	15
	Ambulance						
	Ръкавици нестерилни ДЕРМАГРИП HIGH RISK латексови без пудра сини оп.50бр./каш.10оп./	D14-14XX	WRP	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	PVC Реанимационен балон за възрастни, комплект с маска №5, за еднократна употреба и кислородна торба						
20076	Саморазгъващо се "Амбу" (комплект)	0734C5	FAZZINI	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	отстранен		
	Силиконов ресусциатор за обдишване	HSI6715	Medisize	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20077	Сонди "Бляк Мор" №18	LB7118	Colorplast / Porges	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20078	Сонда дупроводна ендобронхиална "КАРЛЕНС" №37:39:41	126037, 126039, 126041	Covidien/M edironic	"Медилон" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20079	Сонда стомашна за промивка - 80см СН 25; 30; 32	МКС25/30/32	Момина Крепост	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20080	Сонди за хранене на бебе СН-4; 6; 8	МКСД4/6/8	Момина Кр	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20081	Система за перфузия с дължина не по-къса от 150 см	SHF25040020	Chirana	"Агарта - ЦМ" ЕООД	при тестването на представената мостра се установи, че системата е много твърда и накрайника се разцепва при съчленяване	3	15
	Удължител KD-Line 150 cm за перфузия /оп.100бр./400каш.	770641	KDM	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20082	Системи трансфузионни /с 3 метални игли/	SH25030022	Chirana	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30

20083	Система кр-на за сак с пластмасова игла	Система кр-на за сак с пластмасова игла	СН25030021	Chirana	"Агарта - ЦМ" ЕООД	при тестването на предоставената мостра се установи, че е системата е с по-малко чорапче, което затруднява работата	3	15
20084	Системи инфузионни	Система кръвопреливна KD Flow с пластмасова игла укрепен филтър /оп.25бр./400бр.каш.	525203	KDM	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20085	Спринцовки аспирационни еднократни 50сс /трикомпонентни/ - катетърен тип	Системи инфузионни	СН25030016	Chirana	"Агарта - ЦМ" ЕООД	при тестване на предоставените мостри се установи, че чорапчето е много твърдо и малко	3	15
20086	Спринцовки еднократни 60сс /трикомпонентни/ за инфузомат Braun	Системи инфузионни	700641	Beromed	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20087	Спринцовки еднократни 50сс /трикомпонентни/	Спринцовка BERO-Ject 50-60 мл катетърен тип	948371	Beromed	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20088	Спринцовки инс. 1сс + игла /100единици в 1мл/	Спринцовки аспирационни еднократни 50сс /трикомпонентни/ - катетърен тип	СН03050С	Chirana	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20089	Спинална игла 18G;19G;20G;22G;25G	Спринцовки еднократни 60сс /трикомпонентни/ за инфузомат Braun	СН03050РТ	Chirana	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20090	Стетоскоп (обикновен)	Спринцовка BERO-Ject 50 мл луер лок без игла трикомпонентна	948364	Beromed	МТИ ООД	отстранен		
20091	Стетоскоп (лекарски за преглед- с поне 1 год.гаранция)	Спринцовки еднократни 50сс /трикомпонентни/	СН03050L	Момина Крепост	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Спринцовки инс. 1сс + игла /100единици в 1мл/	831373	KDM	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Спинална игла 18G;19G;20G;22G;25G	СНINS0129	Chirana	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Стетоскоп (лекарски за преглед- с поне 1 год.гаранция)	900XXX	KDM	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Стетоскоп (обикновен)	LD-prof-Plus	LITTLE DO	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Стетоскоп (лекарски за преглед- с поне 1 год.гаранция)	LD-prof-Plus-1	LITTLE DO	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Стетоскоп (лекарски за преглед- с поне 1 год.гаранция)	773475	KDM	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Трипътно кранче	СНW001	Chirana	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30


20093	Триплетно кранче Сейф-Уейс	ВМ0070	БИОМЕД ХЕЛТКЕЪ Р	3 МЕД ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20094	Трахеостомна канюла №7;8;9	5UN70R, 7UN80R, 9UN90R	COVIDIEM/M edtronic	"Медилон" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20095	Торбички за дрен х 500мл	HEA16070/80/90	Neuton	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20096	Турникет автоклавируем	Турникет Tuopu III	VBM	МТИ ООД	няма постъпили оферти	6	30
20097	Тъканно лепило (кръвоспиращ) сквивалент	2030100			отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20098	Термометър електронен, с включена батерия	CM001	Connexison Medica	"Бикомед" ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20099	Уринаторни торби с вместимост от 1500-2000мл, с клапан с долно отичане, приемателна тръба от 1,5 до 2м., стерилни, единично опаковани	4640600CH 203869	FAZZINI Veromed	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20100	Уретерален сет „DOUBLE-J“ №7 с дължина 30см	HEU25006	Neuton	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20101	Хир.маска трислойна (с ластик или връзки)	PUR уретерален стент Маска санитарна	Colorplast / Porges ЖИДЖИА НГ	МТИ ООД Интергаленика	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20102	Хир.шапки (големи)	W218100040/W4231 00020 (blank)	Mercator Nurtels Tekstil (Broche)	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		стр. 8	Джангеу Фейкеия	Булмар МЛ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		W423100020	Mercator	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		101	ЖИДЖИА НГ	Интергаленика	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		(blank)	Nurtels Tekstil (Broche)	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30

Код	Или еквивалент - 10 X 20 см	Хемостатична гъба - Емосист 10 x 20см	6201013	Машия Брунели	"Бикомед" ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20104	Хемостатична гъба "Equirson" или еквивалент - 8 x 4 x 1 см	Хемостатична гъба - Кътанпласт 80x50x10мм	0518050-2	Машия Брунели	"Бикомед" ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20105	Чаши за урина еднократни, градуирани с капак 100мл.	Хемостатична гъба "Equirson" или еквивалент - 8 x 4 x 1 см	SSP-805010	Aegis	"Агарга - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
20106	Чаши за урина еднократни, градуирани с капак 100мл.	Чаши за урина еднократни, градуирани с капак 100мл.	SCLPW028	Чанълмед Груп	"Агарга - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
210	Фолио за изгаряне и измръзване - 142/210см	Фолио - одесало 150x210 см	471-001	Bastos Viegas	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
<b>XXI. Обособена позиция: Регистрационна хартия</b>								
21001	ECG, mod. Cardio Care 2000 R 216x30	Cardiogima 12 - Cardiocare 2000	BMG1003	Lumed	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
21002	ECG тип 6 / 12 канален, мод. AT - 102, SCHILLER R 216x30	ЕКГ хартия CARDIOCARE 2000	T5R21530E16R0000	Солар	Медитрейд ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
21003	ECG FUKUDA DENSHI, тип 3-канален Cardi Max, модел FX - 7102 и ECG 3 канален, тип I-CF IN-CF, мод. AURTOCARDINER FCP-2155 FOKUDA DENSHI, ECG 3-канален FX - 7102 R 63x30	Хартия ЕКГ BIONET Cardiocare 2000; CARDIPIA 800/ 812N / 812P / 812R / 812RS/ 215x20	13211	Cecacarta	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
21004	ECG SCHILLER CH - 6340 AT - 1 Z 90x36x90	AT/102 (thin paper)	CMOB012	Lumed	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Хартия ЕКГ SCHILLER AT-102/210x280x180/Шилер AT102	12760	Cecacarta	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		FCP/11 /15 - OP/110TE /119TE	T7Z210280180RM0	Солар	Медитрейд ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Фукуда 63x30	BMFU004	Lumed	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Хартия ЕКГ FUKUDA FCP 2101U/FCP 7101/7102* OP119TE /63x30	T5R06330i16R0000	Солар	Медитрейд ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		SCHILLER AT/1 90x90x390 sh.	8723	Cecacarta	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Хартия ЕКГ SCHILLER AT-1 /90x90x400/Шилер AT1	10429	Lumed	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		HeartScreen 112 C-D	T57090090400VM0	Солар	Медитрейд ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
			BMAS001	Lumed	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30

Иномед 112мм ролка	Хартия ЕКГ	Иномед 112мм ролка	Хартия ЕКГ	Т5R11225E12R0000	Солар	Медитрейд ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
21005 ECG Heart-Screen 112 D, мод. INNOMED R 112	INNOMED/ASPEL /BTL/HEART SCREEN 112 D/ 112x20	12417	Сегасарта	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30		
21006 ECG SCHILLER AT --101; Z 80x70	AT/101 - Defigard 6002	CMSC012	Lumed	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30		
21007 ECG Kenz cardico 302; R 112x30	Хартия ЕКГ SCHILLER AT-101 /80x70x315/ Шилер AT101	12998	Сегасарта	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30		
21008 ECG NIHON KONDEN cardiofax GEM, мод. ECG - 9020K; Z 110x140	Cardico 302 - 601	ВМКZ001	Солар	Медитрейд ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30		
21009 ECG 6 канален FUKUDA FX 7202; Z 110x140	Кенз Кардикс 302 - ролка	T5Z080070360RM0	Солар	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30		
21010 ECG EDAN-FE- 300B; R 80x30	Хартия ЕКГ KENZ CARDICO 302 /112x27/ GEM - ECG-9010 ECG-9020	11437	Сегасарта	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30		
21011 Термохартия за видеопринтер ALOKA SSD - 4000 Plus- ProSound; Ехограф, FUKUDA DENSHI, мод. CF sonic UF; Ехограф ACUSON X 300; Ехограф SHISON - 600 M; Дигитална ултразвукова система MINDRAY, мод. DC-6; Ехограф тип SIEMENS, мод. SONOLINE SI - 250 E/	Нихон Колен 110x140	CMNK009/S	Lumed	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30		
	Хартия ЕКГ NIHON KONDEN /CARDIOFAX GEM/V / 9010 / 9020K * FQW 110-2-140/ 110x140x142	T5Z1101401420M0	Солар	Медитрейд ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30		
	OP/222/TE FX/7202	СМFУ009	Lumed	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30		
	Фукуда 110x140	T5Z110140145AM0	Солар	Медитрейд ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30		
	Хартия ЕКГ FUKUDA FX 7202 , OP222 TE/ EDAN SE 601 /110x140x142	12693	Сегасарта	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30		
	ECG TRE SE/3	BMLU002	Lumed	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30		
	Екг хартия 80мм	T5R08030E12R0000	Солар	Медитрейд ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30		
	Хартия ЕКГ EDAN SE- 3; 3A; 3B/ CONTEC 300 G/ 80x20	15038 24/95/000	Сегасарта	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30		
	Ulistar 1100S	11100S	Дурико	Медитрейд ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30		
	Хартия за видеопринтер Mitsubishi K61B/KP61B	8926	Lumed	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30		
	Хартия за видеопринтер MITSUBISHI K61S/110x20/	8926	Сегасарта	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30		

21012	Хартия за фетален монитор, мол. BD 4000 XS - 2; Z 152x150x200	Baby Dopplex	СМНУ001	Lumed	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Хартия за фетален монитор BABY DOPLEX /152x150x200/	Baby Dopplex 400XS	T5Z150150200000	Солар	Медитрейд ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
21013	ЕКГ хартия мрежа R 60mmx23mm за Spiroком 106	AsCARD B5 - Mг. RED	BMPR002	Lumed	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	ЕКГ хартия 60x23	ЕКГ хартия 60x30	T5R06025E16R0000	Солар	Медитрейд ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
21014	Термо хартия за спириометър SPIROLAB II MIR 010; R 110x30	Spirolab II - H.D. paper	BS44112030/S	Сегасагта	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Термо хартия 110x30	Термо хартия 110x30	T5R11025E1200000	Солар	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
21015	Хартия за тимпанометър MI 34 R 100x20	Хартия за тимпанометър 110 мм	95/Cobas Mira +	Сегасагта	Медитрейд ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Хартия за тимпанометър 100x20	Хартия за тимпанометър 110 мм	BS44110020	Lumed	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
21016	Хартиен индикатор за стерилизация с горещ въздух при 165 °C	Алхезивна индикаторна хартия за стерилизация с горещ въздух при 156оС, ролка	T5K11020E1200000	Солар	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Индикатор за стерилизация при 165°С	Индикатор за стерилизация при 165°С	95/тимпанометър 110 мм	Сегасагта	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Индикатор за суха стерилизация 165 гр	Индикатор за парна стерилизация 134 гр	3FKLB410112	VP Stericlin	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
21017	Хартиен индикатор за стерилизация с пара при 134 °C	Алхезивна индикаторна хартия за стерилизация с пара под налягане при 121 и 134оС. ролка	449088	Бул Био	Медитрейд ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Индикатор за стерилизация при 134°С	Индикатор за стерилизация при 134°С	449118	Бул-био НЦПЗ	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Индикатор за стерилизация с пара при 121 °C	Индикатор за парна стерилизация 121 гр	449078	Бул-био НЦПЗ	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
21018	Хартиен индикатор за стерилизация с пара при 121 °C	Алхезивна индикаторна хартия за стерилизация с пара под налягане при 121 и 134оС. ролка	3FKLB410102	VP Stericlin	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Индикатор за стерилизация при 121°С	Индикатор за стерилизация при 121°С	449088	Бул Био	Медитрейд ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Индикатор за парна стерилизация 121 гр	Индикатор за парна стерилизация 121 гр	3FKLB410102	VP Stericlin	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30

при 121°C	449078	Бул Био	Медитрейд ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
Хартия за фетален монитор, FC-700	T5R21520E20V0P00	Solar	Медитрейд ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6 <td>30</td>	30
Fetalcare FC/700	BMG1004	Lumed	Медитрейд ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6 <td>30</td>	30
Хартия за фетален монитор BIONET FC700 /215x20/	12869	Сегасага	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6 <td>30</td>	30
ECG MONO SE/1	BMLU001	Lumed	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6 <td>30</td>	30
ЕКГ хартия 50мм, бяла	T5R05020E1200000	Solar	ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6 <td>30</td>	30
Хартия ЕКГ Н.Р. 40477/MARQ 9402-028 / SIEMENS R50N/ 50x30	8605	Сегасага	Медитрейд ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6 <td>30</td>	30
<b>XXII. Обособена позиция: Консумативи за централна стерилизационна</b>						
Бови Диг тест - еднократен, тип "пакет", 134°C-137°C за 3,5 мин	2352AB	Albert Browne/ Steris Corporation	"Медилон" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6 <td>30</td>	30
Бовидиг тест - еднократен, тип "пакет"	05-2200	Norvamed	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6 <td>30</td>	30
Еднократен пакет за Бовиди	BDST	Informermid	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6 <td>30</td>	30
Биологичен тест	DCG2	Wipac	Вакпак Медикал ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6 <td>30</td>	30
Биологичен тест	105 2232	Albert Browne/ Steris Corporation	"Медилон" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6 <td>30</td>	30
Биологичен тест за автоклав	08-1100	Norvamed	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6 <td>30</td>	30
Биологичен тест за автоклав	SCS-100	Informermid	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6 <td>30</td>	30
Биологичен тест за автоклав	NSC-S6	Etigam	Вакпак Медикал ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6 <td>30</td>	30
Опаковъчно фолио за стерилизация с три индикатора /пара, стилин оксид и формалдехид/, с размер 50x200м.	RP050200	Mediift	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6 <td>30</td>	30
	06-2300	Norvamed	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6 <td>30</td>	30



22004	Опаковъчно фолио: 5см/200м	Опаковъчно фолио: 5 см/200 м	NWFL03200	Albert Browne/ Steris Corporation	"Медилон" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Гладко фолио за стерилизация 5 см/200 м	R39-3P	Wipak	Вакпак Медикал ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Опаковъчно фолио за стерилизация с три индикатора /пара, етилен оксид и формалдехид/, с размер 7.5см/200м.	RP075200	Medifit	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
22005	Опаковъчно фолио: 7.5см/200м	Опаковъчно фолио: 7.5 см/200 м	06-2301	Norvamed	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Гладко фолио за стерилизация 7.5 см/200 м	R40-3P	Wipak	Вакпак Медикал ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Опаковъчно фолио за стерилизация с три индикатора /пара, етилен оксид и формалдехид/, с размер 10см/200м.	RP100200	Medifit	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
22006	Опаковъчно фолио: 10см/200м	Опаковъчно фолио: 10 см/200 м	06-2302	Norvamed	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Гладко фолио за стерилизация 10 см/200 м	R41-3P	Wipak	Вакпак Медикал ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Опаковъчно фолио за стерилизация с три индикатора /пара, етилен оксид и формалдехид/, с размер 15см/200м.	RP150200	Medifit	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
22006	Опаковъчно фолио: 15см/200м	Опаковъчно фолио: 15 см/200 м	06-2303	Norvamed	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Гладко фолио за стерилизация 15 см/200 м	R42-3P	Wipak	Вакпак Медикал ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Опаковъчно фолио за стерилизация с три индикатора /пара, етилен оксид и формалдехид/, с размер 15см/200м.	RP150200	Medifit	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30



22007	Опаковъчно фолио:20см/200м	стерилизация 15 см/200 м Опаковъчно фолио за стерилизация с три индикатора /пара, етилен оксид и формалдехид/, с размер 20см/200м.	R42-3P	Wipak	Вакпак Медикал ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
			RP200200	Medifit	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Опаковъчно фолио:20см/200м	06-2304	Norvamed	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Гладко фолио за стерилизация 20 см/200 м	R43-3P	Wipak	Вакпак Медикал ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Опаковъчно фолио за стерилизация с три индикатора /пара, етилен оксид и формалдехид/, с размер 25см/200м.	RP250200	Medifit	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
22008	Опаковъчно фолио:25см/200м	Опаковъчно фолио:25см/200м	06-2305	Norvamed	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
			NWFL25200	Albert Browne/ Steris Corporation	"Медилон" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Гладко фолио за стерилизация 25 см/200 м	R44-3P	Wipak	Вакпак Медикал ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Опаковъчно фолио за стерилизация с три индикатора /пара, етилен оксид и формалдехид/, с размер 30см/200м.	RP300200	Medifit	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
22009	Опаковъчно фолио:30см/200м	Опаковъчно фолио:30см/200м	06-2306	Norvamed	"Агарта - ЦМ" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
			NWFL30200	Albert Browne/ Steris Corporation	"Медилон" ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Гладко фолио за стерилизация 30 см/200 м	R45-3P	Wipak	Вакпак Медикал ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Адхезивна лента за стерилизация с пара при 134 °С, с размер 19мм/50м.	3FKLB410102	VP Stericlin	МТИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя	6	30

22010	Адхезивна хартия за стерилизация с пара при 134 °C	Адхезивна лента за стерилизация с пара, 18мм x 50 м	0162AB	Albert Brown/ Steris Corporation	"Медилон" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Адхезивна хартия за стерилизация с пара при 134 °C	04-1100	Norgamed	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
230	XXIII. Обособена позиция: Общ превързочен материал	Адхезивни ролки с индикатор за пара	ITS19G	Wірак	Вакпак Медикал ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		МАРЛЯ на топ ТИП 17 x 200м - Медика	407230	Софарма АД	Софарма Трейдинг АД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
23001	Марля, 100 % памук, 17 нишки/кв. см. мека хидроскопична, опакована по 200 кв.м в пликове	Марля топ 100см x 200 м	стр. 3	Джангу Фейксия	Булмар МЛ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Марля, 100 % памук, 17 нишки/кв. см. мека хидроскопична, опакована по 200 кв.м в пликове	514-28	Unimax Medical	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
23002	Марлен компрес нестерилизирани 100 % памук, 17 нишки/кв. см.-8 дупки, по 100 бр. в опаковка, с размери 5см/5см	SafeLINE КОМП 5/5	OKGN11009	Mercator	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Марлен компрес нестерилизирани 100 % памук, 17 нишки/кв. см.-8 дупки, по 100 бр. в опаковка, с размери 5см/5см	415160	Софарма АД	Софарма Трейдинг АД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Марлени компреси 5x5см, 8 дупки, по 100 бр. /опак., нестерилизирани	стр. 1	Джангу Фейксия	Булмар МЛ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
23003	Марлен компрес нестерилизирани 100 % памук, 17 нишки/кв. см.-8 дупки, по 100 бр. в опаковка, с размери 10см/10см	SafeLINE КОМП 10/10	OKGN11011	Mercator	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Марлен компрес нестерилизирани 100 % памук, 17 нишки/кв. см.-8 дупки, по 100 бр. в опаковка, с размери 10см/10см	417160	Софарма АД	Софарма Трейдинг АД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Марлени компреси 10x10см, 8 дупки, по 100 бр. /опак., нестерилизирани	стр. 1	Джангу Фейксия	Булмар МЛ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
23004	Памук естествен - 100 g , бял, силно абсорбиращ, неперфорирани	Памук естествен - 100 g , бял, силно абсорбиращ, неперфорирани	500.1	Unimax Medical	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Памук естествен - 100 гр./опак.	стр. 1	Унимакс Медицински Продуктс	Булмар МЛ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
240	XXIV Обособена позиция: Бинтов пререзки	ПАМУК МЕДИЦИНСКИ пакет x 100гр - Медика	400780	Софарма АД	Софарма Трейдинг АД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30

24001	Бинт марлен - 100% памук 5 м / 5 см	Бинт марлен - 100% памук 5 м / 5 см	UM134.5/5	Unimax Medical	"Агарта - ЦМ" ЕООД	при тестване на предоставените мостри се установи, че бинтовете са много рехави, с не добра плътност и здравина	3	15	
		Бинт марлен 5 м x 5 см	стр. 11	Джянгу Фейксия	Булмар МЛ ООД	при тестване на предоставените мостри се установи, че бинтовете са много рехави, с не добра плътност и здравина	3	15	
		БИНТ марлен 5м/5см - Медика	488100	Софарма АД	Софарма Трейдинг АД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30	
24002	Бинт марлен - 100% памук 5 м / 8 см	Бинт марлен - 100% памук 5 м / 8 см	UM134.5/8	Unimax Medical	"Агарта - ЦМ" ЕООД	при тестване на предоставените мостри се установи, че бинтовете са много рехави, с не добра плътност и здравина	3	15	
		Бинт марлен 5 м x 8 см	стр. 11	Джянгу Фейксия	Булмар МЛ ООД	при тестване на предоставените мостри се установи, че бинтовете са много рехави, с не добра плътност и здравина	3	15	
		БИНТ марлен 5м/8см - Медика	488130	Софарма АД	Софарма Трейдинг АД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30	
24003	Бинт марлен - 100% памук 10 м / 10 см	Бинт марлен - 100% памук 10 м / 10 см	UM134.10/10	Unimax Medical	"Агарта - ЦМ" ЕООД	при тестване на предоставените мостри се установи, че бинтовете са много рехави, с не добра плътност и здравина	3	15	
		Бинт марлен 10 м x 10 см	стр. 11	Джянгу Фейксия	Булмар МЛ ООД	при тестване на предоставените мостри се установи, че бинтовете са много рехави, с не добра плътност и здравина	3	15	
		БИНТ марлен 10м/10см - Медика	488230	Софарма АД	Софарма Трейдинг АД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30	
250	<b>XXV Обособена позиция: Пластири и гипсови бинтове</b>								
25001	Санпласт - размер 5м/5см	SagfeLINE PORE	OPRW50003	Mercator	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30	
		Пластир хипоалергичен ЕВРОРИЛ 5м./5см.	701005	Eurofarm	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30	
		САНПЛАСТ 5см/5м -без втулка -МС. 496260	496260	Софарма АД	Софарма Трейдинг АД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30	
		SagfeLINE SILK	OPRJ50109	Mercator	"Агарта - ЦМ" ЕООД	при тестването на предоставената мостра се установи не добро залепване и фиксиране на абоката	1	5	

25002	Санпласт хипоалергичен на копринена основа размер 5см/5 м	Дюрапор 5см x 9,14м	1538-2	ЗМ	"Бикомед" ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Лепенка копринена хипоалергична ЕВРОСИЛК 5м./5см.	707005	Eurofarm		МТИ ООД	при тестването на предоставената мостра се установи не добро залепване и фиксиране на абоката	1	5
	САНПЛАСТ СИЛК ПЛЮС 5см/5м x 6	496820	Софарма АД		Софарма Трейдинг АД	при тестването на предоставената мостра се установи не добро залепване и фиксиране на абоката	1	5
25003	Цитопласт - пластир обработен с хипоалергично акрилно лепило, с вътрешен тампон обработен с антисептик, силно абсорбиращ и слабо залепващ с размери 100 см/6 см	SagfeLINE SENSITIVE	OPW050428	Merqator	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Пластир хипоалергичен с подложка ЛОНГ ФИКС 1 м x 6 см	740005	Eurofarm		МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	ЦИТОПЛАСТ КЛАСИК 100см/6см -Медика	497690	Софарма АД		Софарма Трейдинг АД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
25004	Бинт тъкан ластичен - със съдържание на памук, полиамид и визкоза, въздухопропусклива структура, разтегливост до 120%, размери - 10 м / 10 см	БИНТ ЛАСТИЧ. МЕДИЛАСТ 10м/10см МЕДИКА БП	490090	Софарма АД	Софарма Трейдинг АД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
25005	Бинт гипсов бързо съхнещ 2.7 м / 20 см	SagfeLINE CAST	OOPG300100	Merqator	"Агарта - ЦМ" ЕООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Бинт гипсов - 3 м/20 см	4201-004	Bastos Viegas		МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Бинт гипсов, перфикс 2.70м/20см - Медика	493820	Софарма АД		Софарма Трейдинг АД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
25007	Синтетична подгипсова подложка 2.7 м / 10 см	Synthetic cast padding, синтетична подгипсова подложка 10см x 2.7м	MW04	ЗМ	"Бикомед" ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Подложка ортопедична 2.7 м / 10 см	420-003	Bastos Viegas		МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
25008	Бинт тубуларен за фиксиране на превръзки за глава	Stockinet, тубуларен бинт за фиксиране на превръзки за глава	MS03	ЗМ	"Бикомед" ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Бинт тубуларен мрежов еластичен No 5	421-005	Bastos Viegas		МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
25009	Очен стерилен компрес с нетъкан текстил 6 x 8 см	КОМПРЕСИ очни с нетъкан ТЕКСТ.Х1	408530	Софарма АД	Софарма Трейдинг АД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Превръзка очна, НТТ без затъмнение с адхезив ЕВРОПТИКАЛ 5.7см x 8,2см, бяла, стерилна /50бр./ 10 кут.	717201	Eurofarm		МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
260	XXVIII. Обособена позиция: Специфичен превързочен материал							
26001	Стерилна самофиксираща се превръзка от нетъкан материал с незалепваща подложка от абсорбираща вискоза, адхезив без колофон							

260011	размер 7.2 x 5 см	Medipore + Pad 5cm x 7.2cm Превръзка следоперативна хипоалергична от НТТ ЕВРОМЕД 5cm x 7cm стерилна, заоблени ръбове/100 бр./ 30 кут	3562E	3М	"Бикомед" ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
260012	размер 10 x 6 см	Medipore + Pad 6cm x 10cm Превръзка следоперативна хипоалергична от НТТ ЕВРОМЕД 6cm x 9cm стерилна, заоблени ръбове /50бр./ 40кут	3564E	3М	"Бикомед" ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
260013	размер 15 x 6 см	Medipore + Pad 10cm x 15cm Превръзка следоперативна хипоалергична от НТТ ЕВРОМЕД 15cm x 8cm стерилна, заоблени ръбове /50бр./ 30кут.	3569E	3М	"Бикомед" ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
260014	размер 25 x 10 см	Medipore + Pad 10cm x 25cm Превръзка следоперативна хипоалергична от НТТ ЕВРОМЕД 25cm x 10cm стерилна, заоблени ръбове/50кут./20кут.	3571E	3М	"Бикомед" ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
260015	размер 35 x 10 см	Medipore + Pad 10cm x 35cm Превръзка следоперативна хипоалергична от НТТ ЕВРОМЕД 35cm x 10cm стерилна, заоблени ръбове/100кут./5кут.	3573E	3М	"Бикомед" ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
26002	Стерилна, прозрачна, самофиксираща се превръзка с абсорбираща подложка, покрита с мек полиетиленов слой. Полупроницаемият водоотблъскващ полиуретанов филм предпазва от проникването на бактерии. Отстранява се безболезнено от раната							

260021	размер 10 x 25 см	Превръзка прозрачна водонепропусклива с подложка ЕВРОДЕРМ ПЛЮС 25 см x 10 см, стерилна	717607	Eurofarm	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
260022	размер 10 x 30 см	Превръзка прозрачна водонепропусклива с подложка ЕВРОДЕРМ ПЛЮС 30 см x 10 см, стерилна	717608	Eurofarm	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
26003	<b>Стерилна, тиклена превръзка, импрегнирана с металично сребро и смес от естери на натурални мастни киселини и глицерол от растителен произход</b>							
260031	размер 5 x 5 см					няма постъпили оферти		
260032	размер 10 x 10 см							
26004	<b>Стерилна прозрачна повиваща хидрогел превръзка от полиуретанов гел, покрит с полупроницаем повърхностен полиуретанов филм, с мерителна мрежа за лесно мониториране</b>							
260041	размер 5 x 7,5 см					няма постъпили оферти		
260042	размер 10 x 10 см							
26005	<b>Стерилна самофиксираща се прозрачна повиваща хидрогел превръзка от полиуретанов гел, покрит с полупроницаем повърхностен полиуретанов филм, с мерителна мрежа за лесно мониториране</b>							
260051	размер 7.5 x 10 см					няма постъпили оферти		
26006	<b>Стерилна превръзка от рядко тъкана тиклена мрежа, пропити с неутрален унгвент от вазелин, восък, диглицерол естер от моно- и дикарбоксилна киселина</b>							
260061	размер 5 x 5 см					няма постъпили оферти		
260062	размер 7.5 x 10 см							
260063	размер 10 x 10 см							
26007	<b>Фиксираща лента от мек и гъвкав адхезивен лист за покриване и фиксиране на превръзки от нетъкан текстил</b>							
	Medipore 5см x 10м	2991/1	3М	"Бикомед" ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30	

260071	размер 5 см x 10 м	Лепенка еластична от НТТ с хипоалергично покритие ЕВРОФИКС 10м x 5см/204бр.	715001	Eurofarm	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
260072	размер 10 см x 10 м	Medipore 10см x 10м Лепенка еластична от НТТ с хипоалергично покритие ЕВРОФИКС 10м x 10см/102бр.	2991/2 715002	3М Eurofarm	"Бикомед" ООД МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
260073	размер 20 см x 10 м	Medipore 20см x 10м Лепенка еластична от НТТ с хипоалергично покритие ЕВРОФИКС 10м x 20см/52бр	2991/4 715004	3М Eurofarm	"Бикомед" ООД МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
28008	<i>Полиуретан и полиетиленгликол, съдържаща силно абсорбираща, трислойна хидроксетична превръзка с висок индекс на изпарение</i>							
260081	размери - 22 см x 22 см, за рани в сакралната област	Превръзка полиуретанова сакрална зона ЕВРОДЕРМ ФОУМ САКРАЛ 22см x 22 см стерилна/3 бр. оп/	893150	Eurofarm	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
26009	<i>Стерилни хипоалергични ленти за безшевно затваряне</i>							
260091	размер 6-6.4 мм x 100-102 мм	Steri-strip 6мм x 100мм Лепенка залепваща ЕВРОСУТЮР 6 x 100 /1стерил.оп./50стер. оп. в кутия/	R1546 717440	3М Eurofarm	"Бикомед" ООД МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
260092	размер 12-13 мм x 100-102 мм	Steri-strip 12мм x 100мм Лепенка залепваща ЕВРОСУТЮР 13 x 100 /1стерил.оп./6бр/50стер. оп. в кутия/	R1547 717450	3М Eurofarm	"Бикомед" ООД МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
26010	<i>Пост оперативни стерилни превръзки с абсорбираща незалепваща подложка</i>							
260101	6.5смx5см, Адхезивна, водо и бактерионеопропусклива	Tegaderm + Pad 5см x 7см Превръзка прозрачна водонепропусклива с подложка ЕВРОДЕРМ PLUS 5см x 7см стерилна /100бр./	3582 717600	3М Eurofarm	"Бикомед" ООД МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
	Tegaderm + Pad 9см x 10см	3586	3М	"Бикомед" ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30	

260102	2,5cm x 8,5cm, Адхезивна, водо и бактерионепропусклива	Превръзка прозрачна водонепропусклива с подложка ЕВРОДЕРМ PLUS 10cm x 10cm стерилна/50 бр./	717603	Eurofarm	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
260103	25cm x 10cm, Адхезивна, водо и бактерионепропусклива	Tegaderm + Pad 9cm x 25cm 3591 Превръзка прозрачна водонепропусклива с подложка ЕВРОДЕРМ PLUS 10cm x 25cm стерилна/50 бр./	3591	ЗМ	"Бикомед" ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
260104	30cm x 10cm, Адхезивна, водо и бактерионепропусклива	Превръзка прозрачна водонепропусклива с подложка ЕВРОДЕРМ PLUS 10cm x 30cm стерилна/50 бр./	717607	Eurofarm	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
260105	35cm x 10cm, Адхезивна, водо и бактерионепропусклива	Превръзка прозрачна водонепропусклива с подложка ЕВРОДЕРМ PLUS 10cm x 35cm стерилна/50 бр./	717608	Eurofarm	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Tegaderm + Pad 9cm x 35cm 3593	3593	ЗМ	"Бикомед" ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30
		Превръзка прозрачна водонепропусклива с подложка ЕВРОДЕРМ PLUS 10cm x 35cm стерилна/50 бр./	717609	Eurofarm	МТИ ООД	отговаря на изискванията на възложителя	6	30

Комисия: Председател:.....

Членове:

1.....

3.....

5.....

Заличено  
чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено  
чл. 2 от ЗЗЛД

2.....

4.....

6.....