

Образец №3.3

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката
в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя
по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ППЗОП**

~~Долуподписаният ТЕОМАН МУСТАФА ЯЛЧЪН, в качеството ми на УПРАВИТЕЛ (посочва се съответното качество на лицето по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП), представляващ „АМС“ ООС (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение,) участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" по проект: "Насърчаване на успешните основи на здравеопазването: Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска помощ" (MediciNet II), финансиран съгласно договор № В2.9а.01 г. по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция-България 2014-2020",~~

~~I. Срокът на валидност на офертата е 6 (шест) (цифрам и словом) месеца от крайния срок за получаване на офертите (не по-малко от 6 месеца).~~

~~II. Декларирам, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор и ги приемам без възражения.~~

~~III. Прилагам документ за упълномощаване (документът за упълномощаване се прилага когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника).¹~~

~~IV. С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:~~

~~"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" по проект: "Насърчаване на успешните основи на здравеопазването: Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска помощ" (MediciNet II), финансиран съгласно договор № В2.9а.01 г. по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция-България 2014-2020", по Обособена позиция №3 Реванимационна апаратура и интензивно оборудване~~

¹ В случай, че такъв документ не се прилага текста се зачертава.

ПРЕДЛАГАНАТА ОТ НАС АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ СА:	
Производител и марка	Универсален респиратор за деца и възрастни: Drager Evita Infinity V500 Спешен транспортен респиратор: Drager OxyLog VE300 Дефибрилатор: Okuman Medikal Sistemler LTD; DFM Пациентен монитор: EDAN Електрокардиограф: EDAN SE-601 Интензивно мултифункционално легло: Gevel M EOOD; GML-402E
Модел и дата на производство	Универсален респиратор за деца и възрастни: Evita Infinity V500; 2017г. Спешен транспортен респиратор: OxyLog VE300; 2017г. Дефибрилатор: DFM300; 2017 г. Пациентен монитор: EDAN iM70; 2017 г. Електрокардиограф: EDAN SE-601 Series; 2017 г. Интензивно мултифункционално легло: GML-402E; 2017 г.
Официален електронен адрес на производителя	Универсален респиратор за деца и възрастни: https://www.draeger.com/en-us_ca/Hospital/Products/Ventilation-and-Respiratory-Monitoring/ICU-Ventilation-and-Respiratory-Monitoring/Evita-Infinity-V500-ventilator Спешен транспортен респиратор: https://www.draeger.com/en_me/Hospital/Products/Ventilation-and-Respiratory-Monitoring/Emergency-and-Transport-Ventilation/Oxylog-VE300 Дефибрилатор: http://okuman.com.tr/index.php?route=product/product&path=59_100&product_id=183 Пациентен монитор: http://www.edan.com.cn/html/EN/products/patientmonitoring/ASC/201407/011644.html Електрокардиограф: http://www.edan.com.cn/html/EN/products/ECG/Resting/201203/20363.html Интензивно мултифункционално легло: Няма.

№ на номенклатурата	Изисквания на възложителя	Предложение на участника	Брой	Страница от продуктивния каталог/ брошура
Реанимационна апаратура и интензивно оборудване				
3.1. Универсален респиратор - за новородени и възрастни			1бр.	
	Възможност за обдишване на пациенти от всички възрастови групи с телесно тегло над 0.5 kg;	1. Възможност за обдишване на пациенти от всички възрастови групи с телесно тегло над 0.5 kg;		Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 2,5
	Наличие на цветен TFT дисплей с диагонал поне 17", със сензорно управление (Touch – Screen) за графично и цифрово мониториране на основните параметри на вентилация.	2. Наличие на цветен TFT дисплей с диагонал 17", със сензорно управление (Touch – Screen) за графично и цифрово мониториране на основните параметри на вентилация.		Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 8

	Наличие на следните режими на механична вентилация (или еквиваленти):	Наличие на следните режими на механична вентилация (или еквиваленти):	
	Мандаторна вентилация контролирана по обем - VC CMV;	3.Мандаторна вентилация контролирана по обем - VC CMV;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
	Мандаторна вентилация контролирана по налягане - PC CMV;	4.Мандаторна вентилация контролирана по налягане - PC CMV;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
	Синхронизирана мандаторна вентилация контролирана по обем - VC SIMV;	5.Синхронизирана мандаторна вентилация контролирана по обем - VC SIMV;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5 Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
	Синхронизирана мандаторна вентилация контролирана по налягане - PC SIMV;	6.Синхронизирана мандаторна вентилация контролирана по налягане - PC SIMV;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
	Мандаторна минутна вентилация – MMV;	7.Мандаторна минутна вентилация – MMV;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
	Бифазно обдишване с положителни нива на наляганията;	8.Бифазно обдишване с положителни нива на наляганията;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
	Вентилация по налягане с подпомагане на налягането – PC PSV;	9.Вентилация по налягане с подпомагане на налягането – PC PSV;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
	Вентилация по налягане с асистиран контрол – PC AC;	10.Вентилация по налягане с асистиран контрол – PC AC;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
	Вентилация по обем с асистиран контрол – VC AC;	11.Вентилация по обем с асистиран контрол – VC AC;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
	Вентилация с освобождаване на налягането – APRV;	12.Вентилация с освобождаване на налягането – APRV;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5

Вентилация с продължително позитивно налягане CPAP;	13.Вентилация с продължително позитивно налягане CPAP;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
Вентилация с продължително позитивно налягане CPAP с подпомагане на обема, и на налягането – CPAP VS, CPAP PS;	14.Вентилация с продължително позитивно налягане CPAP с подпомагане на обема, и на налягането – CPAP VS, CPAP PS;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
Наличие на следните режими на обдишване (или еквиваленти):	Наличие на следните режими на обдишване (или еквиваленти):	-
Пропорционален Pressure Support;	15.Пропорционален Pressure Support;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
Автоматична адаптация на инспираторния поток в режими контролирани по обем;	16. Auto-Flow™ - Автоматична адаптация на инспираторния поток в режими контролирани по обем;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
Автоматична Компенсация на Тубуса от 0 до 100%;	17.Автоматична Компенсация на Тубуса от 0 до 100%;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5,6
Възможност за надграждане с NIV – Неинвазивна Вентилация, приложима във всички режими на обдишване (поне за възрастни и деца);	18.Възможност за надграждане с NIV – Неинвазивна Вентилация, приложима във всички режими на обдишване (поне за възрастни и деца);	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5, Инструкция за употреба Evita Infinity V500 стр.99
Възможност за надграждане с Автоматичен клиничен протокол в CPAP PS за извеждането на пациента от апаратна вентилация;	19.Възможност за надграждане с Автоматичен клиничен протокол в CPAP PS за извеждането на пациента от апаратна вентилация;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
Възможност за надграждане с пакет за защита на белия дроб – процедура за възстановяване и Low Flow процедура;	20.Възможност за надграждане с пакет за защита на белия дроб – процедура за възстановяване и Low Flow процедура;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
Възможност за определяне на долни и горни граници за всички основни параметри на дихателния режим;	21.Възможност за определяне на долни и горни граници за всички основни параметри на дихателния режим;	Инструкция за употреба Evita Infinity V500 стр. 144-145
Капнометрия, с възможност за мониторинг на etCO2 при възрастни и педиатрични пациенти, с обхват 0 до 100 mmHg;	22.Капнометрия, с възможност за мониторинг на etCO2 при възрастни и педиатрични пациенти, с обхват 0 до 100 mmHg;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 6

Възможност за подаване на газова смес с процент на кислорода от 21 до 100%;	23. Възможност за подаване на газова смес с процент на кислорода от 21 до 100%;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
Измерване на инспираторна кислородна концентрация 18 до 100%;	24. Измерване на инспираторна кислородна концентрация 18 до 100%;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 6
Инспираторно време: 0,11 до 10 sec;	25. Инспираторно време: 0,11 до 10 sec;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
Еднократен обем поне:	26. Еднократен обем:	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
100 - 3000 ml за възрастни,	100 - 3000 ml за възрастни,	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
20 - 300 ml за деца,	20 - 300 ml за деца,	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
2 - 100 ml за новородени деца;	2 - 100 ml за новородени деца;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
Честота поне:	27. Честота:	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
0,5 до 98 l/min при възрастни,	0,5 до 98 l/min при възрастни,	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
0,5 до 150 l/min при педиатрични пациенти и новородени деца;	0,5 до 150 l/min при педиатрични пациенти и новородени деца;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
Инспираторно налягане: поне 1 - 95 mbar;	28. Инспираторно налягане: 1 - 95 mbar;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
PEEP: поне 0-50 mbar;	29. PEEP: поне 0-50 mbar;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
Инспираторен поток поне:	30. Инспираторен поток:	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
2 до 120 L/min при възрастни,	2 до 120 L/min при възрастни,	Брошура

			Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
	2 до 30 L/min при педиатрични пациенти и новородени деца;	2 до 30 L/min при педиатрични пациенти и новородени деца;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
	Подпомагане на налягането PS: поне 0 до 95 mbar;	31.Подпомагане на налягането PS: 0 до 95 mbar;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 5
	Автоматична Компенсация на тубуса - компенсация 0 до 100 %, при вътрешен диаметър на тубуса поне:	32.Автоматична Компенсация на тубуса - компенсация 0 до 100 %, при вътрешен диаметър на тубуса поне:	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 6
	5 – 12mm възрастни,	5 – 12mm възрастни,	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 6
	2 – 8mm педиатрични,	2 – 8mm педиатрични,	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 6
	2 – 5mm недоносени деца;	2 – 5mm недоносени деца;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 6
	Приложение на Автоматична Компенсация на тубуса и при пациенти с трахеостомен тубус;	33.Приложение на Автоматична Компенсация на тубуса и при пациенти с трахеостомен тубус;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 6
	Кислородна терапия с постоянен поток не по-малко от 2 до 50 L/min, и O2 концентрация не по-лоша от 21 до 100%;	34.Кислородна терапия с постоянен поток не по-малко от 2 до 50 L/min, и O2 концентрация не по-лоша от 21 до 100%;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 6
	Овлажнител за активно затопляне и овлажняване на газовата смес, приложимо при възрастни, педиатрични пациенти и новородени деца;	35.Овлажнител за активно затопляне и овлажняване на газовата смес, приложимо при възрастни, педиатрични пациенти и новородени деца;	Инструкция за употреба Evita Infinity V500 стр. 57, Приложена декларация
	Наличие на цветен TFT дисплей с диагонал поне 17", със сензорно управление (Touch – Screen) за графично и цифрово мониториране на основните параметри на вентилация:	36.Наличие на цветен TFT дисплей с диагонал поне 17", със сензорно управление (Touch – Screen) за графично и цифрово мониториране на основните параметри на вентилация:	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 8, Инструкция за употреба Evita Infinity V500 стр.180
	Показване на 3 графики в реално време едновременно;	37.Показване на 3 графики в реално време едновременно;	Инструкция за употреба Evita Infinity

			V500 стр. 371
Показване на до 12 стойности на екран;	38.Показване на до 12 стойности на екран;		Инструкция за употреба Evita Infinity V500 стр. 102
Налягания в дихателните пътища – Pplat, РЕЕР, PIP, Pmean, Pmin;	39.Налягания в дихателните пътища – Pplat, РЕЕР, PIP, Pmean, Pmin;		Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 6
Минутна вентилация – MV, MVmand;	40.Минутна вентилация – MV, MVmand;		Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 6
Еднократен обем VT	41.Еднократен обем VT		Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 6
Инспираторна концентрация на кислорода;	42.Инспираторна концентрация на кислорода;		Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 6
Дихателна честота RR, RRspn;	43.Дихателна честота RR, RRspn;		Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 6
Резистанс;	44.Резистанс;		Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 7
Комплайънс;	45.Комплайънс;		Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 7
Лекажи при минутна вентилация MV leak;	46.Лекажи при минутна вентилация MV leak;		Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 7
Отрицателна инспираторна сила NIF;	47.Отрицателна инспираторна сила NIF;		Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 7
Оклузионно налягане;	48.Оклузионно налягане;		Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 7
Съотношение поток/налягане, обем/налягане (примки);	49.Съотношение поток/налягане, обем/налягане (примки);		Инструкция за употреба Evita Infinity V500 стр. 119, 371
Информация за състоянието на пациента в цялостния период на	50.Информация за състоянието на пациента в цялостния период		Брошура Dräger Evita

обдишване (журнал);	на обдишване (журнал);	Infinity V500 стр. 2
Екрана да дава възможност за завъртане на поне 90° наляво/надясно, както и да се откача и закача на стандартна тръба;	51.Екранът завърта на максимум 180° обратно на часовниковата стрелка или на 90° по посока на часовниковата стрелка, както и да се откача и закача на стандартна тръба;	Инструкция за употреба Evita Infinity V500 стр. 48
Поне 6 различни, индивидуално конфигурабилни екрана;	52. 6 различни, индивидуално конфигурабилни екрана;	Инструкция за употреба Evita Infinity V500 стр. 176
Автоматична компенсация на утечки/лекаж;	53.Автоматична компенсация на утечки/лекаж;	Инструкция за употреба Evita Infinity V500 стр. 194
Наличие на акустични и визуални аларми, съпроводени с обяснителен текст, при застрашаващи живота състояния (еднократен обем, честота, откачане на пациента, утечки, и др);	54.Наличие на акустични и визуални аларми, съпроводени с обяснителен текст, при застрашаващи живота състояния (еднократен обем, честота, откачане на пациента, утечки, и др);	Инструкция за употреба Evita Infinity V500 стр. 140-145, 206-230 Брошура Dräger Evita
		Infinity V500 стр. 7
Светлинна индикация на алармата, видима от 360°;	55.Светлинна индикация на алармата, видима от 360°;	Инструкция за употреба Evita Infinity V500 стр. 140-147
Индивидуална настройка на алармените граници;	56.Индивидуална настройка на алармените граници;	Инструкция за употреба Evita Infinity V500 стр. 144
Експорт на данни, конфигурацията и настройките чрез USB стик;	57.Експорт на данни, конфигурацията и настройките чрез USB стик;	Брошура Dräger Evita Infinity V500 стр. 150
Изчакващ режим на работа (stand-by);	58.Изчакващ режим на работа (stand-by);	Инструкция за употреба Evita Infinity V500 стр.130
Потребителски интерфейс и инструкции за употреба на български език;	59.Потребителски интерфейс и инструкции за употреба на български език;	Приложени снимка №1 и №2
Инструкция за работа на български език, софтуерно достъпна в самия апарат;	60.Инструкция за работа на български език, софтуерно достъпна в самия апарат;	Инструкция за употреба Evita Infinity V500 стр.106, приложена снимка 1 и 2.
Потребителски интерфейс на английски и български език;	61.Потребителски интерфейс на английски и български език;	Приложени снимка №1 и

			№2
Окомплектовка към апарата:	Окомплектовка към апарата:		-
количка с колела, възможност за заключване на поне две колела;	62.количка с колела, възможност за заключване на четирите колела;		Инструкция за употреба Evita Infinity V500 стр.23, Приложена декларация
овлажнител на вдишания от пациента въздух, с възможност за работа при възрастни, педиатрични пациенти, и новородени;	63.овлажнител на вдишания от пациента въздух, с възможност за работа при възрастни, педиатрични пациенти, и новородени;		Приложена декларация
гъвкав статив за пациентната система;	64.гъвкав статив за пациентната система;		Приложена декларация
пациентна система за възрастни, деца и новородени деца;	65.пациентна система за възрастни, деца и новородени деца;		Приложена декларация
захранващи шлангове за кислород и въздух;	66.захранващи шлангове за кислород и въздух;		Приложена декларация
сензори за поток – по 5 бр. (за новородени и за възрастни).	67.сензори за поток – по 5 бр. (за новородени и за възрастни).		Приложена декларация
3.2. Спешен транспортен респиратор		1бр.	
Апарат за спешна медицинска помощ за контролирано обдишване с микропроцесорно управление и електрическо задвижване;	1. Апарат за спешна медицинска помощ за контролирано обдишване с микропроцесорно управление и електрическо задвижване;		Инструкция за употреба Oxylog VE300, стр. 131
Възможност за завъртане на контролния дисплей за удобство при работа и по-добра видимост от двете страни на уреда;	2. Възможност за завъртане на контролния дисплей на 180° за удобство при работа и по-добра видимост от двете страни на уреда;		Брошура за Oxylog VE300, стр. 2
Висока мобилност и пригодност за вътреболничен и междуболничен транспорт;	3. Висока мобилност и пригодност за вътреболничен и междуболничен транспорт;		Брошура за Oxylog VE300, стр. 2
Наличие на дръжка за пренасяне, балансираща центъра на тежестта;	4. Дръжка за пренасяне, балансираща центъра на тежестта;		Брошура за Oxylog VE300, стр. 2
Наличие на система за пренасяне, с място за кислородна бутилка (диаметър 100 – 120 cm, дължина 300 - 450 mm) с редуцирвинтил;	5. Система за пренасяне, с място за кислородна бутилка (диаметър 100 – 120 cm, дължина 300 - 450 mm) с редуцирвинтил;		Инструкция за употреба Oxylog VE300, стр. 35
Чанта за аксесоари с възможност за закачане на апарат/системата за пренасяне;	6.Чанта за аксесоари с възможност за закачане на апарат/системата за пренасяне;		Инструкция за употреба Oxylog VE300, стр. 37

Възможност за захранване с O2 от централна газова инсталация, и от бутилка с O2;	7. Възможност за захранване с O2 от централна газова инсталация, и от бутилка с O2;	Брошура за Oxylog VE300, стр. 7
Захранване: 240 V~ / 50Hz / 1.0 A;	8. Захранване: 240 V~ / 50Hz / 1.0 A;	Брошура за Oxylog VE300, стр. 7
DC/DC преобразувател за захранване в линейка;	9. DC/DC преобразувател за захранване в линейка;	Инструкция за употреба Oxylog VE300, стр. 39
Вградена Li-Ion батерия, осигуряваща поне 8 часа непрекъсната работа;	10. Вградена Li-Ion батерия, осигуряваща 8 часа непрекъсната работа при типично обдишване и 9 часа без сензор за CO2 и редуцирана яркост на екрана;	Брошура за Oxylog VE300, стр. 7
Бърз старт: под 12 sec;	11. Бърз старт: 10 sec;	Брошура за Oxylog VE300, стр. 2
Принцип на работа: Контролиран по време, постоянен по обем и с наблюдение на налягането, предназначен за възрастни и деца с еднократен обем от 100 ml и нагоре;	12. Принцип на работа: Контролиран по време, постоянен по обем и с наблюдение на налягането, предназначен за възрастни и деца с еднократен обем от 100 ml и нагоре;	Инструкция за употреба Oxylog VE300, стр. 8;
Компактен, устойчив на атмосферни влияния, сътресения и удари, лек, с общо тегло не повече от 3,7 kg (с батерия);	13. Компактен, устойчив на атмосферни влияния, сътресения и удари, лек, с тегло 3,6 kg (с батерия);	Брошура за Oxylog VE300, стр. 4
Екран: цветен, управление с докосване, поне 4" диагонал;	14. Екран: цветен, управление с докосване, поне 4" диагонал;	Инструкция за употреба Oxylog VE300, стр. 122; Брошура за Oxylog VE300, стр. 4
Възможност за завъртане на контролния дисплей за удобство при работа и по-добра видимост от двете страни на уреда;	15. Възможност за завъртане на контролния дисплей на 180° за удобство при работа и по-добра видимост от двете страни на уреда;	Брошура за Oxylog VE300, стр. 2
Индикации на екрана за оставащия заряд на батерията, 100 % O2 или O2/въздух смес, текущата консумация на газ;	16. Индикации на екрана за оставащия заряд на батерията, 100 % O2 или O2/въздух смес, текущата консумация на газ;	Инструкция за употреба Oxylog VE300, стр. 31
Наличие на следните режими на механична вентилация:	Наличие на следните режими на механична вентилация:	-
Контролирани по обем: VC-CMV, VC-AC;	17. Контролирани по обем: VC-CMV, VC-AC;	Брошура за Oxylog VE300, стр. 4
Спонтанно дишане - SPN-CPAP;	18. Спонтанно дишане - SPN-CPAP;	Брошура за Oxylog VE300, стр. 4

Настройка за обдишване при CPR (кардио - пулмонална ресусцитация), с адаптация на алармите за минутен обем и за дихателна честота;	19.Настройка за обдишване при CPR (кардио - пулмонална ресусцитация), с адаптация на алармите за минутен обем и за дихателна честота;		Инструкция за употреба Oxylog VE300, стр. 67
Възможност за обдишване на пациента със 100 % кислород, или с газова смес кислород/въздух;	20.Възможност за обдишване на пациента със 100 % кислород, или с газова смес кислород/въздух;		Брошура за Oxylog VE300, стр. 4
Аварийен въздушен вентил - при прекъсване на подаването на газ да позволява спонтанно дишане с околен въздух;	21.Аварийен въздушен вентил - при прекъсване на подаването на газ да позволява спонтанно дишане с околен въздух;		Инструкция за употреба Oxylog VE300, стр. 125
Настройка на максимално налягане Pmax: 20 – 55 mbar;	22.Настройка на максимално налягане Pmax: 20 – 60 mbar;		Брошура за Oxylog VE300, стр. 4
Настройка на респираторна честота RR: 5 – 50 1/min;	23.Настройка на респираторна честота RR: 5 – 50 1/min;		Брошура за Oxylog VE300, стр. 4
Настройка на Еднократен обем:	23.Настройка на Еднократен обем:		Брошура за Oxylog VE300, стр. 4
100 – 2000 ml;	100 – 2000 ml;		Брошура за Oxylog VE300, стр. 4
Тригер по поток с чувствителност	24.Тригер по поток с чувствителност		Брошура за Oxylog VE300, стр. 4
1 – 15 L/min;	1 – 15 L/min;		Брошура за Oxylog VE300, стр. 4
Тригер по налягане с чувствителност 1 – 15 стъпки;	25.Тригер по налягане с чувствителност 1 – 15 стъпки;		Брошура за Oxylog VE300, стр. 4
Настройка РЕЕР: 0 до 20 mbar;	26.Настройка РЕЕР: 0 до 20 mbar;		Брошура за Oxylog VE300, стр. 4
Максимален инспираторен поток поне 100 L/min;	27.Максимален инспираторен поток 100 L/min;		Брошура за Oxylog VE300, стр. 5
Настройка Инспираторно време:	28.Настройка Инспираторно време:		Брошура за Oxylog VE300, стр. 4
0.3 до 10 sec;	0.3 до 10 sec;		Брошура за Oxylog VE300, стр. 4
Настройка Съотношение I:E: 1:4 до 4:1;	29.Настройка Съотношение I:E: 1:4 до 4:1;		Брошура за Oxylog VE300, стр. 4
Възможност за настройка на алармените граници за MV, RR,	30.Възможност за настройка на алармените граници за MV,		Инструкция за употреба

	CO2;	RR, CO2;	Oxylog VE300, стр. 75
	Звукови и текстови аларми за висок/нисък MV, както и за висок RR, апнея, утечка, разкачане, слаба батерия и др.;	31.Звукови и текстови аларми за висок/нисък MV, както и за висок RR, апнея, утечка, разкачане, слаба батерия и др.;	Инструкция за употреба Oxylog VE300, стр. 94-101, 127-128
	Текстовите алармени съобщения да са с поне 3 нива на важност/приоритет, цветово кодирани;	32.Текстовите алармени съобщения с 3 нива на важност/приоритет, цветово кодирани;	Инструкция за употреба Oxylog VE300, стр.73-74
	Графично представяне на налягането на дихателните пътища Paw;	33.Графично представяне на налягането на дихателните пътища Paw;	Инструкция за употреба Oxylog VE300, стр. 127
	Тест за проверка на устройството: не по-дълъг от 1 мин.;	34.Тест за проверка на устройството: 1 мин.;	Инструкция за употреба Oxylog VE300, стр. 52
	Тест за проверка на пациентната система за обдишване: не по-дълъг от 1 мин.;	35.Тест за проверка на пациентната система за обдишване: 1 мин.;	Инструкция за употреба Oxylog VE300, стр. 53
	Работа на уреда в екстремни температурни условия: поне от -20 до +45° C;	36.Работа на уреда в екстремни температурни условия: от -20 до +50° C;	Брошура за Oxylog VE300, стр. 4
	Работа на уреда в широк диапазон на относителна влажност без кондензация: поне от 10 до 90%;	37.Работа на уреда в широк диапазон на относителна влажност без кондензация: от 5 до 95%;	Брошура за Oxylog VE300, стр. 4
	Работа на уреда в широк диапазон на атмосферно налягане: поне 620 до 1,100 hPa, с автоматична компенсация на атмосферното налягане;	38.Работа на уреда в широк диапазон на атмосферно налягане: 700 до 1,200 hPa, с автоматична компенсация на атмосферното налягане;	Брошура за Oxylog VE300, стр. 4
	Работа на надморска височина поне до 4 000 m;	39.Работа на надморска височина до 4 000 m;	Брошура за Oxylog VE300, стр. 4
	Степен на защита IP на уреда: поне 34;	40.Степен на защита IP на уреда: IP 34;	Брошура за Oxylog VE300, стр. 4
	Пациентната система и сензора за поток да са за многократна употреба и да подлежат на стерилизация;	41.Пациентната система и сензора за поток са за многократна употреба и подлежат на стерилизация;	Приложена декларация
	Подробно ръководство за употреба на български език;	42.Подробно ръководство за употреба на български език;	Приложено към документацията за участие + декларация
3.3. Набор за спешна реанимация			
Дефибрилатор		1 бр.	

Синхронизиран бифазен дефибрилатор със следните режими:	Синхронизиран бифазен дефибрилатор със следните режими:	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.2
Асинхронна и синхронизирана мануална дефибрилация;	Асинхронна и синхронизирана мануална дефибрилация;	1 бр.	Каталог DFM 300, стр.3
Автоматична външна дефибрилация с текстови и гласови подсказки.	Автоматична външна дефибрилация с текстови и гласови подсказки.	1 бр.	Каталог DFM 300, стр.3
Пациентен мониторинг;	Пациентен мониторинг;	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.3
Да бъде подходящ за пациенти от всички възрастови групи: възрастни, деца, новородени;	Подходящ за пациенти от всички възрастови групи: възрастни, деца, новородени;	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.3
Да може да работи със захранване от електрическата мрежа, от външен източник на постоянен ток и с вградена батерия;	Работи със захранване от електрическата мрежа, от външен източник на постоянен ток и с вградена батерия;	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.1
Времето за зареждане на батерията да е под 3 часа;	Времето за зареждане на батерията да е под 3 часа;	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.1
Капацитет на батерията:	Капацитет на батерията:	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.1
В режим на дефибрилация: поне 100 шока максимална енергия от 360J	В режим на дефибрилация: поне 100 шока максимална енергия от 360J	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.1
В режим на пациентен монитор: поне 2 часа мониториране с ЕКГ, SpO ₂ и информация за всички свързани кабели и сензори;	В режим на пациентен монитор: 2,5 часа мониториране с ЕКГ, SpO ₂ и информация за всички свързани кабели и сензори;	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.1
Цветен LCD дисплей с диагонал на екрана мин. 7" и резолюция мин. 800 x 480 пиксела.	Цветен LCD дисплей с диагонал на екрана 7" и резолюция 800 x 480 пиксела.	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.2
Да има висококонтрастен екранен режим за ясно и отчетливо изобразяване на информацията дори при излагане на директна слънчева светлина	Да има висококонтрастен екранен режим за ясно и отчетливо изобразяване на информацията дори при излагане на директна слънчева светлина	1 бр.	Каталог DFM 300, стр.5
Дефибрилациите да се извършват чрез бифазна технология с компенсация на импеданса.	Дефибрилациите да се извършват чрез бифазна технология с компенсация на импеданса.	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.2
Максималното ниво на изходната енергия да е до 360 J с поне 20 нива на регулиране от минимална до максимална енергия.	Максималното ниво на изходната енергия да е до 360 J с 21 нива на регулиране - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 170, 200, 300, 360 J.	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.2

	Времето за зареждане на енергия от 200 J да е по-малко от 5 sec;	Времето за зареждане на енергия от 200 J да е по-малко от 5 sec;	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.2
	Синхронизирана кардиоверсия: разряд преди 60 ms след детекция на QRS комплекса.	Синхронизирана кардиоверсия: разряд преди 60 ms след детекция на QRS комплекса.	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.2
	Минимални изисквания към мониторираните параметри:	Минимални изисквания към мониторираните параметри:	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.3
	3-канално ЕКГ с аритмия;	3-канално ЕКГ с аритмия;	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.3
	Сърдечна честота с обхват:	Сърдечна честота с обхват:	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.3
	възрастни: 15 to 300 bpm	възрастни: 15 до 300 bpm	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.3
	деца: 15 to 350 bpm	деца: 15 до 350 bpm	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.3
	новородени: 15 to 350 bpm	новородени: 15 до 350 bpm	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.3
	Респирация: трансторакален импеданс	Респирация: трансторакален импеданс	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.3
	Пулсова оксиметрия: обхват 0 до 100%.	Пулсова оксиметрия: обхват 0 до 100%.	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.3
	Неинвазивно кръвно налягане: режими ръчно, автоматично и STAT с обхват 0 - 300 mmHg;	Неинвазивно кръвно налягане: режими ръчно, автоматично и STAT с обхват 0 - 300 mmHg;	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.3
	Вграден термо принтер с висока резолюция и макс. 3 канала.	Вграден термо принтер с висока резолюция и макс. 3 канала.	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.2
	Да може да принтира отчети за: вълновите форми в реално време, обобщения на събития, таблични трендове, замразени вълнови форми, потребителски тест, конфигурация и др.	Може да принтира отчети за: вълновите форми в реално време, обобщения на събития, таблични трендове, замразени вълнови форми, потребителски тест, конфигурация и др.	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.2
	Да може да бъде конфигуриран за автоматичен печат на маркирани събития, зареждане с енергия, провеждане на шок, аларми, авто тест и др.	Може да бъде конфигуриран за автоматичен печат на маркирани събития, зареждане с енергия, провеждане на шок, аларми, авто тест и др.	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.2
	Размери (ШxВxД): не по-големи от 290x 205x 280mm и тегло: до 6 kg (заедно с батерията и ръкохватките);	Размери (ШxВxД): 288 x 203x 275 mm и тегло 4,7 kg (заедно с батерията и ръкохватките);	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.1
	Съхранение на данни;	Съхранение на данни;	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.2
	Събития: до 1000 събития за един пациент;	Събития: до 1000 събития за един пациент;	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.2
	Съхранение на вълновиформи: до 24 часа последователни ЕКГ вълни.	Съхранение на вълновиформи: до 24 часа последователни ЕКГ вълни.	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.2

Таблични трендове: поне 70 часа, с разделителна способност: 1 мин.	Таблични трендове: 72 часа, с разделителна способност: 1 мин.	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.2
Гласово записване:	Гласово записване:	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.2
общо макс.180 минути;	общо макс.180 минути;	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.2
макс. 60 минути за всеки пациент;	макс. 60 минути за всеки пациент;	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.2
Данните да могат да се експортират на компютър чрез USB флаш памет.	Данните да могат да се експортират на компютър чрез USB флаш памет.	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.2
Окомплектовка:	Окомплектовка:	1 бр.	
3-изводен ЕКГ пациентен кабел за многократна употреба	3-изводен ЕКГ пациентен кабел за многократна употреба	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.3
Многократни дефибрилиращи ръкохватки за възрастни и деца – 1 чифт	Многократни дефибрилиращи ръкохватки за възрастни и деца – 1 чифт	1 бр.	Каталог DFM 300, стр.6
Презареждаема батерия	Презареждаема батерия	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.1
Степен на защита IP на уреда: поне 44;	Степен на защита IP на уреда е 44;	1 бр.	Брошура DFM 300, стр.1
Пациентен монитор		1 бр.	
Мрежово и акумулаторно захранване с възможност за мин. 4 часа автономна работа	Мрежово и акумулаторно захранване с възможност за 4 часа автономна работа		Декларация от производителя за технически данни;
Цветен TFT дисплей с диагонал не по-малък от 12" с разделителна способност 800 x 600	Цветен TFT дисплей с диагонал 12.1" и разделителна способност 800 x 600		Брошура iM70 стр. 3
Основни измервани параметри ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP, PR;	Основни измервани параметри ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP, PR;		Брошура iM70 стр. 3
Вграден термопринтер	Вграден термопринтер		Брошура iM70 стр. 3
Едновременно изобразяване на екрана на криви и цифрови стойности на следените параметри.	Едновременно изобразяване на екрана на криви и цифрови стойности на следените параметри.		Брошура iM70 стр. 4
Памет за над 50 групи аритмени събития	Памет за над 50 групи аритмени събития		Декларация от производителя за технически данни;
Запомняне с възможност за преглед на над 900 групи от измервания на неинвазивно кръвно налягане.	Запомняне с възможност за преглед на 900 измервания на неинвазивно кръвно налягане и 1200 измервания във временната памет.		Декларация от производителя за технически данни; Брошура iM70 стр. 4
Запис и преглед на 120 часа трендове, с възможност за съхранение на 1,2,3,5,10,20,30 мин.	Запис и преглед на 120 часа трендове, с възможност за съхранение на		Декларация от производителя за технически

		1,2,3,5,10,20,30мин.		данни; Брошура iM70 стр. 4
	Следени параметри:	Следени параметри:		Декларация от производителя за технически данни;
	ЕКГ в реално време	ЕКГ в реално време		Декларация от производителя за технически данни;
	· Избор на отвеждане: I,II,III, avR, avL,avF,V;	Избор на отвеждане: I,II,III, avR, avL,avF,V;		Декларация от производителя за технически данни;
	· Скорост на ЕКГ кривата на дисплея: 12.5; 25 и 50 mm/s	Скорост на ЕКГ кривата на дисплея: 12.5; 25 и 50 mm/s		Декларация от производителя за технически данни;
	· Чувствителност на дисплея за ЕКГ: 5; 10 и 20 mm/mV или автоматично регулиране	Чувствителност на дисплея за ЕКГ: 5; 10 и 20 mm/mV или автоматично регулиране		Декларация от производителя за технически данни;
	· Автоматичен анализ на ST- сегмента	Автоматичен анализ на ST- сегмента		Декларация от производителя за технически данни;
	· Детекция и анализ на аритмии	Детекция и анализ на аритмии		Декларация от производителя за технически данни;
	Сърдечна честота	Сърдечна честота		Декларация от производителя за технически данни;
	Неинвазивно кръвно налягане	Неинвазивно кръвно налягане		Декларация от производителя за технически данни;
	· с индикация на систола, диастола и средно артериално налягане	с индикация на систола, диастола и средно артериално налягане		Декларация от производителя за технически данни;
	· Метод: Осцилометрия	Метод: Осцилометрия		Декларация от производителя за технически данни;
	· режими на работа: Ръчен / Автоматичен / Непрекъснат;	режими на работа: Ръчен / Автоматичен / Непрекъснат;		Декларация от производителя за технически данни;
	· Защита от свръхналягане	Защита от свръхналягане		Декларация от производителя

			за технически данни;
	кислородна сатурация	кислородна сатурация	Декларация от производителя за технически данни;
	• Обхват на измерване: 0-100%	Обхват на измерване: 0-100%	Декларация от производителя за технически данни;
	Честота на периферния пулс и графично изобразяване на пулсовата крива	Честота на периферния пулс и графично изобразяване на пулсовата крива	Декларация от производителя за технически данни;
	Телесна температура:	Телесна температура:	Декларация от производителя за технически данни;
	• Канали: 2 канала	• Канали: 2 канала	Декларация от производителя за технически данни;
	• Обхват: 0-50 °C	• Обхват: 0-50 °C	Декларация от производителя за технически данни;
			Декларация от производителя за технически данни;
	Дихателна честота и крива на дишането:	Дихателна честота и крива на дишането:	Декларация от производителя за технически данни;
	• Метод: RA-LL импеданс	• Метод: RA-LL импеданс	Декларация от производителя за технически данни;
	• Измервателен обхват: 0-150rpm (±50);	• Измервателен обхват: 0-150rpm;	Декларация от производителя за технически данни;
	• Аларма за апнея	• Аларма за апнея	Декларация от производителя за технически данни;
	Звукова и визуална аларма, с възможност за пренастройване на алармените граници	Звукова и визуална аларма, с възможност за пренастройване на алармените граници	Декларация от производителя за технически данни;
	Тегло: по-малко от 5 kg	Тегло: 3.5 kg	Декларация от производителя за технически данни;
	В окомплектовка с:	В окомплектовка с:	Декларация от производителя за технически данни;

	5-изведен пациентен ЕКГ кабел	5-изведен пациентен ЕКГ кабел	данни;
	сензор за пулсоксиметрия – клипс за пръст, за възрастни	сензор за пулсоксиметрия – клипс за пръст, за възрастни	Декларация от производителя за технически данни;
	маншета за кръвно налягане, за възрастен, среден размер, обиколка на ръката 25- 35 cm	маншета за кръвно налягане, за възрастен, среден размер, обиколка на ръката 25- 35 cm	Декларация от производителя за технически данни;
	сензор за кожна температура	сензор за кожна температура	Декларация от производителя за технически данни;
	захранващ шнур	захранващ шнур	Декларация от производителя за технически данни;
	ръководство за работа на Български език	ръководство за работа на Български език	Декларация от производителя за технически данни;
Електрокардиограф		1 бр.	
	6/12-канален електрокардиограф с възможност - за едновременен запис на 6 или 12 отвеждания	6/12-канален електрокардиограф с възможност - за едновременен запис на 6 или 12 отвеждания	Декларация от производителя за технически данни
	Мрежово и акумулаторно захранване	Мрежово и акумулаторно захранване	Декларация от производителя за технически данни
	Осветен минимум 5" LCD дисплей	Осветен 5,7" LCD дисплей	Декларация от производителя за технически данни; Брошура SE-601, стр.4
	Пълна буквено-цифрова клавиатура	Пълна буквено-цифрова клавиатура	Брошура SE-601, стр.4
	Индикация за разкачен електрод	Индикация за разкачен електрод	Декларация от производителя за технически данни;
	Вграден термопринтер с висока резолюция	Вграден термопринтер с висока резолюция	Брошура SE 601, стр.4
	Инсталиран порт за връзка с външен лазерен или мастилено-струен принтер за разпечатване на ЕКГ	Инсталиран порт за връзка с външен лазерен или мастилено-струен принтер за разпечатване на ЕКГ	Брошура SE-601, стр.4

	Интерфейс: RS 232, USB, LAN	Интерфейс: RS 232, USB, LAN		Брошура SE 601, стр.4
	Автоматичен и ръчен режим на работа	Автоматичен и ръчен режим на работа		Декларация от производителя за технически данни;
	Откриване на пейсмейкър	Откриване на пейсмейкър		Декларация от производителя за технически данни;
		Памет с възможност за		
	Памет с възможност за запомняне на не по-малко от 250 ЕКГ записа	запомняне на до 500 ЕКГ записа		Брошура SE-601, стр.4
	Скорост на записа 5, 10, 25 и 50 mm/s	Скорост на записа 5, 10, 25 и 50 mm/s		Декларация от производителя за технически данни;
	Наличие на мрежов филтър, филтър за мускулни трептения, филтър на изоелектричната линия	Наличие на мрежов филтър, филтър за мускулни трептения, филтър на изоелектричната линия		Декларация от производителя за технически данни;
				Декларация от производителя за технически данни;
	Защита от дефибрилации	Защита от дефибрилации		Декларация от производителя за технически данни;
	Комплект със стандартни принадлежности за ЕКГ за възрастни	Комплект със стандартни принадлежности за ЕКГ за възрастни		Декларация от производителя за технически данни;
3.4. Интензивно мултифункционално легло		10 бр.		
Електрическо болнично легло с четири секции и четири мотора				
	Размери на болничното легло:	Електрическо болнично легло с четири секции и четири мотора;	10 бр.	Брошура, стр.1
	(ШхД) мин. 97 x 216 cm (\pm 3%);	Размери на болничното легло: (ШхД) 97 x 216 cm;	10 бр.	Брошура, стр.1
	Регулируема височина: 50-82 cm (\pm 3%);	Регулируема височина: 50-82 cm;	10 бр.	Брошура, стр.1
	Максимално натоварване: мин. 185 kg (\pm 5%);	Максимално натоварване: 185 kg;	10 бр.	Брошура, стр.1
	Стоманена рамка и основите на отделните секции да са от стоманена поцинкована мрежа - прахово боядисани;	Стоманена рамка и основите на отделните секции са от стоманена поцинкована мрежа - прахово боядисани;	10 бр.	Брошура, стр.1
	Таблите при главата и краката да са от ABS материал и при необходимост да могат лесно да се махат от леглото. Да имат възможност за поставяне на табелка;	Таблите при главата и краката са от ABS материал и при необходимост да могат лесно да се махат от леглото. Имат възможност за поставяне на табелка;	10 бр.	Брошура, стр.1
	2 бр. странични прегради с механизъм за сваляне и вдигане;	2 бр. странични прегради с механизъм за сваляне и	10 бр.	Брошура, стр.1

	вдигане;		
4 бр. шумоизолирани колела с крачна спирачка, въртящи се на 360°;	4 бр. шумоизолирани колела с крачна спирачка, въртящи се на 360°;	10 бр.	Брошура, стр.1
Движение на секциите чрез дистанционно управление;	Движение на секциите чрез дистанционно управление;	10 бр.	Брошура, стр.1
2 бутона за регулиране секция гръб: 0 - 85°;	2 бутона за регулиране секция гръб: 0 - 85°;	10 бр.	Брошура, стр.1
2бр. бутони за регулиране на секции при подбедрица: 0-45°	2бр. бутони за регулиране на секции при подбедрица: 0-45°	10 бр.	Брошура, стр.1
2бр. бутони за едновременно движение на секциите;	2бр. бутони за едновременно движение на секциите;	10 бр.	Брошура, стр.1
2бр. бутони за регулиране на височината: в диадазон от 32 cm;	2бр. бутони за регулиране на височината: в диадазон от 32 cm;	10 бр.	Брошура, стр.1
2бр. бутони за тренделенбург/антитренделенбург: 0- 15°;	2бр. бутони за тренделенбург/антитренделенбург: 0- 15°;	10 бр.	Брошура, стр.1
Възможност за повдигане на прасеца;	Възможност за повдигане на прасеца;	10 бр.	Брошура, стр.1
Наличие на електрически мотори - 4бр.;	Наличие на електрически мотори - 4бр.;	10 бр.	Брошура, стр.1
сила на избутване/издърпване на моторите: 6000/4000N;	сила на избутване/издърпване на моторите: 6000/4000N;	10 бр.	Брошура, стр.1
скорост: 3.5mm/s;	скорост: 3.5mm/s;	10 бр.	Брошура, стр.1
Окомплектовка:	Окомплектовка:	10 бр.	Брошура, стр.1
Инфузионна стойка от неръждаема стомана, регулируема във височина 85-147 mm с възможност за поставяне от двете страни на леглото;	Инфузионна стойка от неръждаема стомана, регулируема във височина 85-147 mm с възможност за поставяне от двете страни на леглото;	10 бр.	Брошура, стр.1
Болничен матрак със следните характеристики:	Болничен матрак със следните характеристики:	10 бр.	Брошура, стр.1
Вътрешност от дунапен, нарязан така, че да заема формата на лежащата повърхност при различни позиции на леглото;	Вътрешност от дунапен, нарязан така, че да заема формата на лежащата повърхност при различни позиции на леглото;	10 бр.	Брошура, стр.1
Размери на матрака:220x88x12 cm (± 3%);	Размери на матрака: 200x88x12 cm;	10 бр.	Брошура, стр.1
Антидекубитален;	Антидекубитален;	10 бр.	Брошура, стр.1
Антибактериален и хипоалергичен;	Антибактериален и хипоалергичен;	10 бр.	Брошура, стр.1
Калъф: водоустойчив, пожароустойчив, подходящ за почистване с дезинфектант, с цип на поне от две от страните;	Калъф: водоустойчив, пожароустойчив, подходящ за почистване с дезинфектант, с цип на поне от две от страните;	10 бр.	Брошура, стр.1

*Забележка: Участник представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на нормативните изисквания за изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка, на техническата

спецификация, изискванията на възложителя и без конкретно изписване на предложения, данни и обстоятелства. Участник представил техническо предложение без конкретни характеристики и параметри на предлагания продукт/стока ще бъде отстранен.

V. Задължавам се да спазвам техническата спецификация и изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет.

VI. Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура, а именно:

1. Оферираната медицинска апаратура и оборудване отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
2. Оферираната медицинска апаратура и оборудване притежава ЕС декларация за съответствие и „СЕ“ маркировка в съответствие с изискванията на чл. 14 и чл. 15 от ЗМИ;
3. Оферираната апаратура апаратура и оборудване е произведена съгласно изискванията на ISO 13485:2003 или еквивалент;
4. Предлаганата медицинска апаратура и оборудване е нова, неупотребявана, непреработена и произведена след 01.01.2017 г. и е в актуалната производствена листа на производителя.
5. Оферираната медицинска апаратура и оборудване включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната и работа.
6. Обучението на персонала за работа с апаратурата и оборудването ще се осъществим на мястото на доставка (МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр.Кърджали), посочено конкретно с възлагателното писмо в срок от 3 (три) дни;
7. Предлагаме срок на доставка на медицинската апаратура и оборудване 30 (тридесет) *(не повече от 30 (тридесет) календарни дни след възлагателно писмо от страна на възложителя.*
8. Предлагаме срок за монтаж (инсталацията) и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура и оборудване в срок от 7 (седем) календарни дни;

VII. ДЕКЛАРИРАМ, че доставената апаратура е в съответствие с предложените в настоящото техническо предложение параметри, за което при доставката ще предоставя сертификати, протоколи и други документи, доказващи съответствието им със заложените стандарти и параметри.

VIII. ДЕКЛАРИРАМ следните гаранционни срокове и гаранционни условия, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателния протокол:

- Гаранционният срок 24 (двадесет и четири) (цифром и словом) месеца за цялата апаратура от датата на подписване на окончателен приемо-предавателен протокол.
- Декларирам, че се задължавам да извършвам гаранционно обслужване на доставената апаратура, със свои средства (включително транспорт).
- Декларирам, че ще осигуря сервизно обслужване всеки работен ден от понеделник до петък по 8 часа дневно на мястото на инсталирането на доставената апаратура (гр. Кърджали, бул. „Беломорски“ № 53) или при необходимост в сервизна база.
- Декларирам, време за реакция при проблем – до 24 часа от подаване на заявка от Възложителя (по телефон или имейл). След заявка от Възложителя при необходимост, ще изпратя квалифициран персонал на място за точното идентифициране на проблема. Време за отстраняване на проблем – до 2 работни дни от подаване на заявка от Възложителя (по телефон или имейл).
- Декларирам, че при необходимост от ремонт на доставено оборудване в сервиз гаранционният срок ще бъде удължаван с времето за отстраняване на повредата.
- Рекламации за качеството на предмета на доставка могат да бъдат предявявани от Възложителя или упълномощени от него лица.

**Забележка: В случай, че участник предложи гаранционен срок по - кратък 24 месеца, същият ще бъде отстранен.*

Приложения:

1. Документ за оторизация/оторизационно писмо от производител, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на Република България:

Оторизационно писмо – Дрегер Медикал България ЕООД;

Оторизация от проидводител – „Инфинита” ООД

Оторизационно писмо – „OKUMAN” Medikal Sistemler Anonim Sirketi

2. Образец №3.3 на електронен (CD – формат Word) носител.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на

17.09.2018 г.
дата

Теоман Ялчън
Име и фамилия

неверни данни
Заличено
от 3312

**Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица.*