

ПРОТОКОЛ

№2

От дейността на комисията, назначена със Заповед №344 от 29.06.2017г. на Изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД – гр. Кърджали за разглеждане и оценка на постъпилите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура за отделението по хемодиализа в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали", открита с Решение №273 от 23.05.2017г. на Изпълнителния директор на лечебното заведение и публикувано обявление в РОП на АОП 788413 от 24.05.2017г.

Днес, 24.07.2017г., от 12,00 часа в залата на V етаж в лечебното заведение се проведе закрито заседание на комисия, назначена със Заповед №344 от 29.06.2017г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, в състав:

Председател: д-р Сашо Дерменджиев – началник отделение диализа;

и членове:

1. инж.Славей Джелепов – инженер поддръжка мед. апаратура;
2. Валентин Тодоров – техник ел.машини и съоръжения отделение диализа;
3. Снежана Карагьозова – икономист ОП;
4. Иван Робов – юрист;

за разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници в процедурата.

В резултат на изложеното в Протокол № 1 от 14.07.2017 г., комисията допуска до следващ етап в процедурата – разглеждане на техническото предложение на участника в процедурата "ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

I. В техническото си предложение участникът е представил следните документи:

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец №3;
2. Приложение №1 към техническото предложение на хартиен и електронен носител;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец №4;
4. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец №5;
5. Декларация за съответствие;
6. Европейски сертификат за съответствие с предлаганата медицинска апаратура;
7. Сертификат за съответствие с изискванията на ISO 13485:2003 издаден от Тюв Сюд Продукт на производителя на офертираната апаратура – "Фрезениус Медикъл Кеър";
8. Каталози, извадки от сервизно ръководство, инструкции за употреба;

II. В Приложение №1 към Техническото предложение участникът е оферирал хемодиализни апарати Фрезениус, модел: 4008S Classic, с производител Фрезениус Медикъл Кеър Германия, с година на производство 2017година.

1. Работни характеристики на хемодиализните апарати:

ХЕМОДИАЛИЗЕН АПАРАТ		Производител: Фрезениус Медикъл Керл Германия	Модел: 4008S Classic
		Дата на производство: 2017 г.	Гаранционен срок: 24 месеца
№ по ред	Техническа спецификация на възложителя 1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	Техническо предложение на участника	№ на страницата от документа, с който участника доказва твърденията си
1	Да позволява профилиране на натрия и ултрафилтрацията.	Позволява профилиране на натрия и ултрафилтрацията.	Да. Инструкции за работа стр. 4-62
2	Да може да провежда унинуиктурна диализа, клик-клак.	Провежда унинуиктурна диализа, клик-клак.	Да. Инструкции за работа стр. 7-28, 7-30
3	Да има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа.	Има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа.	Да. Инструкции за работа стр. 12-8
4	Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция.	Притежава модул за суха бикарбонатна субстанция.	Да. Инструкции за работа стр. 4-8
5	Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия).	Осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия).	Да. Инструкции за работа стр. 4-55
6	Да е от отворен тип – да позволява използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители.	От отворен тип е - позволява използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители.	Да. От отворен тип са – позволяват използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители
7	Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане.	Има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане.	Да. Инструкции за работа стр. 5-8, 5-9, 5-11
8	Да има възможност за настройване на температурата на диализния разтвор в границите от 35 до 39°C.	Има възможност за настройване на температурата на диализния разтвор в границите от 35 до 39°C.	Да. Инструкции за работа стр. 12-10
9	Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс. 5 мл/болус.	Има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс. 5 мл/болус.	Да. Брошура
10	Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 мл/мин, а тези за студена на 600 мл/мин.	Притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като програмите за гореща дезинфекция или промивка са на 450 мл/мин а тези за студена на 600 мл/мин.	Да. Брошура
11	Да има вградена система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната програма на дезинфекция.	Има вградена система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната програма на дезинфекция.	Да. Сервизно ръководство, стр. 11-58
12	Да разполага с програма за топлинна дезинфекция (температура до 85°C).	Разполага с програма за топлинна дезинфекция (температура до 85°C).	Да. Брошура
13	Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация с точност 0,5% и скорост от 0 до 4000 мл/час. И да показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем.	Използва система за обемно контролирана ултрафилтрация с точност 0,5% и скорост от 0 до 4000 мл/час. Показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем.	Да. Брошура. Инструкции за работа стр. 4-42
14	Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност $\leq 0,5$ мл/кръв/мин – при Hct=25 и замърсяване на хидравличната система.	Притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност $\leq 0,5$ мл/кръв/мин – при Hct=25 и замърсяване на хидравличната система.	Да. Брошура
15	Да притежава ултразвуков въздушен детектор 22 мм.	Притежава ултразвуков въздушен детектор 22 мм.	Да. Брошура Инструкции за работа стр. 8-2
16	Да притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия.	Притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия.	Да. Инструкции за работа стр. 3-10
17	Да дава възможност във всеки един момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова информация на български език чрез натискане на бутони на панела.	Дава възможност във всеки един момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова информация на български език чрез натискане на бутони на панела.	Да. Софтуерът е на български език, Инструкции за работа стр. 3-15

18	Да притежава модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта Kt/V.	Притежава модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта Kt/V.	Да. Брошура
19	Да притежава контрол in vivo на клирънса на урея.	Притежава контрол in vivo на клирънса на урея.	Да. Инструкции за работа стр. 4-105
20	Да притежава контрол на натрия в плазмата.	Притежава контрол на натрия в плазмата.	Да. Инструкции за работа стр. 4-105
21	Да притежава автоматично включване и провеждане на начален тест.	Притежава автоматично включване и провеждане на начален тест.	Да. Инструкции за работа стр. 4-10, 12-8
22	Да е съпроводен с инструкцията за потребителя на български език.	Съпроводен с инструкции за потребителя на български език.	Всеки апарат се доставя с инструкции за потребителя на български език
23	Да притежава централизирано блокиране на ходовата част и блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор.	Притежава централизирано блокиране на ходовата част и блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор.	Да. Инструкции за работа стр. 3-1
24	Да има автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и да може да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия.	Има автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и може да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия.	Да. Инструкции за работа стр. 4-40 Да. Инструкции за работа стр. 7-31
25	Да притежават апиrogenен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра.	Притежават апиrogenен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра.	Да – Diasafe plus с площ 2,2 кв.м Да. Инструкции за работа стр. 4-83
26	Да притежава вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V и да бъде оборудван с топлообменник.	Притежава вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V и е оборудван с топлообменник.	Да. Инструкции за работа стр. 12-3 Да. Инструкции за работа стр. 7-2 (77) Да. Брошура
27	Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата.	Притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата.	Да.Инструкции за работа стр. 4-21 Да. Брошура
28	Да има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура.	Има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура.	Да. Брошура

2. Срок на доставка 70 (седемдесет) календарни дни след възлагателно писмо от страна на възложителя;

3. Срок на монтаж и въвеждане в експлоатация на хемодиализните апарати от 5 (пет) календарни дни;

4. Гаранционен срок на оферирания медицинска апаратура 24 (двадесет и четири) месеца от подписването приемо-предавателния протокол за монтажа, инсталацията и пускане в експлоатация на доставената медицинска апаратура;

5. Обучение на персонала за работа с апаратурата от 5 (календарни) дни от получаването на възлагателно писмо;

От техническата документация представена от участника "ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ" ЕООД е видно, че оферирания хемодиализни апарати Фрезениус 4008S Classic напълно отговарят на изискванията на възложителя по отношение на техническите характеристики на медицинската апаратура.

От представената от участника декларация за съответствие е видно, че оферирания хемодиализни апарати Фрезениус 4008S Classic, са в съответствие с постановленията на Директива на съвета 93/42/ЕЕС (Директива за медицинските изделия).

На база горензложеното комисията намира техническото предложение на участника за отговарящо в пълна степен на изискванията на възложителя, заложен в техническата спецификация на документацията. С оглед на това, комисията единодушно

реши, че допуска участника "ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ" ЕООД до следващ етап в процедурата – отваряне на ценовото предложение.

III. С това на 25.07.2017г., назначената от възложителя комисия приключи своята работа по разглеждане на техническото предложение на допуснатия участник в процедурата и състави Протокол №2.

IV. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията определи дата, час и място на отваряне на ценовото предложение – 02.08.2017г. от 12:30 часа, в залата на V етаж в лечебното заведение, за което предприе действия за уведомяване на участника в процедурата.

КОМИСИЯ:

Председател: .

Записено

Членове:

еп. 2 от 33112

1.....
/ инж.Славе

2.....
/ В

Записено

3.....
/ С

еп. 2 от 33112

4.....

Записено

еп. 2 от 33112



Утвърждавам:.....
Доц. д-р Тодор Черкезов, дм - Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали

26.07.2017г.