

## ПРОТОКОЛ

№2

Днес, 08.04.2019г., от 12,00 часа в залата на V етаж в лечебното заведение се състоя заседание на комисията, назначена със Заповед със №166 от 06.03.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали за разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали", с уникален 00848-2019-0001, открита с Решение №77 от 24.01.2019г. на Изпълнителния директор, публикувано обявление в РОП №890367 на 28.01.2019г.

На основание Глава пета, раздел VIII от ППЗОП и в изпълнение на Заповед №580 от 15.11.2018г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, помощният орган на възложителя в следния състав:

**Председател:** д-р Диана Георгиева – заместник директор;

- и членове:**
1. д-р Емилия Ставрева – лекар кардиология;
  2. Даниела Шукадарова – технически организатор в инвазивна лаборатория;
  3. Снежана Карагъзова – икономист ОП;
  4. Иван Робов – юрист, започна работата си на закрито заседание.

I. Комисията продължи работата си по реда Глава пета, раздел VIII от ППЗОП, като разгледа техническите предложения на допуснатите до този етап участници, при което направи следните констатации:

По отношение на представените документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП от "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД по:

### ОП №7 DBM - медикамент - излъчващ балон

Участникът декларира, че е съгласен с клаузите на проекта на договора, приложен към документацията за участие в процедурата. Срокът на валидност на офертата е 5 месеца. Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя по отношение на съдържание и форма и е изготвено по Приложение №3 от образците към процедурата и Приложение №1, представено на хартиен и оптичен носител. Оферирано е медицинско изделие с търговско наименование *PacSol*, с производител *amg International GmbH, Германия* и е налице оферта за посоченото в техническата спецификация на възложителя медицинско изделие.

Предложени са:

- срок за доставка до 72 (седемдесет и два) часа, а при спешни случаи до 24 (двадесет и четири) часа от получаване на заявка;
- остатъчен срок на годност доставените медицински изделия 60% от общия срок на годност;

Представени са изискуемите каталози и технически спецификации, както и оторизационно писмо от производителя *amg International GmbH, Германия*, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на Република България.

След като разгледа документите на този участник комисията не откри несъответствия с изискванията на възложителя, съдържащи се в техническата спецификация и документацията за участие в процедурата и с оглед горното комисията **единодушно реши, че участникът "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" е представил техническо предложение, което отговаря на предварително обявените условия на поръчката и се допуска до отваряне на плика с предлаганите ценови параметри по ОП №7.**



По отношение на представените документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП от "Макмед" ООД по:

**ОП №2 Коронарен медикамент излъчващ стент**

Участникът декларира, че е съгласен с клаузите на проекта на договора, приложен към документацията за участие в процедурата. Срокът на валидност на офертата е 4 месеца. Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя по отношение на съдържание и форма и е изготвено по Приложение №3 от образците към процедурата и Приложение №1, представено на хартиен и оптичен носител. Оферирано е медицинско изделие с търговско наименование *Biotime*, с производител *Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд.-Муктананд Марг, Чала, Вати, Индия* и е налице оферта за посоченото в техническата спецификация на възложителя медицинско изделие.

Предложени са:

- срок за доставка до 72 (седемдесет и два) часа, а при спешни случаи до 24 (двадесет и четири) часа от получаване на заявка;
- остатъчен срок на годност доставените медицински изделия 60% от общия срок на годност;

Представени са изискуемите каталози и технически спецификации, както и оторизационно писмо от производителя *Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд.-Муктананд Марг, Чала, Вати, Индия*, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на Република България.

След като разгледа документите на този участник комисията не откри несъответствия с изискванията на възложителя, съдържащи се в техническата спецификация и документацията за участие в процедурата и с оглед горното комисията **единодушно реши, че участникът "Макмед" ООД е представил техническо предложение, което отговаря на предварително обявените условия на поръчката и се допуска до отваряне на плика с предлаганите ценови параметри по ОП №2.**

**ОП №3 Коронарен медикамент излъчващ стент с хидрофилно покритие**

Участникът декларира, че е съгласен с клаузите на проекта на договора, приложен към документацията за участие в процедурата. Срокът на валидност на офертата е 4 месеца. Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя по отношение на съдържание и форма и е изготвено по Приложение №3 от образците към процедурата и Приложение №1, представено на хартиен и оптичен носител. Оферирано е медицинско изделие с търговско наименование *Biotime Aura*, с производител *Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд.-Муктананд Марг, Чала, Вати, Индия* и е налице оферта за посоченото в техническата спецификация на възложителя медицинско изделие.

Предложени са:

- срок за доставка до 72 (седемдесет и два) часа, а при спешни случаи до 24 (двадесет и четири) часа от получаване на заявка;
- остатъчен срок на годност доставените медицински изделия 60% от общия срок на годност;

Представени са изискуемите каталози и технически спецификации, както и оторизационно писмо от производителя *Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд.-Муктананд Марг, Чала, Вати, Индия*, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на Република България.

След като разгледа документите на този участник комисията не откри несъответствия с изискванията на възложителя, съдържащи се в техническата спецификация и документацията за участие в процедурата и с оглед горното комисията **единодушно реши, че участникът "Макмед" ООД е представил техническо предложение, което отговаря на предварително обявените условия на поръчката и се допуска до отваряне на плика с предлаганите ценови параметри по ОП №3.**



#### **ОП №4 Коронарен медикамент излъчващ конусовиден стент**

Участникът декларира, че е съгласен с клаузите на проекта на договора, приложен към документацията за участие в процедурата. Срокът на валидност на офертата е 4 месеца. Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя по отношение на съдържание и форма и е изготвено по Приложение №3 от образците към процедурата и Приложение №1, представено на хартиен и оптичен носител. Оферирано е медицинско изделие с търговско наименование *Biomime Morph*, с производител *Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд.-Муктананд Марг, Чала, Вати, Индия* и е налице оферта за посоченото в техническата спецификация на възложителя медицинско изделие.

Предложени са:

- срок за доставка до 72 (седемдесет и два) часа, а при спешни случаи до 24 (двадесет и четири) часа от получаване на заявка;
- остатъчен срок на годност доставените медицински изделия 60% от общия срок на годност;

Представени са изискуемите каталози и технически спецификации, както и оторизационно писмо от производителя *Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд.-Муктананд Марг, Чала, Вати, Индия*, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на Република България.

След като разгледа документите на този участник комисията не откри несъответствия с изискванията на възложителя, съдържащи се в техническата спецификация и документацията за участие в процедурата и с оглед горното комисията **единодушно реши, че участникът "Макмед" ООД е представил техническо предложение, което отговаря на предварително обявените условия на поръчката и се допуска до отваряне на плика с предлаганите ценови параметри по ОП №4.**

#### **ОП №6 Медикамент излъчващ коронарен балон**

Участникът декларира, че е съгласен с клаузите на проекта на договора, приложен към документацията за участие в процедурата. Срокът на валидност на офертата е 4 месеца. Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя по отношение на съдържание и форма и е изготвено по Приложение №3 от образците към процедурата и Приложение №1, представено на хартиен и оптичен носител. Оферирано е медицинско изделие с търговско наименование *Essential*, с производител *LIFE VASCULAR DEVICES BIOTECH, S.L., Испания* и е налице оферта за посоченото в техническата спецификация на възложителя медицинско изделие.

Предложени са:

- срок за доставка до 72 (седемдесет и два) часа, а при спешни случаи до 24 (двадесет и четири) часа от получаване на заявка;
- остатъчен срок на годност доставените медицински изделия 60% от общия срок на годност;

Представени са изискуемите каталози и технически спецификации, както и оторизационно писмо от производителя *LIFE VASCULAR DEVICES BIOTECH, S.L., Испания*, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на Република България.

След като разгледа документите на този участник комисията не откри несъответствия с изискванията на възложителя, съдържащи се в техническата спецификация и документацията за участие в процедурата и с оглед горното комисията **единодушно реши, че участникът "Макмед" ООД е представил техническо предложение, което отговаря на предварително обявените условия на поръчката и се допуска до отваряне на плика с предлаганите ценови параметри по ОП №6.**

#### **ОП №8 Биполярен пейсинг катетър без балон за дясно сърце кривка и за пейсиране в камерата**



Участникът декларира, че е съгласен с клаузите на проекта на договора, приложен към документацията за участие в процедурата. Срокът на валидност на офертата е 4 месеца. Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя по отношение на съдържание и форма и е изготвено по Приложение №3 от образците към процедурата и Приложение №1, представено на хартиен и оптичен носител. Оферирано е медицинско изделие с търговско наименование *Pacel*, с производител *Сейнт Джуд Медикъл, САЩ* и е налице оферта за посоченото в техническата спецификация на възложителя медицинско изделие.

Предложени са:

- срок за доставка до 72 (седемдесет и два) часа, а при спешни случаи до 24 (двадесет и четири) часа от получаване на заявка;
- остатъчен срок на годност доставените медицински изделия 60% от общия срок на годност;

Представени са изискуемите каталози и технически спецификации, както и оторизационно писмо за преоторизация от представителят на производителя за Република България БУЛМЕД 2000, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на Република България.

След като разгледа документите на този участник комисията не откри несъответствия с изискванията на възложителя, съдържащи се в техническата спецификация и документацията за участие в процедурата и с оглед горното комисията **единодушно реши, че участникът "Макмед" ООД е представил техническо предложение, което отговаря на предварително обявените условия на поръчката и се допуска до отваряне на плика с предлаганите ценови параметри по ОП №8.**

#### **ОП №9 Бифуркационен коронарен стент**

Участникът декларира, че е съгласен с клаузите на проекта на договора, приложен към документацията за участие в процедурата. Срокът на валидност на офертата е 4 месеца. Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя по отношение на съдържание и форма и е изготвено по Приложение №3 от образците към процедурата и Приложение №1, представено на хартиен и оптичен носител. Оферирано е медицинско изделие с търговско наименование *BIOSslimC*, с производител *Balton Sp. Z o.o., Полша* и е налице оферта за посоченото в техническата спецификация на възложителя медицинско изделие.

Предложени са:

- срок за доставка до 72 (седемдесет и два) часа, а при спешни случаи до 24 (двадесет и четири) часа от получаване на заявка;
- остатъчен срок на годност доставените медицински изделия 60% от общия срок на годност;

Представени са изискуемите каталози и технически спецификации, както както и оторизационно писмо за преоторизация от представителят на производителя за Република България ТП „Пикмедикъл Интернешънъл АГ“, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на Република България.

След като разгледа документите на този участник комисията не откри несъответствия с изискванията на възложителя, съдържащи се в техническата спецификация и документацията за участие в процедурата и с оглед горното комисията **единодушно реши, че участникът "Макмед" ООД е представил техническо предложение, което отговаря на предварително обявените условия на поръчката и се допуска до отваряне на плика с предлаганите ценови параметри по ОП №9.**

С това на 11.04.2019г., назначената от възложителя комисия приключи своята работа по разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници в процедурата и състави Протокол №2.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията определи дата, час и място на отваряне на ценовите предложения - 17.04.2019г. от 12:00 часа, в залата на V етаж в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД Кърджали, за което предприе действия за уведомяване на участниците в процедурата.

Председател: *Заличено* /исма/

*ел. 2 от 3312*

Членове:

1.....

/ д-р Ем

2.....

/ Дани

3.....

/ Снеж

4.....

/ Ив

*Заличено*  
*ел. 2*  
*от 3312*

*Заличено*  
*ел. 2 от 3312*

Утвърждавам:.....

Проф. д-р Тодор Черкезов, дм - Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали

*15.04.2019г.*

