

ПРОТОКОЛ

№2

От дейността на комисията, назначена със Заповед №463 от 07.10.2016г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали", открита с Решение № 415 от 31.08.2016г. на Изпълнителния директор на лечебното заведение и публикувано обявление в РОП на АОП 747337 от 02.09.2016г.

Днес, 29.11.2016г., от 12.00 часа в залата на V етаж в лечебното заведение се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед №463 от 07.10.2016г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, в състав:

Председател: д-р Огнян Георгиев – Заместник директор;

Членове:

1. д-р Кямуран Местан – лекар кардиология;
2. м.ф. Весела Момчилова – ръководител болнична аптека;
3. Даниела Шукадарова – технически организатор в инвазивна лаборатория;
4. Снежана Карагьозова – икономист ОП;
5. Златиана Кирилова – технически организатор;
6. Иван Робов - юрист;

На заседанието присъстваха всички членове на комисията.

I. В резултат на изложеното в Протокол № 1 от 23.11.2016 г., комисията допуска до следващ етап в процедурата – разглеждане на техническите предложения на следните участници:

"НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД, София;

"МАКМЕД" ООД, София;

"ЕКОС МЕДИКА" ООД, гр.София

"НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД, София

Обособена позиция №3

Комисията установи, че участникът в процедурата е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- *Попълнен Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката.*
- *Приложение №1 към техническото предложение – на хартиен и електронен носител.*

след, което направи проверка на съдържанието на техническото предложение съобразно изискванията на процедурата и установи, че документите на участника отговарят на изискванията на процедурата и закона.

Участникът е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферираните медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя.

Оферираното медицинско изделие съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата, подробно описани по обособени позиции в Приложение №1 към настоящия протокол.

Оферираното медицинско изделие е включено в списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от

Закона за здравето(обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл.изм. и доп. бр. 62 от 14 август 2015г. към датата на отваряне на офертите.

На база гореизложеното комисията намира техническото предложение на участника за отговарящо в пълна степен на изискванията на възложителя, заложи в техническата спецификация на документацията. С оглед на това, комисията единодушно реши, че допуска участника "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД до следващ етап в процедурата – отваряне на ценовото предложение по обособената позиция.

Обособена позиция №4

Комисията установи, че участникът в процедурата е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- *Попълнен Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката.*

- *Приложение №1 към техническото предложение – на хартиен и електронен носител.*

след, което направи проверка на съдържанието на техническото предложение съобразно изискванията на процедурата и установи, че документите на участника отговарят на изискванията на процедурата и закона.

Участникът е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферираниите медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя.

Оферираното медицинско изделие съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата, подробно описани по обособени позиции в Приложение №1 към настоящия протокол.

Оферираното медицинско изделие е включено в списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето(обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл.изм. и доп. бр. 62 от 14 август 2015г. към датата на отваряне на офертите.

На база гореизложеното комисията намира техническото предложение на участника за отговарящо в пълна степен на изискванията на възложителя, заложи в техническата спецификация на документацията. С оглед на това, комисията ~~единодушно реши, че допуска участника "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД до следващ етап в процедурата – отваряне на ценовото предложение по обособената позиция.~~

Обособена позиция №5

Комисията установи, че участникът в процедурата е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- *Попълнен Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката.*

- *Приложение №1 към техническото предложение – на хартиен и електронен носител.*

след, което направи проверка на съдържанието на техническото предложение съобразно изискванията на процедурата и установи, че документите на участника отговарят на изискванията на процедурата и закона.

Участникът е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферираниите медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя.

Оферираното медицинско изделие съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата, подробно описани по обособени позиции в Приложение №1 към настоящия протокол.

Оферираното медицинско изделие е включено в списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от

Закона за здравето(обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл.изм. и доп. бр. 62 от 14 август 2015г. към датата на отваряне на офертите.

На база гореизложеното комисията намира техническото предложение на участника за отговарящо в пълна степен на изискванията на възложителя, заложи в техническата спецификация на документацията. С оглед на това, комисията единодушно реши, че допуска участника "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД до следващ етап в процедурата – отваряне на ценовото предложение по обособената позиция.

Обособена позиция №9

Комисията установи, че участникът в процедурата е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- *Попълнен Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката.*
- *Приложение №1 към техническото предложение – на хартиен и електронен носител.*

след, което направи проверка на съдържанието на техническото предложение съобразно изискванията на процедурата и установи, че документите на участника отговарят на изискванията на процедурата и закона.

Участникът е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферираните медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя.

Оферираното медицинско изделие съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата, подробно описани по обособени позиции в Приложение №1 към настоящия протокол.

Оферираното медицинско изделие е включено в списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето(обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл.изм. и доп. бр. 62 от 14 август 2015г. към датата на отваряне на офертите.

На база гореизложеното комисията намира техническото предложение на участника за отговарящо в пълна степен на изискванията на възложителя, заложи в техническата спецификация на документацията. С оглед на това, комисията ~~единодушно реши, че допуска участника "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД до следващ етап в процедурата – отваряне на ценовото предложение по обособената позиция.~~

Обособена позиция №10

Комисията установи, че участникът в процедурата е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- *Попълнен Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката.*
- *Приложение №1 към техническото предложение – на хартиен и електронен носител.*

след, което направи проверка на съдържанието на техническото предложение съобразно изискванията на процедурата и установи, че документите на участника отговарят на изискванията на процедурата и закона.

Участникът е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферираните медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя.

Оферираното медицинско изделие съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата, подробно описани по обособени позиции в Приложение №1 към настоящия протокол.

Оферираното медицинско изделие е включено в списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от

Закона за здравето(обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл.изм. и доп. бр. 62 от 14 август 2015г. към датата на отваряне на офертите.

На база гореизложеното комисията намира техническото предложение на участника за отговарящо в пълна степен на изискванията на възложителя, заложи в техническата спецификация на документацията. С оглед на това, комисията единодушно реши, че допуска участника "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД до следващ етап в процедурата – отваряне на ценовото предложение по обособената позиция.

Обособена позиция №11

Комисията установи, че участникът в процедурата е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- *Попълнен Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката.*

- *Приложение №1 към техническото предложение – на хартиен и електронен носител.*

след, което направи проверка на съдържанието на техническото предложение съобразно изискванията на процедурата и установи, че документите на участника отговарят на изискванията на процедурата и закона.

Участникът е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферираниите медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя.

Оферираното медицинско изделие съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата, подробно описани по обособени позиции в Приложение №1 към настоящия протокол.

Оферираното медицинско изделие е включено в списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето(обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл.изм. и доп. бр. 62 от 14 август 2015г. към датата на отваряне на офертите.

На база гореизложеното комисията намира техническото предложение на участника за отговарящо в пълна степен на изискванията на възложителя, заложи в техническата спецификация на документацията. С оглед на това, комисията ~~единодушно реши, че допуска участника "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД до следващ етап в процедурата – отваряне на ценовото предложение по обособената позиция.~~

Обособена позиция №12

Комисията установи, че участникът в процедурата е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- *Попълнен Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката.*

- *Приложение №1 към техническото предложение – на хартиен и електронен носител.*

след, което направи проверка на съдържанието на техническото предложение съобразно изискванията на процедурата и установи, че документите на участника отговарят на изискванията на процедурата и закона.

Участникът е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферираниите медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя.

Оферираното медицинско изделие съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата, подробно описани по обособени позиции в Приложение №1 към настоящия протокол.

Оферираното медицинско изделие е включено в списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от

Закона за здравето(обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл.изм. и доп. бр. 62 от 14 август 2015г. към датата на отваряне на офертите.

На база гореизложеното комисията намира техническото предложение на участника за отговарящо в пълна степен на изискванията на възложителя, заложи в техническата спецификация на документацията. С оглед на това, комисията единодушно реши, че допуска участника "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД до следващ етап в процедурата – отваряне на ценовото предложение по обособената позиция.

"МАКМЕД" ООД, София

Обособена позиция №6

Комисията установи, че участникът в процедурата е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- *Попълнен Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката.*
- *Приложение №1 към техническото предложение – на хартиен и електронен носител.*

след, което направи проверка на съдържанието на техническото предложение съобразно изискванията на процедурата и установи, че документите на участника отговарят на изискванията на процедурата и закона.

Участникът е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферираните медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя.

Оферираното медицинско изделие съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата, подробно описани по обособени позиции в Приложение №1 към настоящия протокол.

Оферираното медицинско изделие е включено в списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето(обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл.изм. и доп. бр. 62 от 14 август 2015г. към датата на отваряне на офертите.

На база гореизложеното комисията намира техническото предложение на участника за отговарящо в пълна степен на изискванията на възложителя, заложи в ~~техническата спецификация на документацията.~~ С оглед на това, комисията единодушно реши, че допуска участника "МАКМЕД" ООД до следващ етап в процедурата – отваряне на ценовото предложение по обособената позиция.

Обособена позиция №7

Комисията установи, че участникът в процедурата е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- *Попълнен Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката.*
- *Приложение №1 към техническото предложение – на хартиен и електронен носител.*

след, което направи проверка на съдържанието на техническото предложение съобразно изискванията на процедурата и установи, че документите на участника отговарят на изискванията на процедурата и закона.

Участникът е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферираните медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя.

Оферираното медицинско изделие съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата, подробно описани по обособени позиции в Приложение №1 към настоящия протокол.

Оферираното медицинско изделие е включено в списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални

медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето(обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл.изм. и доп. бр. 62 от 14 август 2015г. към датата на отваряне на офертите.

На база гореизложеното комисията намира техническото предложение на участника за отговарящо в пълна степен на изискванията на възложителя, заложиени в техническата спецификация на документацията. С оглед на това, комисията единодушно реши, че допуска участника "МАКМЕД" ООД до следващ етап в процедурата – отваряне на ценовото предложение по обособената позиция.

Обособена позиция №8

Комисията установи, че участникът в процедурата е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- *Попълнен Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката.*
- *Приложение №1 към техническото предложение – на хартиен и електронен носител.*

след, което направи проверка на съдържанието на техническото предложение съобразно изискванията на процедурата и установи, че документите на участника отговарят на изискванията на процедурата и закона.

Участникът е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферираниите медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя.

Оферираното медицинско изделие съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата, подробно описани по обособени позиции в Приложение №1 към настоящия протокол.

Оферираното медицинско изделие е включено в списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето(обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл.изм. и доп. бр. 62 от 14 август 2015г. към датата на отваряне на офертите.

На база гореизложеното комисията намира техническото предложение на участника за отговарящо в пълна степен на изискванията на възложителя, заложиени в ~~техническата спецификация на документацията.~~ С оглед на това, комисията единодушно реши, че допуска участника "МАКМЕД" ООД до следващ етап в процедурата – отваряне на ценовото предложение по обособената позиция.

"ЕКОС МЕДИКА" ООД, гр.София

Обособена позиция №1

Комисията установи, че участникът в процедурата е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- *Попълнен Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката.*
- *Приложение №1 към техническото предложение – на хартиен и електронен носител.*

след, което направи проверка на съдържанието на техническото предложение съобразно изискванията на процедурата и установи, че документите на участника отговарят на изискванията на процедурата и закона.

Участникът е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферираниите медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя.

Оферираното медицинско изделие съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата, подробно описани по обособени позиции в Приложение №1 към настоящия протокол.

Оферираното медицинско изделие е включено в списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, съставен по реда

Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето(обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл.изм. и доп. бр. 62 от 14 август 2015г. към датата на отваряне на офертите.

На база гореизложеното комисията намира техническото предложение на участника за отговарящо в пълна степен на изискванията на възложителя, заложен в техническата спецификация на документацията. С оглед на това, комисията единодушно реши, че допуска участника "ЕКОС МЕДИКА" ООД до следващ етап в процедурата – отваряне на ценовото предложение по обособената позиция.

Обособена позиция №2

Комисията установи, че участникът в процедурата е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Попълнен Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката.

- Приложение №1 към техническото предложение – на хартиен и електронен носител.

след, което направи проверка на съдържанието на техническото предложение съобразно изискванията на процедурата и установи, че документите на участника отговарят на изискванията на процедурата и закона.

Участникът е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферирания медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя.

Оферираното медицинско изделие съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата, подробно описани по обособени позиции в Приложение №1 към настоящия протокол.

Оферираното медицинско изделие е включено в списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето(обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл.изм. и доп. бр. 62 от 14 август 2015г. към датата на отваряне на офертите.

~~На база гореизложеното комисията намира техническото предложение на участника за отговарящо в пълна степен на изискванията на възложителя, заложен в техническата спецификация на документацията. С оглед на това, комисията единодушно реши, че допуска участника "ЕКОС МЕДИКА" ООД до следващ етап в процедурата – отваряне на ценовото предложение по обособената позиция.~~

С това на 02.12.2016 г., назначената от възложителя комисия приключи своята работа по разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници в процедурата и състави Протокол №2.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията определи дата, час и място на отваряне на ценовите предложения - 08.12.2016г. от 14:00 часа, в залата на V етаж в лечебното заведение, за което предприе действия за уведомяване на участниците в процедурата.

КОМИСИЯ:

Председател:
/ д-р /

Членове:

1.
/ д-р Кямуран /

Замислено
на 4 от 3312

2.....
ИЛОВА/

3.....
ва /

4....
а /

5....

6.....

Заличено

т.л. 4 от 3374

Заличено
т.л. 4 от 3311

Заличено
т.л. 4 от 3312

Утвърждавам:
Доц. д-р Тодор Черкезов, дм – Изпълнителен
директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“
АД
гр.Кърджали

05.12.2016г.
.....



Приложение №1 към Протокол №2 от дейността на комисията назначена със Заповед №463 от 07.10.2016г. на Изпълнителния директор на лечебното заведение за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите офerti в откритата процедура с предмет: Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали" - съответствие на техническото предложение

Обособена позиция №	Наименование	Мярка	Количество за 12 месеца до	Търговско наименование	Каталожен №	Представена оторизация Да/Не	Завод производител	Държава производител	Код НЗОК	Име на фирмата участник	Съответствие на техническото предложение
4	Материал: CoCr. Дебелина на страта 0,065mm. Дължина на клетката - semi-open; MRI съвместимост - radiopaque; Съвместимост на катетъра: 5F; Дизайн: Rapirid exchange; Балон semi-compliant; Ползена дължина на водача: 141,5 mm; Водач: 0,014"; Външен диаметър на шайфта: Проксимален 2.1F Дистален 2.6 F Дължина при диаметър до 3.00 (mm): 8, 12, 16, 19, 24, 28, 34, 38; Дължина при диаметър над 3.00 (mm) - 10, 14, 18, 24, 28, 34, 38; Диаметър (mm): 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 4.00	бр.	50	ArthosPico - Cobalt-Chromium Coronary Stent Implantation System	dd ICS II P dd- диаметър на балона II - дължина на стента	Да	amg International GmbH	Германия	B04041012000001	"Нове Медикал Трейд" ООД	Да
5	DBM - медикамент - излъчващ балон с активно адхезивно вещество Rasbixel и ексипиент BTHC (n-butyl - три n-хексил шпрат). Съотношение Rasbixel към BTHC - 90/10. Отделяне на Rasbixel 2,5 рб/мм². РТСА Катетър Rapirid Exchange, водач 0,014". Хидрофилно покритие на частта RX. Честота на покритие на балона с медикамент: 99,0 %. Номинално налягане 6 bar - 16 bar. Радионизотопни и визуални маркери (Pt - Ir) Диаметър (mm): 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00; Дължина (mm): 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40;	бр.	50	DBM Pac Sol	dd DBM II dd- диаметър на балона II - дължина на балона	Да	amg International GmbH	Германия	B04043000000015	"Нове Медикал Трейд" ООД	Да
9	Коронарен стент от кобалт-хром с покритие от сиролиму/пробукол- отворена клетка, технология на покритието 50% сиролиму и 50% пробукол, без полимер, проксимален шайфт с тefлоново покритие 1,9 F, дистален шайфт полиамид 2,5 F, профил на входа на лезията 0,016", профил на преминаване: 2,00 mm - 4,00 mm / 0,031" - 0,037", номинално налягане 10 atm, максимално налягане - 18 atm., дебелина на страт при диаметри 2,0, 2,25 и 2,5 mm - 50 µm, при диаметри 2,75, 3,0, 3,5 и 4,0 mm - 60 µm, размери: диаметри 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 mm с дължини 8/9 mm, 13/14 mm, 16 mm, 19 mm, 24 mm, 27 mm, 32 mm	бр.	10	Coroflex ISAR	50287xx	Да	B. Brown	Германия	B04041020000015	Нове Медикал Трейд ООД	Да
10	Коронарен стент от кобалт-хром/нева сплав L605, дебелина на страта 60 µm, дизайн: Rapirid exchange, профил на входа на лезията 0,016", проксимален шайфт 1,9F, проминирание на балона по-малко от 0,5 mm от всяка страна, профил на преминаване: 2,75 mm - 4,00 mm / 0,033" - 0,035", съвместим на катетъра: 5 F, използваема дължина на катетъра: 145 cm, водач: 0,014", размери: диаметри 2,75 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm с дължина 8 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 24 mm, 27 mm и 32 mm	бр.	10	Coroflex Blue Neo	50290xx	Да	B. Brown	Германия	B04041012000009	Нове Медикал Трейд ООД	Да
11	Коронарен стент от кобалт-хром/нева сплав L605, дебелина на страта 50 µm, профил на входа на лезията 0,016", проксимален шайфт 1,9F, профил на преминаване: 2,00 mm - 2,5 mm / 0,031" - 0,033", съвместим на катетъра: 5 F, използваема дължина на катетъра: 145 cm, водач: 0,014"-размери: диаметри 2,0 mm, 2,25 mm, 2,5 mm с дължина 9 mm, 14 mm, 16 mm, 19 mm, 24 mm, 27 mm, 32 mm	бр.	10	Coroflex Blue Ultra	50288xx	Да	B. Brown	Германия	B04041012000010	Нове Медикал Трейд ООД	Да
12	Паклитаксел излъчващ РТСА балон катетър с матрично покритие от Rasbixel и Lortomide с проксимален шайфт - 1,9F, дистален шайфт - 2,5F, дължина - 145 cm, брахиален и феморален маркер - 100 cm и 110 cm, съвместим с водещ катетър 5F, съвместим с водач 0,014", профил на върха - 0,016", профил на преминаване: 0,031" - 0,033", номинално налягане: 6 atm., максимално налягане: 14 atm., размери: диаметри 2,0mm, 2,5mm, 2,75mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm с дължина 10 mm, 15mm, 20 / 17mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm	бр.	10	SeQuent Please Neo	50232xx	Да	B. Brown	Германия	B04043000000020	"Нове Медикал Трейд" ООД	Да
3	Материал: Carbon-Ion stainless steel, Дизайн: отворена клетка, Дебелина на страта 110 µm, Кросинг профил: <1,05 mm; Лекарство: Рапацилин, Еквивалентна лекарствена доза: 2,0 µg/mm; Полимер: биоразградим за период от шест седмици; Дебелина на покритието: приблизително 5 mm; Съотношение Метал/Артерия - 13%-15%; Номинално налягане: 6 atm; Максимално налягане: 14 - 16 atm (burst pressure); Външен диаметър на шайфта: Проксимален 2.1 F Дистален 2.6 F; Съвместимост на катетъра: 5F; Водач: 0,014"; Дължина (mm): 10, 14, 18, 24, 28, 34, 38; Диаметър (mm): 2.5, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00;		100	ITRIX Rapamycin излъчваща система за имплантиране на стент	dd ICS II MR dd- диаметър на балона II - дължина на стента	Да	amg International GmbH	Германия	B04041020000009	Нове Медикал Трейд ООД	Да
2	Материал - CoCr L605 от ново поколение, хомогенна геометрия тип "open cell", тънки стратове осигуряващи гъвкавост на стента, удобен за бифуркационни лезии, с ново поколение хидрофилно покритие M-coat II, номинално налягане: 9 atm., максимално налягане: 14 - 16 atm (burst pressure), crossing profile: 0,041"/1,04 mm /, полезна дължина на водача: 145 cm, и размери 9-12-15-18-24-28 диаметри 2,5-2,75-3,0-3,5-4,0	бр.	20							ЕКООС Медика	Да

1	Лекарство използва коронарен стент, дизайн "core cell" материал - CoCr L605, покрит абуминати полиимер-полилактична киселина (PCL), биоразградим до 3-4 месеца с лекарствен агент-Сиролимус, хемогелина геометрия тип "core cell", еквивалентна лекарствена доза: 3.9 µg/mm ² , 80µ дебелина на стратоветте, удебен за бифуркационни лезии, с хиперфино покритие и размери 9-12-15-18-24-28-30-33cm , диаметри 2,25-2,5-2,75-3,0-3,5-4,0	бр	20	ULTIMATE	DERD...	DA	TERUMO	Япония	B040410200	ЕКОС Медика	Да
6	Материал: CoCr L605. Дебелина на страта 65 µm (0.065mm или 0.0026"). Recoil: <3%. Средна загуба (mean foreshortening): 0.29%. Дизайн: Rapid exchange, хибриден - отворена и затворена клетка. Номинално налягане: 9 atm. Максимално налягане: 16 atm (burst pressure). Balloon overhang: <0.5 mm. Външен диаметър на шфта: Проксимален 1.9 F Дистален 2.7 F. Ро маркери: 2 - Платина / Иридий. Използваема дължина на катетъра: 5F. Водач: 0.014" или 0.36 mm. Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37 и 40. Диаметър (mm): 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5.	бр	150	Nextel- cobalt- хромова система за коронарен стент	NXGuuuuu- ууу- диаметър xx-дължина	Да	Лайф Сайънз Прайвиг Лтд.- Муктананд Марг, Чала, Вапи	Индия	B040410120 00026	"Макмед" ООД	Да
7	Коронарен медикамент използва стент. Материал: CoCr L605. Дебелина на страта 65 µm (0.065mm или 0.0026"). Recoil: 3%. Съсърване: 0.29%. Лекарство: Sirolimus. Еквивалентна лекарствена доза: 1.25 µg/mm ² . Полимер: биоразградим и биосъвместим. Дизайн: Rapid exchange, хибриден - отворена и затворена клетка. Номинално налягане: 9 atm. Максимално налягане: 16 atm (burst pressure). Balloon overhang: <0.5 mm. Външен диаметър на шфта: Проксимален 1.9F Дистален 2.7F. Ро маркери: 2 - Платина / Иридий. Използваема дължина на катетъра: 140 - 142 cm. Съвместимост на катетъра: 5F. Водач: 0.014" или 0.36 mm. Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44, 48. Диаметър (mm): 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5.	бр	600	Biomime - Sirolimus - използвана коронарна стенова система	ВЮууууууу у-диаметър xx-дължина	Да	Мерил Лайф Сайънз Прайвиг Лтд.- Муктананд Марг, Чала, Вапи	Индия	B040410200 00038	"Макмед" ООД	Да
8	Биг-улав пригит	бр	50	Racel	401770	Да	Ст. Джуд Меликъл	САЩ	C0909000000 00001	"Макмед" ООД	Да

Компания:

Пред

Член

1.....

3.....

5.....

Заместен
м.ч. 4 от 33 п.г

Заместен
м.ч. 4 от 33 п.г