

ПРОТОКОЛ №3

От дейността на комисията, назначена със Заповед №463 от 07.10.2016г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД – гр. Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали", откритата с Решение № 415 от 31.08.2016г. на Изпълнителния директор на лечебното заведение и публикувано обявление в РОП на АОП 747337 от 02.09.2016г.

Днес, 08.12.2016г., от 14.00 часа в залата на V етаж в лечебното заведение се проведе второ публично заседание на комисия, назначена със Заповед №463 от 07.10.2016г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД – гр. Кърджали, в състав:

Председател: д-р Огнян Георгиев – Заместник директор;

Членове:

1. д-р Кямуран Местан – лекар кардиология;
2. м.ф. Весела Момчилова – ръководител болнична аптека;
3. Даниела Шукадарова – технически организатор в инвазивна лаборатория;
4. Снежана Карагъзова – икономист ОП;
5. Златиана Кирилова – технически организатор;
6. Иван Робов - юрист;

за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата.

На това публично заседание от работата на комисията не присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

До отваряне на ценовите предложения са допуснати следните участници:

"НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД, София – по ОП №№3, 4, 5, 9, 10, 11 и 12;

"МАКМЕД" ООД, София – по ОП №№ 6, 7 и 8;

~~**"ЕКОС МЕДИКА" ООД, София – по ОП №№ 1 и 2**~~

I. Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис: "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя и обяви предложените от всеки участник цени на медицинските изделия по обособени позиции за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на ЗОП.

С това завърши публичното заседание на комисията по отваряне на ценовите предложения в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали".

Комисията продължи своята работа на закрито заседание.

II. Комисията извърши проверка на съдържанието на плик с надпис "Предлагани ценови параметри" на участниците за съответствие с изискванията на възложителя и установи следното:

"НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД, София

Пликът по Обособена позиция №3 съдържа следните документи:

- Потълен Образец № 9 – Ценово предложение.
- Приложение №2 към ценовото предложение – на хартиен и електронен носител.

като същите отговарят на изискванията на възложителя по съдържание и по форма.

"МАКМЕД" ООД, София

Пликът по Обособена позиция №6 съдържа следните документи:

- *Попълнен Образец № 9 – Ценово предложение.*
- *Приложение №2 към ценовото предложение – на хартиен и електронен носител.*

като същите отговарят на изискванията на възложителя по съдържание и по форма.

Комисията направи проверка за числови грешки и не установи такива. С оглед на гореизложеното комисията установи, че ценовото предложение на участника е съобразено с изискванията на възложителя и закона и следва да се приеме за валидно.

Пликът по Обособена позиция №7 съдържа следните документи:

- *Попълнен Образец № 9 – Ценово предложение.*
- *Приложение №2 към ценовото предложение – на хартиен и електронен носител.*

като същите отговарят на изискванията на възложителя по съдържание и по форма.

Комисията направи проверка за числови грешки и не установи такива. С оглед на гореизложеното комисията установи, че ценовото предложение на участника е съобразено с изискванията на възложителя и закона и следва да се приеме за валидно.

Пликът по Обособена позиция №8 съдържа следните документи:

- *Попълнен Образец № 9 – Ценово предложение.*
- *Приложение №2 към ценовото предложение – на хартиен и електронен носител.*

като същите отговарят на изискванията на възложителя по съдържание и по форма.

Комисията направи проверка за числови грешки и не установи такива. С оглед на гореизложеното комисията установи, че ценовото предложение на участника е съобразено с изискванията на възложителя и закона и следва да се приеме за валидно.

"ЕКОС МЕДИКА" ООД, София

Пликът по Обособена позиция №1 съдържа следните документи:

- *Попълнен Образец № 9 – Ценово предложение.*
- *Приложение №2 към ценовото предложение – на хартиен и електронен носител.*

като същите отговарят на изискванията на възложителя по съдържание и по форма.

Комисията направи проверка за числови грешки и не установи такива. С оглед на гореизложеното комисията установи, че ценовото предложение на участника е съобразено с изискванията на възложителя и закона и следва да се приеме за валидно.

Пликът по Обособена позиция №2 съдържа следните документи:

- *Попълнен Образец № 9 – Ценово предложение.*
- *Приложение №2 към ценовото предложение – на хартиен и електронен носител.*

като същите отговарят на изискванията на възложителя по съдържание и по форма.

Комисията направи проверка за числови грешки и не установи такива. С оглед на гореизложеното комисията установи, че ценовото предложение на участника е съобразено с изискванията на възложителя и закона и следва да се приеме за валидно.

III. Комисията, премина към анализ на наличието на предпоставките за прилагане на чл. 72, ал.1 от ЗОП.

Разпоредбата на чл. 72 от ЗОП е неприложима, тъй като подадените оферти за участие по отделните обособени позиции в процедурата са по една. Това обстоятелство е подробно описано в Приложение №1 към настоящия протокол.

IV. Комисията премина към класиране на участниците по критерий „Най-ниска цена”, както следва:

Обособена позиция №1

1-во място - 100 точки - участник "ЕКОС МЕДИКА" ООД – стент ULTIMASTER, с
единична цена – 920,00 лева;
Обособена позиция №2
1-во място - 100 точки - участник "ЕКОС МЕДИКА" ООД - стент KANAME, с
единична цена – 480,00 лева;
Обособена позиция №3
1-во място - 100 точки - участник "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД - стент ITRIX
Raratusin, с единична цена – 920,00 лева;
Обособена позиция №4
1-во място - 100 точки – участник "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД - стент Arthos
Pico, с единична цена – 420,00 лева;
Обособена позиция №5
1-во място - 100 точки – участник "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД – стент DBM Pac
Sol, с единична цена – 1080,00 лева;
Обособена позиция №6
1-во място - 100 точки – участник "МАКМЕД" ООД – стент Nexgen, с единична цена -
480,00 лева;
Обособена позиция №7
1-во място - 100 точки – участник "МАКМЕД" ООД – стент Biomime -Sirolimus, с
единична цена - 920,00 лева;
Обособена позиция №8
1-во място - 100 точки – участник "МАКМЕД" ООД – биполярен пейсинг катетър
Pacel, с единична цена - 148,00 лева;
Обособена позиция №9
1-во място - 100 точки – участник "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД – стент Coroflex
ISAR, с единична цена – 920,00 лева;
Обособена позиция №10
1-во място - 100 точки – участник "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД – стент Coroflex
Blue Neo, с единична цена – 480,00 лева;
Обособена позиция №11
1-во място - 100 точки – участник "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД – стент Coroflex
Blue Ultra, с единична цена – 480,00 лева;
Обособена позиция №12
1-во място - 100 точки – участник "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД – стент SeQuent
Please Neo, с единична цена – 1080,00 лева;

Комисията приключи своята работа на 08.12.2016г. по разглеждане, оценка и класиране
на офертите постъпили в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ
"Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали", като предава на възложителя протоколите,
постъпили оферти и цялата документация на 09.12.2016 г.

КОМИСИЯ

Председател

Членове:

1.....
/ д-р К.

.....
ЗВ /

Заместено
от
ЗЗМД

2.....
/ м.ф.

3.....
/ Даниел

4.....
/ Снежана

5.....
/ Златиан

6.....
/ Иван Рубов /

Замитено
21.4 от 3374

Замитено
21.4 от 3312

Замитено
21.4 от 3312

Утвърждавам:

Доц. д-р Тодор Черкезов, дм – Изпълнителен
директор на МБАЛ „Д-р Атанас Лафовски“ АД
гр.Кърджали

12.12.2016г.



Обособена позиция №	Наименование	Марка	Количество за 12 месеца до	Цена с ДДС за единица марка	Вид опаковка	Цена на опаковка	Обща стойност	Търговско наименование	Държава производител	Име на фирмата участник	неприложимо изискването на чл.72, ал.1 от ЗОП
2	Материал - CoCr L605 от ново поколение, хомогенна геометрия тип "open cell", тънки стратове осигуряващи гъвкавост на стента, удобен за бифуркационни лезии, с ново поколение хидрофилно покритие M-coat II, номинално налягане: 9 atm., максимално налягане: 14-16 atm (burst pressure), crossing profile: 0,041"/ 1,04 mm /, полезна дължина на водача: 145 cm. и размери 9-12-15-18-24-28 диаметри 2,5-2,75-3,0-3,5-4,0	бр.	20	480,00 лв. 1 бр/ оп	1 бр. В опаковка	480,00 лв.	9 600,00 лв.	KANAME	Япония	ЕКОС Медика ООД	неприложимо изискването на чл.72, ал.1 от ЗОП
1	Лекарство излъчващ коронарен стент, дизайн "open cell", материал - CoCr L605, покрит аблуминално с градиентен резорбируем кополимер-полилактична киселина /PDLLA /PCL/, биоразградим до 3-4 месеца с лекарствен агент-Сирилимус, хомогенна геометрия тип "open cell", еквивалентна лекарствена доза: 3,9 µg/mm2, 80µ дебелина на стратовете, удобен за бифуркационни лезии, с хидрофилно покритие и размери 9-12-15-18-24-28-30-33cm, диаметри 2,25-2,5-2,75-3,0-3,5-4,0	бр.	20	920,00 лв. 1 бр/ оп	1 бр. В опаковка	920,00 лв.	18 400,00 лв.	ULTMASTER	Япония	ЕКОС Медика ООД	неприложимо изискването на чл.72, ал.1 от ЗОП
6	Материал: CoCr L605. Дебелина на страта 65 µm (0,065mm или 0.0026"), Recoil: <3%, Средна загуба (mean foreshortening): 0.29%. Дизайн: Rapid exchange, хибриден – отворена и затворена клетка. Номинално налягане: 9 atm. Максимално налягане: 16 atm (burst pressure). Balloon overhang: <0,5 mm. Външен диаметър на шифта: Проценмален 1,9 F. Дистален 2,7 F. Ro marker: 2 – Платина /Иридий. Използваема дължина на катетъра: 140 cm. Съвместимост на катетъра: 5F. Водач: 0.014" или 0.36 mm. Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37 и 40. Диаметър (mm): 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5.	бр.	150	480,00 лева	1 бр. В опаковка	480,00 лева	72 000,00 лева	Nexgen- кобарт-хромова система за коронарен стент	Индия	"Макмед" ООД	неприложимо изискването на чл.72, ал.1 от ЗОП
8	Биполярен пейсинг катетър без балон за десно сърце кривка и за пейсиране в камерата. Създаден да осигури надеждно пейсиране и улавяне на сигнали в камерата чрез достъп през горна празна вена. Прецизен контрол без прекомерна твърдост. Оптимален контрол при въртене. Дълбочина 10 cm. На маркерите за подсилване при поставянето, дължина – 110 cm, размер –5F, електродно разстояние – 1 cm.	бр.	50	148,00 лева	1 бр. В опаковка	148,00 лева	7 400,00 лева	Pacel	САЩ	"Макмед" ООД	неприложимо изискването на чл.72, ал.1 от ЗОП
7	Коронарен медикамент излъчващ стент. Материал: CoCr L605. Дебелина на страта 65 µm (0,065mm или 0.0026"). Recoil: 3%. Съквяване: 0.29%. Лекарство: Sirolimus. Еквивалентна лекарствена доза: 1.25 µg/mm2 Полимер: биоразградим и биосъвместим. Дизайн: Rapid exchange, хибриден – отворена и затворена клетка. Номинално налягане: 9 atm. Максимално налягане: 16 atm (burst pressure). Balloon overhang: < 0,5 mm; Външен диаметър на шифта: Проценмален 1,9F Дистален 2,7F; Ro marker: 2 – Платина /Иридий. Използваема дължина на катетъра: 140 - 142 cm. Съвместимост на катетъра: 5F. Водач: 0.014" или 0.36 mm. Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44, 48. Диаметър (mm): 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5.	бр.	600	920,00 лева	1 бр. В опаковка	920,00 лева	552 000,00 лева	Biomime - Sirolimus - излъчваща коронарна стентова система	Индия	"Макмед" ООД	неприложимо изискването на чл.72, ал.1 от ЗОП
12	Пакетик излъчващ PTCA балон катетър с матрично покритие от Rapitaxel и Loporamide с проксимален шифт – 1,9F, дистален шифт – 2,5F, дължина – 145 cm, брахиален и феморален маркер – 100 cm и 110 cm, съвместим с водещ катетър 5F, съвместим с водач 0,014", профил на върха – 0,016", профил на преминаване: 0,031"- 0,033", номинално налягане: 6 atm., максимално налягане: 14 atm., размери: диаметри 2,0mm, 2,5mm, 2,75mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm с дължина 10 mm, 15mm, 20 / 17mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm	бр.	10	1 080,00 лв.	1 брой в опаковка	1 080,00 лв.	10 800,00 лв.	SeQuent Please Neo	Германия	"Нове Медикал Трейд" ООД	неприложимо изискването на чл.72, ал.1 от ЗОП

11	Коронарен стент от кобалт-хромсва сплав L605, дебелина на естрата 50 µm; профил на входа на лезията 0.016"; проксимален шифт 1.9F, профил на преминване: 2.00 мм - 2.5 мм / 0.031" / 0.033"; съвместим на катетъра: 5 F; използваема дължина на катетъра: 145 см., водач: 0.014"; размери: диаметри 2.0 мм, 2.25 мм, 2.5 мм с дължина 9 мм, 14 мм, 16 мм, 19 мм, 24 мм, 27 мм, 32 мм.	бр.	10	480,00 лв.	1 брой в опаковка	480,00 лв.	4 800,00 лв.	Coroflex Blue Ultra	Германия	"Нове Медикал Трейд" ООД	неприложно мо изискванет о на чл.72, ал.1 от ЗОП
10	Коронарен стент от кобалт-хромсва сплав L605, дебелина на естрата 60 µm; дизайн: Rapid exchange, профил на входа на лезията 0.016"; проксимален шифт 1.9F, проминирание на балона по-малко от 0.5 мм от всяка страна; профил на преминване: 2.75 мм - 4.00 мм / 0.033" / 0.035"; съвместим на катетъра: 5 F; използваема дължина на катетъра: 145 см., водач: 0.014"; размери : диаметри 2.75 мм, 3.0 мм, 3.5 мм, 4.0 мм с дължина 8 мм, 13 мм, 16 мм, 19 мм, 24 мм, 27 мм и 32 мм	бр.	10	480,00 лв.	1 брой в опаковка	480,00 лв.	4 800,00 лв.	Coroflex Blue Neo	Германия	"Нове Медикал Трейд" ООД	неприложно мо изискванет о на чл.72, ал.1 от ЗОП
9	Коронарен стент от кобалт-хром с покритие от сиролимуе/пробукол- отворена клетка, технология на покритието 50% сиролимуе и 50 % пробукол, без полимер, проксимален шифт с тефлоново покритие 1.9 F диетален шифт полиамид 2.5 F, профил на входа на лезията 0.015"; профил на преминване: 2.00 мм - 4.00 мм / 0.031" - 0.037", номинално налягане 10 atm, максимално налягане - 18 atm., дебелина на естрат при диаметри 2.0, 2.25 и 2.5 мм -50 µm, при диаметри 2.75, 3.0, 3.5 и 4.0mm - 60 µm, размери: диаметри 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 мм с дължини 8/9 мм, 13/14 мм, 16 мм, 19 мм, 24 мм, 27 мм, 32 мм	бр.	10	920,00 лв.	1 брой в опаковка	920,00 лв.	9 200,00 лв.	Coroflex ISAR	Германия	"Нове Медикал Трейд" ООД	неприложно мо изискванет о на чл.72, ал.1 от ЗОП
5	DBM - медикамент - излъчващ балон с активно адхезивно вещество Rapitaxel и експлицит ВТНС (n - бутил - три n - хексил цитрат). Съотношение Rapitaxel към ВТНС - 90/10. Отделяне на Rapitaxel 2.5 pg/mm². РТСА Катетър Rapid Exchange, водач 0.014". Хидрофилно покритие на частта RX. Честота на покритие на балона с медикамент: 99,0 %. Номинално налягане 6 bar - 16 bar. Радиозотопни и визуални маркери (Pt - Ir). Диаметър (mm): 1.50; 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 4.00; Дължина (mm): 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40;	бр.	50	1 080,00 лв.	1 брой в опаковка	1 080,00 лв.	54 000,00 лв.	DBM Pac Sol	Германия	"Нове Медикал Трейд" ООД	неприложно мо изискванет о на чл.72, ал.1 от ЗОП
4	Материал: CoCr. Дебелина на естрата 0,065mm. Дизайн на клетката - semi-open, MRI съвместимост - paramagnetic; Съвместимост на катетъра: 5F; Дизайн: Rapid exchange;Балон:semi-compliant; Ползена дължина на водача:1415 мм;Водач: 0.014";Външен диаметър на шифта: Проксимален 2.1F Диетален 2.6 F;Дължина при диаметър до 3.00 (mm):8,12,16,19,24,28,34,38;Дължина при диаметър над 3.00 (mm) - 10,14,18,24,28,34,38; Диаметър (mm): 2.00;2.25;2.50;2.75;3.00;3.50;4.00	бр.	50	420,00 лв.	1 брой в опаковка	420,00 лв.	21 000 лв.	Arthos Pico система за имплантиране на стент	Германия	"Нове Медикал Трейд" ООД	неприложно мо изискванет о на чл.72, ал.1 от ЗОП
3	Материал: Carbon-Ion stainless steel, Дизайн:отворена клетка; Дебелина на естрата 110 µm; Кросинг профил: <1.05 mm; Лекарство: Рапаминин; Еквивалентна лекарствена доза: 2,0 µg/mm; Полимер: биоразградим за период от шест седмици; Дебелина на покритието:приблизително 5 µm; Съотношение Метал/Атерия - 13%-15%; Номинално налягане: 6 atm. Максимално налягане: 14-16 atm (burst pressure); Външен диаметър на шифта: Проксимален 2.1 F Диетален 2.6 F; Съвместимост на катетъра: 5F; Водач: 0.014"; Дължина (mm):10, 14, 18, 24, 28, 34, 38. Диаметър (mm): 2.5, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00;	бр.	100	920,00 лв.	1 брой в опаковка	920,00 лв.	92 000 лв.	ITRIX Rapamycin излъчваща система за имплантиране на стент	Германия	"Нове Медикал Трейд" ООД	неприложно мо изискванет о на чл.72, ал.1 от ЗОП

Комисия:

Председател:...

Членове:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Замечено

м. 4 от 33 п.

Замечено
м. 4 от 33 п.