



**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р АТАНАС ДАФОВСКИ" АД гр.КЪРДЖАЛИ**

www.hospital-ki.com 6600 Кърджали, Бул."Беломорски" № 53, п.п. 71, тел./факс: 0361/6-82-95; Изп.директор: 6-83-83, hospital_ki@abv.bg

РЕШЕНИЕ

№ 349 / 12.06 2019 година, гр.Кърджали

След като се запознах с цялата документация (документация за участие, обявление, оферти и други книжа) по провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали", с уникален 00848-2019-0003, открита с Решение №217 от 29.03.2019г. на Изпълнителния директор, публикувано обявление в РОП №904874 на 01.04.2019г. и с работата на комисията по чл.103 от ЗОП, въз основа на предоставените ми Протокол №1 от 16.05.2019г., Протокол №2 от 27.05.2019г., Протокол №3 от 07.06.2019г. и Доклад от 07.06.2019г., с резултатите от работата на комисията, от които е видно, че е спазен реда на Глава пета, раздел VIII от ППЗОП, че публичните заседания на комисията са проведени съгласно изискванията на ЗОП и утвърдената документация за участие, че класирането е направено съобразно обявените критерии за възлагане, както и че липсват нарушения и са изпълнени императивните разпоредби на ЗОП във връзка с провеждането на процедурата до настоящия етап, поради което на основание чл.108, т.1 от ЗОП,

РЕШИХ:

I. Относно предприети мерки за доказване на надежност и представени доказателства.

В представеният еЕЕДОП, в част III „Основания за изключване“, буква В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение“, точка „Нарушение на задължения в областта на трудовото право“ участникът "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД е отбелязъл „Да“, като е посочил нарушения по чл. 128, т. 2 от КТ: НП 03-010390 / 28.11.2018, НП 03-010391 / 28.11.2018, НП 03-010392 / 28.11.2018. и на основание чл.56, ал.1 от ЗОП е представил доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надежност. Представени са заверени копия на наказателните постановления, заверени копия на платежните нареждания за изплатено трудово възнаграждение на С.Г.К за месеците юли 2018г., август 2018г. и септември 2018г. и заверено копие на платежно нареждане за изплатените санкции по наказателните постановления с дължимите лихви.

След като се запознах с констатациите на комисията, че представените от участника доказателства са напълно достатъчни за да се гарантира неговата надежност, поради което на основание чл.56, ал.3 от ЗОП участникът "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД не се отстранява от процедурата.

II. ОБЯВЯВАМ отстранените от участие в процедурата участници:

На основание чл.107, т.2, буква а) от ЗОП

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД

ОП №1 Апаратура и оборудване за интензивно наблюдение в детско отделение



Мотиви:

По номенклатура 1.2. 12-канален електрокардиограф с интерпретация:

- за изискването - пълна буквено-цифрова клавиатура - на стр. 44 от представената оферта за оферирания апарат CM 1200B е посочено, че няма;
- за изискванията - апаратът да има режим на измерване и изобразяване на контактния потенциал в mV между пациента и електрокардиографа и едновременно (симултанно) или последователно (секвенциално) разпечатване на ЕКГ сигнали, по желание на потребителя не са открити доказателства в представената документация и на официалния сайт на производителя.

По номенклатура 1.3. Инфузионна помпа за спринцовки

- за изискването - Не по-малко от 8 часа работа на акумулатори, при скорост на вливане 5 ml/h – в брошурата от официалния сайт на производителя за оферирания инфузионна помпа AJ 5803 Syringe Pump е посочено, че помпата работи само 3 часа при изискваната по-горе скорост на вливане.

ОП №3 Пациентен монитор

Мотиви:

- за изискването в т.6 - Диапазон на сърдечната честота: от 15 до 350 удара в минута – в представената техническа спецификация за оферираният пациентен монитор PM-700D с производител Wuhan Zoncure Bio-medikal Electronics Co, Китай на стр.161 от офертата е посочен диапазон на сърдечна честота от 20 до 350 удара в минута.

III. ОБЯВЯВАМ класирането по обособени позиции в проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали", както следва:

за ОП №1 Апаратура и оборудване за интензивно наблюдение в детско отделение участникът **"МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД** се класира на 1-во място;

за ОП №2 Портативен ехограф участникът **"Илан Медицинска Апаратура" ООД** се класира на 1-во място;

за ОП №3 Пациентен монитор участникът **"Илан Медицинска Апаратура" ООД** се класира на 1-во място;

за ОП №4 Едноканална спринцовкова инфузионна помпа:

- участникът **"МУЛТИМЕД-5" ООД** се класира на 1-во място;
- участникът **"Илан Медицинска Апаратура" ООД** се класира на 2-ро място;
- участникът **"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД** се класира на 3-то място;
- участникът **"ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД** се класира на 4-то място;

IV. ОПРЕДЕЛЯМ на основание чл.109 от ЗОП за изпълнител на обществената поръчка класираните на първо място участници по обособени позиции, както следва:

за ОП №1 Апаратура и оборудване за интензивно наблюдение в детско отделение участникът **"МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД**;

за ОП №2 Портативен ехограф участникът "Илан Медицинска Апаратура" ООД;

за ОП №3 Пациентен монитор участникът "Илан Медицинска Апаратура" ООД;

за ОП №4 Едноканална спринцовкова инфузионна помпа участникът "МУЛТИМЕД-5" ООД;

V. НАРЕЖДАМ копие от настоящото решение да се изпрати в законоустановения срок на участниците, в деня на публикуването му в профила на купувача.

VI. На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, посочвам връзката към електронната преписка на поръчката в профила на купувача, както следва: <http://www.zop.hospital-kj.com/auction/89/>.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневен срок от получаването/връчването му.

ПРОФ. Д-Р ТО
Изпълнителен д

ЗАЛИЧЕНО ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД

