



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
“Д-р АТАНАС ДАФОВСКИ” АД гр.КЪРДЖАЛИ

www.hospital-kj.com 6600 Кърджали, бул.“Беломорски” № 53, п.к.71, тел./факс:0361/6-82-95; Изп.директор: 6-83-83, hospital_kj@abv.bg

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - Д-р Ат. ДАФОВСКИ” АД
Изм.№ 2860
02.10. 2014 г.
КЪРДЖАЛИ

До заинтересованите лица във връзка с обявена
обществена поръчка с предмет:

**„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи,
рентгенови филми и разтвори за хемодиализа по обособени
позиции за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД
гр.Кърджали**

Относно: Допълнителни пояснения във връзка с постъпило писмено запитване за
разяснения.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали, писмо с
Вх.№2844 от 30.09.2014г. за разяснения по документацията за участие в обществена
поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи, рентгенови филми
и разтвори за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас
Дафовски” АД гр. Кърджали, на основание чл.29, ал.1 и ал.3 от Закона за обществените
поръчки, Ви изпращаме разяснения по поставените въпроси.

Въпрос 1 : *„Бихме желали да получим разяснения относно модела на анализатора –
Обособена позиция №6 „Реактиви за йонселективен анализатор AVL 988-3 Na,K,Ca –
затворена система”, тъй като в спецификацията под номенклатурен номер 6004 е
посочен реагентен пакет „Snappack”, който се използва за работа при йонселективни
анализатори от серията AVL 91XX, а за работа с йонселективен анализатор AVL 988-3
Na,K,Ca се използват три отделни реактива /стандарти/, които липсват в
спецификацията.*

Отговор 1 : При изготвянето на техническата спецификация е допусната техническа
грешка при описване на модела на анализатора. Да се чете: Обособена позиция №6
„Реактиви за Електролитен анализатор AVL 9180 Roche – затворена система”

Разяснението да се изпрати до лицето, което е отправило запитването и да се
публикува в профила на купувача <http://www.hospital-kj.com/> към съответната процедура.



Д-Р ТОДОР ЧЕРКЕЗОВ, ДМ

Изпълнителен директор



Intertek

Multi-Profile Hospital for Active Treatment
“Dr. Atanas Dabovskii” AD
53 Belomorski Blvd, Kardzhali, BULGARIA