

ПРОТОКОЛ №2

От дейността на комисията, назначена със Заповед №426 от 24.09.2015г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура и оборудване за отделение по хемодиализа в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали", открита с Решение №385 от 26.08.2015г. на Изпълнителния директор на лечебното заведение.

Днес, 30.09.2015г., от 12.00 часа в залата на V етаж в лечебното заведение се проведе първо открито заседание на комисия, назначена със Заповед №426 от 24.09.2015г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, в състав:

Председател: д-р Мария Димитрова – началник отделение диализа;

и членове:

1. Валентин Тодоров – техник ел.машини и съоръжения отделение диализа;
2. Борис Лозанов – юрист, експерт по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП, с ВЕ №627/18.11.2014г.;
3. Снежана Карагъзова – икономист ОП;
4. Иван Робов – юрист;

На заседанието присъстваха всички членове на Комисията.

В резултат на изложеното в Протокол №1 от 28.09.2015 г., комисията допуска до следващ етап в процедурата – разглеждане на документите в Плик № 2 на участника в процедурата "АМС" ООД, гр.София.

I. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в ПЛИК № 2 на участника "АМС" ООД, гр.София.

На първо място комисията направи преглед на документите относно тяхната наличност. Комисията установи, че участникът в процедурата е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец №7;
- Приложение №2 към техническото предложение на хартиен и електронен носител;
- Декларация за нанесена "СЕ" маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ;
- Заверено копие с превод на български език на Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя – "Фрезениус Медикъл Кеър" Германия за хемодиализен апарат модел 4008S Classix и водоочистваща система модел Aqua V plus 1000;

- Заверено копие на Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя "Гевел – М" ЕООД, гр.Пловдив за болнични легла модел GML-101;
- Сертификат за съответствие с изискванията на ISO 13485:2003 или еквивалентен за производителя на предлаганата апаратура от – "Фрезениус Медикъл Кеър" Германия и "Гевел – М" ЕООД, гр.Пловдив;
- Към техническото си предложение участникът е приложил документи, доказващи съответствието на оферирания апаратура и оборудване с техническите спецификации на възложителя – инсталационна диаграма, брашури, ръководства за употреба, сервизно ръководство и др.;
- Представени са декларации от производителите на предлаганата апаратура и оборудване за гаранционния срок, с която потвърждават, че гаранционния срок е както следва:
 - *Водоочистваща система – 24/двадесет и четири/ месеца;*
 - *Хемодиализни апарати – 24 /двадесет и четири месеца/;*
 - *Болнични легла – 24 /двадесет и четири месеца/.*
- Декларация, че доставяната апаратура и оборудване ще бъдат нови, неупотребявани, непреработени и произведени след 01.01.2014 г. както и, че оферираният е в актуалната производствена листа на производителя;
- Декларация, че доставената апаратура и оборудване включват всички кабели и принадлежности, необходими за правилната им работа;
- Декларация, че в случай, че участникът приема следните условия за изпълнение на гаранционното обслужване: време за реакция след уведомяване за възникнала повреда/дефект – не повече от 24 часа; време за отстраняване на възникнала повреда/дефект – не повече от 36 часа; при наличие на повреда/дефект, която изисква повече от 36 часа и/или повредата не може да се отстрани на място, изпълнителят транспортира повредените/дефектирани стоки до съответния сервиз/производствена база за своя сметка. След извършване на ремонта апаратурата и оборудването се връщат при възложителя за сметка на изпълнителя;
- Декларация, че гаранционната поддръжка на апаратурата включва диагностика и отстраняване на проблеми, вкл. извършване на ремонти, сигнализирани от възложителя.

На второ място комисията направи проверка на съдържанието на представените в плик № 2 документи съобразно изискванията на процедурата. Комисията установи, че документите в Плик № 2 на участника отговарят на изискванията на процедурата и закона.

На база гореизложеното могат да се направят следните изводи. Комисията разгледа направеното предложение от участника и намира същото за отговарящо в пълна степен на изискванията на Възложителя, заложи в техническата спецификация на документацията. С оглед на това, Комисията взе единодушно следното решение:

Допуска участника "АМС" ООД, гр.София до следващ етап в процедурата – оценка на техническото предложение.

II. Оценката на техническото предложение на допуснатият участник се извърши съгласно методиката за оценка описана в документацията за участие в процедурата, а именно по показателя "Преимущества на офертата" ($K2$) = $K2.1. + K2.2. + K2.3. + K2.4. + K2.5. + K2.6. + K2.7. + K2.8. + K2.9. + K2.10.$

K2.1. – Електронният блок за управление към модула обратна осмоза с възможност за мрежово свързване чрез FTP (File Transfer Protocol) връзка. Чрез тази връзка да се осъществява достъп до SD (Secure Digital) картата. Чрез последната да се извършва софтуерно обновяване или евентуална промяна на оперативните данни и настройки на системата – 4 точки;

K2.2. – Възможност за дистанционно наблюдение от диализната зала, през компютърна мрежа и отдалечен достъп през интернет, чрез вграден в системата web сървър – 4 точки;

K2.3. – Електронният блок за управление към модула обратна осмоза с възможност за директна връзка между осмоза и компютър чрез crossover (обърнат) кабел или през компютърна мрежа - 4 точки;

K2.4. – Система за обратна осмоза, оборудвана със система за пестене на вода, която да бъде "динамична". Същата да разполага с буферен съд за смесване на пермеат и омекотена вода, който да е с вместимост 20 литра - 4 точки;

K2.5. - Системата за обратна осмоза да притежава външен модул за следене на производителността (l/h), налягането на пермеатен ринг (+ регулатор) и порт за вземане на проба - 4 точки;

K2.6. Наличие на автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и възможност за преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия - 4 точки;

K2.7. Наличие на апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра - 4 точки;

K2.8. Да притежава вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V и да бъде оборудван с топлообменник - 4 точки;

K2.9. Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата - 4 точки;

К2.10. Да има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура - 4 точки.

Общата оценка по показателя (К2) "Преимущества на офертата" е 40 точки.

III. След извършване на оценяването, комисията взе решение, следващото открито заседание на комисията, на което да бъдат оповестени резултатите от работата на комисията и отворена ценовата оферта на допуснатият до класиране участник да се състои на 07.10.2015г. от 10:00ч. в залата, на V етаж в сградата на лечебното заведение.

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, информацията за часа, датата и мястото на отваряне на ценовите оферти да се обяви на сайта на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр. Кърджали.

КОГ

Пре

Замечено

Чле

чл. 4 от ЗЗПД

1....

/ Валентин Голанов /

2....

Замечено

1

чл. 4 от ЗЗПД

3....

/ Снежана Кабагъзова /

Замечено

чл. 4 от ЗЗПД

Извършил проверка за съответствие с изискванията на ЗОП и предварително обявените условия на обществената поръчка.

Замечено

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 4 от ЗЗПД

Д-р Тодор Черкезов, дм – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали

30.09.2015г.

гр.Кърджали

