

Приложение №1 към Протокол №2 от дейността на комисията назначена със Заповед №347 от 04.08.2015г. на Изпълнителния директор за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите офerti в открита процедура с предмет: "Доставка на медицински изделия - общоболничен консуматив за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали, за тестване на представените мостри, сравняване на представените каталози и технически спецификации за оценяване на качеството на предлаганите медицински изделия.

Обособе на позиция №	Номенклатура	Наименование	Име на фирмата участник	Становище	ПКУ - показател качество на участника
100	I. Обособена позиция: Хирургичен шевен материал (ЛИГАТУРИ)	Ливеда Мед 2000	"Бикомед" ООД	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
200	II. Обособена позиция: Хирургичен атравматичен шевен материал с игла за очни операции	"Бикомед" ООД	"Бикомед" ООД	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
300	III. Обособена позиция: Хирургичен Поливинилиденфлуорид, монофилен, син, нерезорбируем, атравматичен шевен материал	"Бикомед" ООД	"Бикомед" ООД	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
400	IV. Обособена позиция: Хирургичен атравматичен шевен материал с игла за УНГ операции	"Бикомед" ООД	"Бикомед" ООД	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
500	V. Обособена позиция: Хирургически игли за шев от висококачествена стомана (с федериратско ухо)	"Бикомед" ООД	"Бикомед" ООД	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
600	VI. Обособена позиция: Детски млека				
60001	За недоносени деца или новородени с ниско телгполад 1800гр.	РСР ЕООД	РСР ЕООД	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
60002	За недоносени деца или новородени с ниско телглю	СБМ Интернешънъл ЕООД	СБМ Интернешънъл ЕООД	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
60003	За деца от 0 до 6 месеца	РСР ЕООД	РСР ЕООД	при тестването на мострите се установи, че млякото се разтваря трудно и не се поема добре от бебетата	3
60004	За деца с хибитуално повръщане	СБМ Интернешънъл ЕООД	СБМ Интернешънъл ЕООД	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		РСР ЕООД	РСР ЕООД	при тестването на мострите се установи, че поради специфичен мирис по-голяма част от децата не го приемат	3
		РСР ЕООД	РСР ЕООД	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6

60005	За деца с алергии	СБМ Интернешънъл ЕООД	при тестването на мострите се установи, че поради специфичен мирис по-голяма част от децата не го приемат	3
60006	За деца със запек и колики	РСР ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
60007	Лечебно-профилактично-диетично млеко при остри диарии и непоносимост към лактоза	СБМ Интернешънъл ЕООД	при тестването на мострите се установи, че поради специфичен мирис по-голяма част от децата не го приемат	3
600	<i>VII. Обособена позиция: Дренаж гофриран (силиконов)</i>			
70001	№23/3		няма постъпили предложения	
70002	№23/5		няма постъпили предложения	
70003	№23/12		няма постъпили предложения	
70004	№23/25		няма постъпили предложения	
70005	№250/25	МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
70006	№400/25	МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
800	<i>VIII. Обособена позиция: Интубационни тръби и водачи за тях</i>			
800		"Истлинк България" ЕООД	при тестването на мострите се установи, че интубационните тръби са много твърди и трудни за работа	1
900		Агарта	при тестването на мострите се установи, че интубационните тръби са много твърди и трудни за работа	1
900		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
900		Агарта	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
900	<i>IX. Обособена позиция: Конци хирургични антимикробни</i>	Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
100		Агарта	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
100		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
100	<i>X. Обособена позиция: Спринцовки еднократни (двукомпонентни)</i>	"Истлинк България" ЕООД	при тестването на мострите се установи не достатъчен вакуум и изтичане на разтвор	1
		"Истлинк България" ЕООД	при тестването на мострите се установи недостатъчен вакуум, буталото не се придвижва плавно и разтвор се прилага на тласъци, не добро съчленяване с иглите	1
		Агарта	при тестването на мострите се установи добър вакуум и добро съчленяване с иглите	3

110	110	ХІ. Обособена позиция: Игли еднократни и спринцовки еднократни (трикомпонентни)	МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество при тестването на мострите се установи недостатъчен вакум, буталото не се придвижва плавно и разтвор се прилага на тласъци, не добро съчленяване с иглите	6
120	120	ХІІ. Обособена позиция: Ултразвуков гел	Медитрейд ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
130	130	ХІІІ. Обособена позиция: Еднократни мед. изделия за факоемулсификатор	МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
140	140	ХІV. Обособена позиция: Балони за обдишване	Елпак Лизинг ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
150	150	ХV. Обособена позиция: Кислородни маски	МТИ ООД	при тестването на мострите се установи, че са много твърди, това затруднява обгрижването на болния	1
160	160	ХVІ. Обособена позиция: Шлангове и утайтели за анестезиологични апарати	Агарга	при тестването на мострите се установи, че са много твърди, това затруднява обгрижването на болния	1
170	170	ХVІІ. Обособена позиция: Аспирационен набор с канюла	Дъчмед Интернешънъл ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			Елпак Лизинг ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			Медитрейд ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			РСР ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			Елпак Лизинг ЕООД	отстранен, конекторите нямат сензор за температура и въглероден двуокис	0
			МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			Елпак Лизинг ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6

180	180	XVIII. Обособена позиция: Консумативи за ЕКГ апарати	Медитрейд ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			Б.Браун Медикал ЕООД	отстранен	
190	190	XIX. Обособена позиция: Дозиращи устройства за дезинфекционни разтвори	МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
200	200	XX. Обособена позиция: Филтри за водопречиствателна система на Кълиган (модел MNFR-4)	Дъчмед Интернешанъл	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
210		XXI. Обособена позиция: Консумативи за апарат "Ну-Lite"	"Мерк България" ЕАД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
	22001	Антибактериален овлажняващ филтър за дихателни и анестезиологични апарати	Дъчмед Интернешанъл	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
	22002	Апарат за изм. на кръвно налягане (с поне 1год.гаранция)	МТИ ООД	при тестването на мострата се установи, че маншета е по-къс, трудно залепва и въздуха не се изпуска равномерно, което затруднява отчитането на стойностите на RR	1
	25103		Елпак Лизинг ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
				при тестването на мострата се установи, че маншета е по-къс и по-трудно се фиксира върху крайника на пациента	3
	22004	Анестезиологична маска (силиконова) № 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6	МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
	22004	Анус претер - колостомни торбички	Дъчмед Интернешанъл	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
	22005	Валва контролна "INVENTROL"	Ливеда Мед 2000	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			РСР ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
				няма постъпили предложения	
			"Истлинк България" ЕООД	при тестването на мострата се установи, че е дрянът е много твърд, трудно се фиксира	1
			Агарта	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
	22006	Дренаж „РЕДОН" 10;12;14;16;18	РСР ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
	22007	Дренаж / торакален/ №12;16;18;20;22;24	Агарта	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
	22008	Дренаж КЕР "Т" №5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8 (силиконов)	Агарта	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
				няма постъпили предложения	

22009	Дренажен аспиратор тип "Хармоника", с кран пластина 0,500л. + дрен №16 ;18	"Истлинк България" ЕООД	при тестването на мострата се установи, че дренът е много твърд и не се създава достатъчен вакуум	3
		Агарта	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		РСР ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		"Истлинк България" ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Агарта	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22010	Дървени шпатули за гърло x 100бр. (стерилни, единично опаковани)	МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		"Истлинк България" ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22011	Есмарх	Хелмед	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22012	Едн-ни компл. за обдишване за анестезиологични апарати ..Портекс"	МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		"Истлинк България" ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Агарта	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Хелмед	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22013	Еднократни престилки № M:L (пвят - зелен) нестерилни	МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Хелмед	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22014	Еднократен сет за плеврална пункция	РСР ЕООД	при тестване на представената мостра се установи, че дренът е много твърд	3
22015	Епидурален минипакет-2	МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		"З МЕД" ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		"Истлинк България" ЕООД	при тестването на мострата се установи, че извивката на острието не е удобна за работа	1

22016	Еднократни скаптели №11;15;22	Ливеда Мед 2000	при тестването на мострата се установи, че извивката на острието не е удобна за работа	1
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22017	Еднократни иригатори за клизма	"Истлинк България" ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22018	Еднократен хартиен мундшук за апарати "Спироком", "Спиrolаб" и "Спиродок"	Агарга	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22019	Еднократни пълчове за биопсия (2-8мм)	Елпак Лизинг ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22020	Еднократни чаршафи за операционна маса, стерилни, без разрез, с размер 90/190см (непромокаеми)	МТИ ООД	при тестването на мострата се установи, че дължината на дръжката на пълча е по-къса и трудна за работа	3
22021	Еднократни чаршафи за операционна маса, не стерилни, без разрез, с размер 90/190см (непромокаеми)	МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22022	ЕКГ електроди за ХОЛТЕР	"З МЕД" ЕООД	при тестване на мострата се установи, че електродите не залепват добре и не дават добър образ	1
		Медитрейд ЕООД	при тестване на мострата се установи, че електродите не залепват добре и не дават добър образ	1
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		"З МЕД" ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		"Бикомед" ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		"Истлинк България" ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Елпак Лизинг ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22023	ЕКГ електроди / за деца /	РСР ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		"З МЕД" ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		"Бикомед" ООД	при тестване на мострата се установи, че електродите не залепват добре и не дават добър образ	1

		"Истлинк България" ЕООД	при тестване на мострата се установи, че електродите не залепват добре и не дават добър образ	1
		Агарта	при тестване на мострата се установи, че електродите не залепват добре и не дават добър образ	1
		Елпак Лизинг ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Медитрейд ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		РСР ЕООД	при тестване на мострата се установи, че електродите не залепват добре и не дават добър образ	1
22024	ЕКГ електроди / за възрастни/	Хелмед	при тестване на мострата се установи, че електродите не залепват добре и не дават добър образ	1
		"Бикомед" ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22025	ЕМГ електроди	Елпак Лизинг ЕООД	при тестване на мострата се установи, че електродите не залепват добре и не дават добър образ	1
		"Истлинк България" ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Агарта	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Медитрейд ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22026	Идентификационни ленти "Бебе-майка"	"Истлинк България" ЕООД	при тестването на мострата се установи, че катетрите са много меки и трудно се въвеждат	1
		Агарта	при тестването на мострата се установи, че катетрите са много меки и трудно се въвеждат	1
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22026	Катетри урологични № 6;8;10/двулътни/ - детски	"Истлинк България" ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Агарта	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Елпак Лизинг ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6

22027	Калпуня		Интергаленика	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			Медитрейд ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			Хелмед	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			"Истлинк България" ЕООД	при тестването на мострата се установи, че катетрите са много меки и трудно се въвеждат	1
			Агарта	при тестването на мострата се установи, че катетрите са меки	3
			МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			РСР ЕООД	при тестването на мострата се установи, че катетрите са много меки и трудно се въвеждат	1
			Хелмед	при тестването на мострата се установи, че катетрите са много меки и трудно се въвеждат	1
			"Истлинк България" ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22028	Катетри урологични № 12;14;16;18;20;22;24/двулъпъни/		Агарта	при тестването на представените мостри се установи, че са с много къс удължител	1
			МТИ ООД	при тестването на представените мостри се установи, че са с неудобно загваряне на крайника, което води до недобро съчленяване	1
			Хелмед	при тестването на представените мостри се установи, че са с неудобно загваряне на крайника, което води до недобро съчленяване	1
			Катетър "Бърерфлай" № 25	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			"3 МЕД" ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			Агарта	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			Хелмед	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			"Истлинк България" ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			Агарта	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22030	Катетър „Абокат“/двулъпънен/№16;18;20;22;24		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			РСР ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6

22031	Капачки за абокати (стерилни)	Хелмед	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Агарта	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Б.Браун Медикал ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22032	Катетър "ЧЕЛАТОН" № 8;10;12;14;16;18 - с контрастна нишка	Хелмед	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		"Истлинг България" ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Агарта	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22033	Катетър за аспирация №12; 14;16;18;20;	РСР ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22034	Катетър /ретрограден/ "Поржес" №7	МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22035	Катетър "Кавафикс" /subklawia/ с обем на вливане 80-100мл/мин.с контрастни ленти и игла 8см /мопо/ №12;14		няма постъпили предложения	
		"Истлинг България" ЕООД	при тестване на представената мостра се установи, че катетърът е много твърд и трудно се въвежда	1
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22036	Катетър "Ректален" №18;20	РСР ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22037	Катетър "Ректален" от №34 до №40 - дължина 40см.	МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		"Истлинг България" ЕООД	при тестване на представената мостра се установи, че катетрите меки, което затруднява въвеждането им	3
		Агарта	при тестване на представената мостра се установи, че катетрите са много меки, пречупват се и се цепят, което възпрепятства въвеждането им	1
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22038	Катетър урологичен-трипътен /балонен/№ 18;20;22;24 бр.	Хелмед	при тестване на представената мостра се установи, че катетрите са много меки, пречупват се и се цепят, което възпрепятства въвеждането им	1
		Дъчмед Интернешънъл	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6

22039	Катетър "ПЕЦЕР" №-28;30;32		Хелмед	при тестване на представената мостра се установи, че катетрите меки, което затруднява въвеждането им	1
22040	Катетър "ЦИСТОФИКС" №-10 /за супра дренаж/игла 8см		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22041	Катетър абдоминален №12;14;16;18;20;22;24;26		"Истлинг България" ЕООД Агарта МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6 6 6
			"Истлинг България" ЕООД	при тестване на представената мостра се установи, че тръбичката е мека, но по-къса, което затруднява приемането на кислород	3
			Агарта	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			Дъчмед Интернешанъл	при тестване на представените мостри се установи, че катетъра е с тесни назални отвори и по твърда тръбичка	1
			МТИ ООД	при тестване на представените мостри се установи, че катетъра е с тесни назални отвори и по твърда тръбичка	1
22042	Катетър,, Назален" за подаване на кислород		РСР ЕООД	при тестване на представените мостри се установи, че катетъра е с тесни назални отвори и по твърда тръбичка	1
22043	Костен восък - 2,5гр.		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22044	Кондоми		"Истлинг България" ЕООД МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6 6
22045	Лигнин/медиц.вата/тип "В" по 1 кг.		Агарта Хелмед	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6 6
22046	Легенчета бърбековидни - алпака		Елпак Лизинг ЕООД "Истлинг България" ЕООД МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6 6 6
22047	Мед-ка ролка (едн-ни чаршафи) 60 x 60см с фолио		Хелмед Агарта	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6 6

22048	Назодуоденална сонда № 10;12;14;16;18;20;	Агарта	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22049	Неонатален сензор за пулсова оксиметрия съвместими с пациентски монитор NELLCOR	МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22050	Нагронкалк за анест-ни апарати (абсорб.на въгл. двуокис)	МТИ ООД	няма постъпили предложения	
22051	Наконечници и съединители за респираторни апарати	МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22052	Небулайзер (комплект)	"Истлинк България" ЕООД	няма постъпили предложения	
		МТИ ООД	отстранен, представената мостра не пасва на инхалационните апарати	0
		РСР ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		"Бикомед" ООД	отстранен, представената мостра не пасва на инхалационните апарати	0
		"Истлинк България" ЕООД	представената мостра е с много къси крила, които не обхващат абоката	6
		Агарта	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	1
		МТИ ООД	представената мостра е без подложка под крилата и не обхваща добре абоката	6
		РСР ЕООД	представената мостра е с много къси крила, които не обхващат абоката	1
22053	Превръзка фиксираща за АБОКАТ за възрастни	Хелмед	представената мостра е без подложка под крилата и не обхваща добре абоката	1
		Агарта	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22054	Памперси / 3 - 6 кг/	МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Агарта	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22055	Памперси за възрастни / 80-100 кг/	МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		"Истлинк България" ЕООД	при тестване на представените мостри се установи, че пъпните климпи са с много къси и малки рамене, което води до много трудно защитване на пъпната връв	1
		Медитрейд ЕООД	при тестване на представените мостри се установи, че пъпните климпи са с много къси и малки рамене, което води до много трудно защитване на пъпната връв	1

22056	Пълна клампа за новородени	МТИ ООД	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22057	Подлоги (пластмасови)	няма постъпили предложения		
22058	Престилка предна, гумирана, тип "домакинска"	няма постъпили предложения		
22059	Пластмасов мундшуг за небулайзер	МТИ ООД	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22060	Предпазна маска тип FT-058 FFR2 V	няма постъпили предложения		
22061	Резервни остриета за скалпели	"3 МЕД" ЕООД	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		"Истлинк България" ЕООД	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Агарта	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Елпак Лизинг ЕООД	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Ливеда Мед 2000	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		МТИ ООД	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		"Истлинк България" ЕООД	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Агарта	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Б. Браун Медикал ЕООД	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Елпак Лизинг ЕООД	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Интергаленика	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		МТИ ООД	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Хелмед	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22062	Ръкавици хир-ни латексови х.100 бр./нест-ни/ с пудра № S.M.L	"Истлинк България" ЕООД	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Агарта	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Б. Браун Медикал ЕООД	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Интергаленика	Отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6

22063	Ръкавици хир-ни латексови x100 бр./нест-ни/ без пудра № S	МТИ ООД Хелмед "Истлинк България" ЕООД Агарта Б.Браун Медикал ЕООД Елпак Лизинг ЕООД МТИ ООД Хелмед	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество при тестването на мострите се установи, че ръкавиците не са с добра тактилност и се късат при поставяне отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество при тестването на мострите се установи, че ръкавиците са с добра тактилност и еластичност при тестването на мострите се установи, че ръкавиците са с добра тактилност и еластичност при тестването на мострите се установи, че ръкавиците не са с добра тактилност и се късат при поставяне	6 6 1 6 6 3 3 1
22064	Ръкавици - хирургични, с пудра x 50бр./стерилни/	"Истлинк България" ЕООД Агарта Б.Браун Медикал ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Интергаленика Медитрейд ЕООД МТИ ООД Хелмед	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6 6 6 6 6 6 6
22065	Ръкавици еднократни x 100бр. полиетиленови	Хелмед Агарта Б.Браун Медикал ЕООД МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6 6 6 6
22066	Ръкавици - хирургични, стерилни, анатомични от синтетичен полихлоропрен, без пудра №7; 7.5; 8	МТИ ООД Агарта	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество при тестването на представената мостра се установи, че ръкавиците не са достатъчно еластични	6 3

22067	Ръкавици аутопсионни х 50бр. № M;L	МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22068	Саморазгъващо се "Амбу" (комплект)	РСР ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22069	Маска за "Амбу" (за деца)		няма постъпили предложения	
22070	Маска за "Амбу" (за възрастни)		няма постъпили предложения	
22071	Въздуховод СН - 15мм		няма постъпили предложения	
		Дъчмед Интернешанъл	отстранен, не представил допълнително изисквана мостра	0
22072	Сонди "Бляк Мор" №18	МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Дъчмед Интернешанъл	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22073	Сонда двупроводна ендобронхиална "КАРЛЕНС" №37;39;41	МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22074	Сонда стомашна за промивка - 80см СН 25; 30; 32		няма постъпили предложения	
		Агарта	при тестване на представената мостра се установи, че сондата е твърда и не се съчленява добре	3
22075	Сонди за хранене на бебе сн-4; 6; 8	МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Агарта	отстранен, системата е много къса и не се съчленява със спринцовката на инфузомата	0
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22076	Система за перфузия	Хелмед	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Агарта	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22077	Системи трансфузионни /с 3 метални игли/	Хелмед	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		"Истлинг България" ЕООД	при тестване на предоставените мостри се установи, че чорапчето е много твърдо и малко	1
		Агарта	при тестване на предоставените мостри се установи, че чорапчето е много твърдо и малко	1
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22078	Система кр-на за сак с пластмасова игла	Хелмед	при тестване на предоставените мостри се установи, че иглата е много тясна и кръвта улива	1

				при тестване на предоставените мостри се установи, че съчленяването с абоката се извършва с въртеливи движения, недостатъчно филтриране, от въздушната тръба изтича инфузионен разтвор	"Булмар МЛГ" ООД	1
				при тестване на предоставените мостри се установи, че филтъра е поставен на неподходящо място извън чорапчето, при прогонване на въздуха от въздушната тръба изтича инфузионен разтвор	"Истлинк България" ЕООД	1
				при тестване на предоставените мостри се установи, че чорапчето е сравнително меко и въздушната тръба е подходяща за работа	Агарта	3
				отговорят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	МТИ ООД	6
22079	Системи инфузионни			при тестване на предоставените мостри се установи, че филтъра е поставен на неподходящо място извън чорапчето, при прогонване на въздуха от въздушната тръба изтича инфузионен разтвор	Хелмед	1
				отговорят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	Агарта	6
				отговорят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	МТИ ООД	6
22080	Спринцовки еднократни 2сс /трикомпонентни/ Luer Lock			отговорят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	Хелмед	6
				отговорят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	"Истлинк България" ЕООД	6
				отговорят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	Агарта	6
				отговорят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	МТИ ООД	6
22081	Спринцовки аспирационни еднократни 50сс /трикомпонентни/ - катетърен тип			отговорят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	Хелмед	6
22082	Спринцовки еднократни 60сс /трикомпонентни/ за инфузомат Braun			отговорят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	Агарта	6
				отстранен, предлаганите спринцовки не са съвместими с наличните инфузомати	"Истлинк България" ЕООД	0
				отговорят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	Агарта	6
				отстранен, предлаганите спринцовки не са съвместими с наличните инфузомати	МТИ ООД	0
22083	Спринцовки еднократни 50сс /трикомпонентни/			отстранен, предлаганите спринцовки не са съвместими с наличните инфузомати	Хелмед	0
				отстранен, не отговарят за дозиране на единичните инсулин	"Истлинк България" ЕООД	0

22084	Спринцовки инс. 1сс + игла /100единици в 1мл/	Агарта МТИ ООД Хелмед	отстранен, не отговарят за дозиране на единиците инсулин отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отстранен, не отговарят за дозиране на единиците инсулин	0 6 0
22085	Спинална игла 18G;19G;20G;22G;25G	Агарта МТИ ООД	при тестване на предоставената мостра се установи, че иглата е много къса и нестабилна при манипулация отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	1 6
22086	Стетоскоп (обикновен)	"Истлинк България" ЕООД Елпак Лизинг ЕООД МТИ ООД РСР ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6 6 6 6
22087	Стетоскоп (лекарски за преглед- с поне 1 год.гаранция)	"Истлинк България" ЕООД Елпак Лизинг ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6 6
22088	Трипътно кранче	"З МЕД" ЕООД "Истлинк България" ЕООД Агарта МТИ ООД Хелмед	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество при тестване на предоставената мостра се установи, че кранчето не се съчленява добре с абоката отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество при тестване на предоставената мостра се установи, че кранчето не се съчленява добре с абоката	6 1 6 6 1
22089	Трахеостомна канюла №7;8;9	"Истлинк България" ЕООД Агарта Дъчмед Интернешънъл Хелмед	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6 6 6 6
22093	Термометър клиничен (несъдържащ живак)	"Истлинк България" ЕООД Елпак Лизинг ЕООД	отстранен отстранен	6

1		"Етропал Трейд" ООД	при тестване на предоставената мостра се установи, че приемателната тръба е къса и уринаторната торба виси във въздуха, трудно се изпразва съдържанието от клапана	1
1		"Истлинк България" ЕООД	при тестване на предоставената мостра се установи, че приемателната тръба е къса и уринаторната торба виси във въздуха, трудно се изпразва съдържанието от клапана	1
6		Агарга	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Б.Браун Медикал ЕООД	отстранен	
6	Уринаторни торби с вместимост от 1500-2000мл, с клапан с долно отичане, приемателна тръба от 1,5 до 2м., стерилни, единично опаковани	МТИ ООД Хелмед	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22094				
22095	Уретерален сет „DOUBLE-J“ №7 с дължина 30см	Б.Браун Медикал ЕООД МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6 6
		"Булмар МЛ" ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		"Истлинк България" ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Агарга	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Елпак Лизинг ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Интергаленика	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22096	Хир.маска трислойна (с ластик или връзки)	Хелмед	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Агарга	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Интергаленика	при тестване на предоставената мостра се установи, че шапките не са достатъчно големи и ластичите са много хлабави	3
		Елпак Лизинг ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22097	Хир.шапки (големи)	Хелмед	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6

22098	Хемостотична гъба (Сържицел „SURGICEL“) 10 X 20 см	"Бикомед" ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22099	Хемостатична гъба "Equipson" 8 x 4 x 1 см	Ливеда Мед 2000	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22100	Чаши за урина еднократни, градуирани с капак 100мл.	"Бикомед" ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
22101	Фолио за изгаряне и измръзване - 142/210см	Ливеда Мед 2000	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
230	XXIII. Обособена позиция: Регистрационна хартия	"Истлинг България" ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
240	XXIV. Обособена позиция: Консумативи за централна стерилизационна	МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
250	XXV. Обособена позиция: Общ превързочен материал	Елпак	отстранен	
		Медитрейд ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Агарта	отстранен	
		Вакпак Медикал	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		ЕКОС Медика ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		"Булмар МЛ" ООД	при тестване на представените мостри се установи, че превързочния материал е много рехав, слабо абсорбиращ, памука е с нехомогенна структура, с наличие на твърди частици	1
		Агарта	при тестване на представените мостри се установи, че превързочния материал е много рехав, слабо абсорбиращ, памука е с нехомогенна структура, с наличие на твърди частици	1
		Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Хелмед	отстранен	
		МТИ ООД	отстранен	
		Интергаленика	при тестване на предоставените мостри се установи, че бинтовете са много рехави, с не добра плътност и здравина	1
		"Булмар МЛ" ООД	при тестване на предоставените мостри се установи, че бинтовете са много рехави, с не добра плътност и здравина	1

260	260	XXVI. Обособена позиция: Бинтови превръзки	Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6		
	270	XXVII Обособена позиция: Пластири и гипсови бинтове	Агарта	при тестване на предоставените мостри се установи, че бинтовете са много рехави, с не добра плътност и здравина	1		
260	27001	Санпласт - размер 5м/5см	"Истглинк България" ЕООД	при тестване на предоставените мостри се установи, че бинтовете са много рехави, с не добра плътност и здравина	1		
			Хелмед	отстранен			
			"Булмар МЛ" ООД	при тестване на предоставената мостра се установи, че санпласта залепва много трудно и не фиксира	1		
			"Истглинк България" ЕООД	при тестване на предоставената мостра се установи, че санпласта много трудно се отлепа от ролката, не фиксира и не залепва	1		
			Агарта	при тестването на предоставената мостра се установи, че санпласта добре фиксира и залепва	3		
			ЕКОС Медика ООД	при тестване на предоставената мостра се установи, че санпласта залепва много трудно и не фиксира	1		
			МТИ ООД	при тестването на предоставената мостра се установи, че санпласта добре фиксира и залепва	3		
			Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6		
			"Истглинк България" ЕООД	при тестване на предоставената мостра се установи, че санпласта залепва много трудно и не фиксира	1		
			Агарта	при тестване на предоставената мостра се установи, че санпласта залепва много трудно и не фиксира	1		
			МТИ ООД	при тестването на предоставената мостра се установи, че санпласта добре фиксира и залепва	3		
			Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6		
			27002	Санпласт хипоалергичен на копринена основа - размер 5см/5 м	"Истглинк България" ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			27003	Цитопласт - пластир обработен с хипоалергично акрилно лепило, с вътрешен тампон обработен с антисептик, силно абсорбиращ и слабо залепващ с размери 100 см/6 см	Агарта	при тестване на предоставената мостра се установи, че цитопласта не залепва	1
МТИ ООД	при тестване на предоставената мостра се установи, че цитопласта не залепва	1					
27004	Бинт тъкан ластичен - със съдържание на памук, полиамид и визкоза, въздухопропуслива структура, разтегливост до 120%, размери - 10 m / 10 cm	Софарма Трейдинг АД	при тестване на предоставената мостра се установи, че бинта не е достатъчно еластичен	3			
		Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6			

			"Истглинк България" ЕООД	при тестване на представените мостри се установи, че бинтовете много бавно втвърдяват, гипсовата превръзка трудно се оформя и се напуква	1
			ЕКОС Медика ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			МТИ ООД	при тестване на представените мостри се установи, че са удължено времетраене при съхнене	3
27005	Бинт гипсов бързо съхнещ 2.7 m / 20 cm		Софарма Трейдинг АД	при тестване на представените мостри се установи, че бинтовете много бавно втвърдяват, гипсовата превръзка трудно се оформя и се напуква	1
	Бинт олекотен за имобилизация с композитен материал от полиестер и полипропилен, несъдържащ фибростъкло 3.6 m / 10 cm		ЕКОС Медика ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
27006			ЕКОС Медика ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
27007	Синтетична подгипсова подложка 2.7 m / 10 cm		Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
27008	Бинт табуларен за фиксиране на превръзки за глава		Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
27009	Очен стерилен компрес с нетъкан текстил 6 x 8 cm		Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
280	XXVIII.Обособена позиция: Специфичен превързочен материал				
28001	Стерилна самофиксираща се превръзка от нетъкан материал с незалепаща подложка от абсорбираща вискоза, адхезив без колофон				
			МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
280011	размер 7.2 x 5 cm		"Бикомед" ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			Софарма Трейдинг АД	отстранен	
			МТИ ООД	отстранен	
280012	размер 10 x 6 cm		"Бикомед" ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			МТИ ООД	отстранен	
280013	размер 15 x 6 cm		"Бикомед" ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
			Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6

280014	размер 25 x 10 см	МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		"Бикомед" ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
280015	размер 35 x 10 см	"Бикомед" ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
28002	<i>Стерилна, прозрачна, самофиксираща се превръзка с абсорбираща подложка, покрита с мек полиетиленов слой. Полупроницаемият водоотблъскващ полиуретанов филм предпазва от проникването на бактерии. Отстранява се безболезнено от раната</i>			
280021	размер 10 x 25 см	Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
280022	размер 10 x 30 см	Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
28003	<i>Стерилна, тюлена превръзка, импрегнирана с метално сребро и смес от естери на натурални мастни киселини и глицерол от растителен произход</i>			
280031	размер 5 x 5 см	Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
280032	размер 10 x 10 см	Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
28004	<i>Стерилна прозрачна попиваща хидрогел превръзка от полиуретанов гел, покрит с полупроницаем повърхностен полиуретанов филм, с мерителна мрежа за лесно мониториране</i>			
280041	размер 10 x 10 см	Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
280041	размер 5 x 7,5 см	Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
28005	<i>Стерилна самофиксираща се прозрачна попиваща хидрогел превръзка от полиуретанов гел, покрит с полупроницаем повърхностен полиуретанов филм, с мерителна мрежа за лесно мониториране</i>			
280051	размер 7.5 x 10 см	Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6

28006	Стерилна превръзка от рядко тъкана тюлена мрежа, пропита с неутрален унгвент от вазелин, восък, диглицерол естер от моно- и дикарбоксилна киселина				
280061	размер 5 x 5 см	Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6	
280062	размер 7.5 x 10 см	Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6	
280063	размер 10 x 10 см	Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6	
28007	Фиксираща лента от мек и гъвкав адхезивен лист за покриване и фиксиране на превръзки от				
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6	
280071	размер 5 см x 10 м	Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6	
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6	
280072	размер 10 см x 10 м	Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6	
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6	
280073	размер 20 см x 10 м	Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6	
28008	Полиуретан и полиетиленгликол, съдържаща силно абсорбираща, трислойна хидроелектрична превръзка с висок индекс на изпарение				
		ЕКОС Медика ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6	
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6	
280081	размери - 22 см x 22 см, за рани в сакралната област	Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6	
28009	Стерилни хипоалергични ленти за безболезно затваряне				
		"Бикомед" ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6	
		ЕКОС Медика ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6	
		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6	
			при тестването на представените мостри се установи, че лентите са много тънки, късат се не фиксираг ръбовете на раната		
280091	размер 6-6.4 мм x 100-102 мм	Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	1	
		"Бикомед" ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6	
		ЕКОС Медика ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6	

		МТИ ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
280092	размер 12-13 мм x 100-102 мм	Софарма Трейдинг АД	при тестването на представените мостри се установи, че лентите са много тънки, късат се не фиксират ръбовете на раната	1
28010	<i>Пост оперативни стерилни превръзки с абсорбираща незалепваща подложка</i>			
280101	6.5cmx5cm, Адхезивна, водо и бактерионепропусклива	ЕКОС Медика ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Софарма Трейдинг АД	отстранен	
280102	9.5cmx 8.5cm, Адхезивна, водо и бактерионепропусклива	ЕКОС Медика ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Софарма Трейдинг АД	отстранен	
280103	2.5cmx10cm, Адхезивна, водо и бактерионепропусклива	ЕКОС Медика ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
280104	30cmx10cm, Адхезивна, водо и бактерионепропусклива	ЕКОС Медика ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
280105	35cmx10cm, Адхезивна, водо и бактерионепропусклива	ЕКОС Медика ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Софарма Трейдинг АД	отстранен	
280				

Комисия: Председател:.....

Членове:

1...

3...

5....

*Замъчено
чл. 4 от ЗЗМЦ*

*Замъчено
чл. 4 от ЗЗМЦ*

Замъчено

чл. 4 от ЗЗМЦ